

Příloha č. 1 Kupní smlouvy

TABULKA S TECHNICKÝMI PARAMETRY

Parametr	Požadovaná min.hodnota	Nabízená hodnota	Poznámka
Gelová elektroforéza 2 ks (uvedte nabízený typ)			
Požadavky na jednotlivé části systému			
Obecné požadavky			
Poloautomatický elektroforetický analyzátor	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Elektrická migrace na agarózových gelech	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Regulace teploty Peltierovým článkem	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Min. 40 migračních a min. 14 barvicích, navzájem nezávislých programů	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Migrace promytí, barvení, odbarvení a sušení gelu	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Integrované barvení a sušení gelů - prostor pro barvení a sušení gelů bude součástí analyzátoru	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Široké spektrum testů vč. elektroforézy proteinů v séru a moči, imunofixace, stanovení izoenzymů alkalické fosfatázy, izoelektrické fokusace líkvoru	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Automatické zastavení pro dosažení zadaného času nebo Volt hodin	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Zabudovaná jednotka pro skenování gelů	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Vyhodnocování elektroforeogramů získaných pomocí externího scanneru	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Obousměrná komunikace s laboratorním informačním systémem (import i export dat)	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Průběžná aktualizace firmwaru přístroje v ceně přístroje	ANO	ANO	Společnost SEBIA Czech republic s.r.o. se zavazuje k bezplatným aktualizacím firmwaru přístroje Hydrasys 2 SF
Certifikace IVD celého systému vč. SW a reagensů	ANO	ANO	viz. část G nabídky - Prohlášení o shodě
Autorizovaný servis v ČR	ANO	ANO	viz. část H nabídky - Certifikát o výhradním servisním zastoupení
Parametry přístroje a příslušenství			
Rozměry max. 80 x 55 x 25 cm	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Hmotnost max. 40 kg	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
2 ks ovládacího počítače	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
2 ks UPS s kapacitou pro chod systému min. 10 min	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Vyhonocovací SW	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Parametry ovládacích počítačů 2 ks			
Dell OptiPlex	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Procesor Intel® Core I5, min. 2,93 GHz či jiné řešení obdobných parametrů	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Pevný disk: min. 256 GB SSD	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Paměť: min. 8 Gb RAMM	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Síťová karta - 1x network PC boards	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
COM port RS232C - 1 COM port	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
OS: MS Windows 10 Pro (64 bit)	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
1 ks monitoru ke každému PC	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Připojení ovládacího PC do počítačové sítě uživatele, umístění PC do domény bez negativního vlivu na použitý SW či analyzátoru	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Vlastnosti softwaru			
SW pro vyhodnocování a správu výsledků	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
SW umožňující konektivitu s elektroforetickým analyzátozem a laboratorním informačním systémem	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Automatická záloha dat a databáze do uživatelem stanoveného cíle, cílem může být např. síťový disk nebo i USB	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Neomezená licence vč. průběžných upgradů v nabídkové ceně	ANO	ANO	Společnost SEBIA Czech republic s.r.o. se zavazuje k bezplatným upgradům softwaru Phoresis

Možnost vkládání textů a komentářů, vč. předdefinovaných	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Splnění podmínek daných dle platné legislativy o kybernetické bezpečnosti a GDPR	ANO	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
Volitelné, zvýhodňující vlastnosti/parametry – hodnotící kritérium			
hodnotící kritérium - 15 bodů			
Kompletní provedení elektroforézy na jediném samostatně stojícím stroji	ANO/NE ANO = 15 bodů NE = 0 bodů	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
hodnotící kritérium - 4 body			
Testování pomocí kitů odstraňující interferenci terapeutických monoklonálních protilátek a umožňujících vizuální vyhodnocení přítomnosti nebo nepřítomnosti monoklonálních proteinů	ANO/NE ANO = 4 body NE = 0 bodů	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků
hodnotící kritérium - 10 bodů			
Správa databáze vč. možnosti zálohování či navázání dat na již existující databázi výsledků používaných analyzátorů	ANO/NE ANO = 10 bodů NE = 0 bodů	ANO	viz. část F nabídky - Technická dokumentace k ověření splnění požadavků

POZNÁMKA: Uvedené technické požadavky jsou minimální. Dodavatel může nabídnout zařízení i s lepšími parametry. Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce má pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek není omezen na nabídky jen těchto takto uvedených řešení. Dodavatel je oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat požadovaný medicínský účel, technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

Pokyny pro vyplnění:

- Účastník zadávacího řízení je povinen vyplnit všechna pole ve sloupci "Nabízená hodnota"
- Účastník zadávacího řízení do předloženého formuláře u údajů, kde je minimální hodnota stanovena na ANO, doplní ANO-NE, podle vlastností a funkcí nabízeného přístroje (hodnota NE znamená nesplnění požadované vlastnosti přístroje a znamená nesplnění zadávacích podmínek)
- Pokud má účastník zadávacího řízení k jím nabízené hodnotě jakoukoliv poznámku či informaci, kterou by chtěl zadavateli sdělit či je dle něj pro zadavatele podstatná, uvede ji do sloupce "Poznámka".
- Vyplněný formulář účastník zadávacího řízení předloží v rámci své nabídky (jako přílohu návrhu kupní smlouvy)