



Příloha č. 4: kupní smlouva

VZ: „Dodávka nástrojového vybavení pro centrální operační sály“

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Společnost/Název: BERINGEI, s.r.o.
IČ: 48169731
Sídlo/Místo podnikání: Vídeňská 55/ 47, 639 00 Brno-střed - Štýřice
Zastoupená: Ing. Milan Bučko, jednatel
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl C, vložka 75698

dále též jako „**prodávající**“ na straně jedné,

a

Společnost: **Nemocnice Boskovice s.r.o.**
IČ: 269 25 974
DIČ: CZ26925974
Se sídlem: Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice
Zastoupená: Ing. Miloslavem Kavkou, MBA, jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 45305

dále též jako „**kupující**“ na straně druhé,

uzavřeli níže uvedeného data tuto kupní smlouvu.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem této kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu „**Nástrojové vybavení pro centrální operační sály**“ (dále též jako „**zboží**“) a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a dále závazek kupujícího řádně dodané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu.
- 2.2. Zboží je blíže specifikováno v nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Spolu se zbožím bude dodán návod k obsluze v českém jazyce.
- 2.3. Prodávající dále prohlašuje, že má veškerá oprávnění, jakož i vybavení, k plnění povinností dle této smlouvy.



Příloha č. 4: kupní smlouva

VZ: „Dodávka nástrojového vybavení pro centrální operační sály“

2.4. Tato smlouva je uzavřena na základě nabídky prodávajícího ve veřejné zakázce „Dodávka nástrojového vybavení pro centrální operační sály“. Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu s nabídkou prodávajícího učiněnou v této veřejné zakázce a v souladu se všemi podmínkami zadávací dokumentace.

3. Doba, místo a způsob dodání

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat zboží nejpozději do 12 týdnů od podpisu této smlouvy, nejpozději pak do 15.12.2023. Pokud nebude zboží prodávajícím dodáno ve stanoveném termínu, je kupující oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 3.2. Místem dodání zboží je sídlo kupujícího.
- 3.3. Dodání zboží v souladu s touto smlouvou a jeho převzetí kupujícím bude potvrzeno podpisem kupujícího na dodacím listu. Okamžikem podpisu dodacího listu kupujícím přechází nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Za kupujícího je k převzetí zboží [REDACTED]
- 3.4. Kupující je oprávněn nepřevzít zboží zejména, pokud prodávající nedodá zboží v dohodnutém množství nebo kvalitě, dodá zboží opožděně, zboží bude poškozené nebo prodávající nedodá všechny potřebné doklady ke zboží.

4. Kupní cena a platební podmínky

- 4.1. Kupní cena zboží činí 2 361 940,00 Kč bez DPH, tj. včetně 21 % DPH 2 857 947,40 Kč.
- 4.2. Kupní cena zboží je stanovena dohodou jako cena konečná, maximální, nejvýše přípustná a zahrnuje rovněž náklady související s dodávkou zboží, zejména:
 1. dodávku, dopravu, montáž a instalaci zařízení na místo plnění,
 2. odvoz a likvidaci obalového materiálu,
 3. komplexní zaškolení určené obsluhy zadavatele,
 4. provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, seřízení, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných dokladů, jimiž bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů předmětu plnění,
 5. předání veškeré technické dokumentace k zařízení s popisem v českém jazyce,
 6. zajištění servisu během záruční doby včetně provádění pravidelných bezpečnostně-technických kontrol, včetně dopravy na místo provádění a vystavení příslušných protokolů,
 7. zajištění a provozování technické telefonické podpory Hot line zařízení,
 8. zahájení servisního zásahu nejpozději do 24 hodin od nahlášení, odstranění závady do 5 pracovních dní, při delší závadě zapůjčení náhradního přístroje
- 4.3. Úhrada kupní ceny bude kupujícím prováděna bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené prodávajícím v souladu s dodacím listem. Faktura musí být vystavena a doručena kupujícímu nejpozději do 20.12.2023.



Příloha č. 4: kupní smlouva



VZ: „Dodávka nástrojového vybavení pro centrální operační sály“

- 4.4. Splatnost faktury je 60 dnů od data doručení faktury kupujícím. Fakturu, která nebude mít veškeré náležitosti řádného daňového a účetního dokladu, je kupující oprávněn vrátit. V takovém případě běží ode dne doručení nové/opravené faktury kupujícím nová lhůta splatnosti.
- 4.5. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny či její části je prodávající oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

5. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 5.1. Není-li uvedeno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 5.2. Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruční doba běží od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání řádnému užívání zboží. V případě dodání nového zboží běží ode dne jeho převzetí kupujícím nová záruční doba.
- 5.3. V záruční době se prodávající zavazuje k servisní reakci nejpozději do 24 hodin od oznámení vad kupujícím (písemně, emailem či telefonicky) a uvést zboží do provozu nejpozději do 5 pracovních dnů. Jestliže se prodávajícímu nepodaří zboží uvést do provozu ve výše uvedené lhůtě, zavazuje se prodávající v záruční době zapůjčit kupujícím do bezplatného užívání náhradní zboží srovnatelných parametrů, a to po celou dobu nutné opravy.
- 5.4. Ukáže-li se, že vada zboží je neodstranitelná, nebo v případě, že prodávající neodstraní vady zboží včas, nejpozději do 30 dnů od dne oznámení, je kupující oprávněn požadovat dodání nového zboží shodných nebo lepších parametrů, nebo od této smlouvy odstoupit.
- 5.5. Náklady spojené s odstraňováním vad zboží, za které odpovídá prodávající, hradí v plné výši prodávající (cestovné, náhradní díly, materiál, apod.).

6. Servis

- 6.1. Prodávající se zavazuje zajišťovat záruční servis zboží včetně dodávek náhradních dílů.
- 6.2. Kontaktní osobou k provádění servisu na straně kupujícího je:

- 6.3. Kontaktní osobou k provádění servisu na straně prodávajícího je:

- 6.4. Ke změně údajů o kontaktních osobách postačí písemné oznámení doručeného druhé smluvní straně.



Příloha č. 4: kupní smlouva

VZ: „Dodávka nástrojového vybavení pro centrální operační sály“

7. Obecná ustanovení

- 7.1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s uzavřením této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zveřejnit obsah této smlouvy či jiné skutečnosti týkající se smluvního vztahu založeného touto smlouvou, a to v rozsahu stanoveném zákonem.
- 7.2. V případě zániku této smlouvy, nebo v případě, že bude tato smlouva shledána neplatnou nebo neúčinnou, zůstávají zachována ta práva a povinnosti, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení této smlouvy. To platí zejména pro právo požadovat smluvní pokutu, náhradu újmy vzniklé porušením této smlouvy nebo závazek zachovávat mlčenlivost.
- 7.3. V případě prodlení prodávajícího s plněním závazků dle této smlouvy je prodávající povinen každý den prodlení zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží bez DPH, kterého se prodlení týká. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody v plné výši.
- 7.4. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, se podpisem této smlouvy prodávající zavazuje poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly. Závazek rovněž zahrnuje právo přístupu poskytovatele dotace v rámci kontroly k dokumentům, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole).
- 7.5. Prodávající je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy včetně účetních dokladů, po dobu nejméně 10 let ode dne podpisu smlouvy. Každý daňový doklad bude označen číslem projektu (CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016358). Prodávající se zavazuje zajistit stejné podmínky u poddodavatele, pokud jeho služeb k plnění předmětu smlouvy využije.
- 7.6. Prodávající je povinen dodržet požadavky na publicitu stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a v pravidlech pro publicitu v rámci Evropských fondů, veřejně dostupných, a to ve všech dokumentech vztahujících se k předmětu plnění této smlouvy, pokud kupující nestanoví jinak.
- 7.7. Prodávající je povinen zpracovávat všechny součásti a dokumenty související s předmětem smlouvy v průběhu plnění smlouvy v českém jazyce a vést všechna jednání, vč. jednání na pracovní úrovni v průběhu plnění smlouvy v českém jazyce.
- 7.8. Prodávající bude minimálně po dobu 10 let ode dne podpisu smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvoří výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění kontroly součinnost. Prodávající se zavazuje zajistit stejné podmínky u poddodavatele, pokud jeho služeb k plnění předmětu smlouvy využije.
- 7.9. Tato smlouva podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv, zřízeném na základě citovaného zákona. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem podle citovaného zákona zajistí kupující.



Příloha č. 4: kupní smlouva


VZ: „Dodávka nástrojového vybavení pro centrální operační sály“

8. Závěrečná ustanovení


- 8.1. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení bez zbytečného odkladu nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude odpovídat účelu ustanovení předchozího.
- 8.2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 8.3. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy jsou možné pouze ve formě písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Totéž platí i pro vzdání se písemné formy.
- 8.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu. V případě, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
- 8.5. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.
- 8.6. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

- 1) Technická specifikace



.....
Za BERINGEI, s.r.o.
Ing. Milan Bučko
jednatel



.....
Za nemocnici Boskovice s.r.o.
Ing. Miloslav Kavka, MBA
Jednatel



Příloha č. 4: kupní smlouva
VZ: „Dodávka nástrojového vybavení pro centrální operační sály“

Příloha č. 1 - Technická specifikace

**) – použité obrázky jsou pouze ilustrační*

Insuflační jednotka vč. ohřevu plynu, 1 ks

- volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu
- volitelná velikost insuflované dutiny
- intuitivní a jednoduché ovládání
- automatické vypouštění plynu při přetlaku
- možnost připojení k tlakové láhvi i k centrálnímu rozvodu CO₂
- předvolba tlaku v mmHg
- tlak nastavitelný v rozsahu 3 – 25mmHg
- maximální průtok 45 l/min
- volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině
- podpora odsávání kouře řízená HF jednotkou na pracovišti – kompatibilní s generátorem UES-40, ESG-400
- volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu
- ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru
- zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor, např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO₂, nedostatečný přívod insuflačního média, ochrana přetlaku dutiny břišní
- součástí dodávky je samostatná ohřívací jednotka plynu pro ohřev plynu na teplotu blízkou teplotě těla včetně 3 ks autoklávovatelné insuflační hadice s ohřevem plynu, plně restezilizovatelná bez čipu čítače počtu použití
- součástí dodávky jsou 4 ks insuflační a 4 ks desuflační hadice resterilizovatelné bez čipu čítače počtu použití, 1 ks nízkotlaká hadice CO₂ pro centrální rozvod s koncovkou Dräger, 10 ks insuflačních filtrů, 1 ks komunikační kabel
- rozměry: UHI-4: 370 x 120 x 300 mm, hmotnost: 9,3 kg
GSH-2: 150 x 80 x 170 mm, hmotnost: 2,2 kg


POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE K INSUFILAČNÍ JEDNOTCE VČ. OHŘEVU PLYNU

N3829650 – 1 ks insuflační jednotka UHI-4*,
5756900 – 4 ks MAJ-590, hadice pro insuflaci*,
5757000 – 4 ks MAJ-591, hadice pro desuflaci*,
A5663 – 10 ks/1 balení Filtr pro insufl.*,
WA58670A – 1 ks GSH-2 Plynový přehříváč*,
WA58671A – 3 ks GSH-2 Insuflační hadice s ohřevem*,
N3647600 – 1 ks MAJ-1948 komunikační kabel 1,8m*,



Příloha č. 4: kupní smlouva

VZ: „Dodávka nástrojového vybavení pro centrální operační sály“





Příloha č. 4: kupní smlouva

VZ: „Dodávka nástrojového vybavení pro centrální operační sály“

Odsávací jednotka elektrochirurgického kouře, 1 ks

- samostatná jednotka pro aktivní odsávání elektrochirurgického kouře, synchronizovatelná s nabízenou elektrochirurgickou jednotkou
- řízená datově HF jednotkou, kompatibilní s generátorem ESG-400
- odsávání a filtrace elektrochirurgického kouře přes ULPA filtr
- tři režimy intenzity odsávání
- jednoduché a intuitivní ovládání, indikátor stupně intenzity odsávání
- vhodné pro otevřenou i laparoskopickou operativu
- průtok 700l/min
- hlučnost 55 dBA
- součástí dodávky je 20 ks/ 1 balení filtrů pro záchyt vlhkosti, 24 ks/ 2 balení laparoskopické odsávací hadice, 2 ks/ 1 balení OR-VAC Ulpa filtr, datový komunikační kabel pro kompletní zapojení, nožní pedál
- rozměry: 152 x 279 x 394 mm, hmotnost: 5 kg

POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE K ODSÁVACÍ JEDNOTCE ELEKTROCHIRURGICKÉHO KOUŘE

WA98110A – 1 ks Odsávací jednotka elektrochirurgického kouře OR-VAC*,




WA98150A – 20 ks/1 balení Filtr Fluid Trap pro záchyt vlhkosti*,

WA98130A – 24 ks/2 balení laparoskopické odsávací hadice*,

WA98120A – 2 ks/1 balení OR-VAC Ulpa filtr *,

N3647600 – 1 ks MAJ-1948 komunikační kabel 1,8m *,

E61RMT007 – 1 ks nožní pedál





Příloha č. 4: kupní smlouva

VZ: „Dodávka nástrojového vybavení pro centrální operační sály“

Elektrochirurgický generátor – 3 ks

VF jednotka ESG-410

- multioborový generátor nové generace pro otevřenou, laparoskopickou a endoskopickou operativu
- kompatibilní s plasma resektoskopy OES Pro Olympus
- kompletní řada monopolárních a bipolárních režimů, módy pro řez a koagulaci (min. módy: čisté, smíšené, sprej, gynekologická i urologická endoresekcce ve fyziologickém roztoku)
- výkonový rozsah mono 0-300 W, bipo 0-320 W
- podpora plazmové resekce a bipolární enukleace
- podpora operačních výkonů typu hysteroresekce
- možnost připojení nástroje pro bipolární morcelaci tkáně
- rychlý a stabilní řez pomocí plasmu bez nutnosti kontaktu s tkání při resekci
- řízen výkonným procesorem se zpětnovazebním měřením
- automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie
- podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření
- možnost připojení až 5 různých nástrojů současně (bipolární, monopolární)
- 6 pozic pro připojení nástrojů
- nastavitelná pronikavost řezu a koagulace
- automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů
- aktualizace firmware přes USB rozhraní
- možnost exportu / importu uživatelských nastavení na USB klíč
- možnost uložení až 40-ti uživatelských nastavení / procedur – s textovým popisem
- podpora USB 1.1 klíčů o kapacitě až 32 GB
- ruční a nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením)
- možnost připojení bezdrátového i drátového ovládacího trojpedálu
- možnost přepínání režimů/nástrojů ze sterilního operačního pole operátérem, bez nutnosti dotyku s displejem
- volitelné režimy autostop, autostart s prodlevou u bipolární koagulace
- nastavení a ovládání generátoru pomocí dotykového displeje o velikosti 8,4“
- možnost volby jasu displeje
- možnost nastavení hlasitosti výstražných tónů
- zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji
- víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta
- podpora funkce automatického odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole při připojení k insuflační jednotce nebo k zařízení s aktivním odtahem kouře
- ovládací menu v českém jazyce
- ukazatel připomenutí termínu údržby
- kompatibilní s UHI-4
- Napájení 220-240V, 50/60Hz



Příloha č. 4: kupní smlouva

VZ: „Dodávka nástrojového vybavení pro centrální operační sály“

POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE K ELEKTROCHIRURGICKÉ JEDNOTCE ESG-410

WA91307W – 3 ks VF jednotka ESG-410*,

WA91302W – 3 ks 2pedál s přepínačem*, bezdrátový

WA91301W – 1 ks 2pedál s přepínačem*, drátový

WA99510A – 3 ks resterlizovatelný kabel* k NE elektrodě, 4,5 m

WA99516A – 45 ks/3 balení neutrální elektroda*, pro dospělé

K10030281 – 2 ks přístrojový vozík TC-E410

