

Vyplněná příloha č. 2\_3 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

## Název části veřejné zakázky: Vybavení pro inhalaci anestetik vč. monitoru anestetických plynů

Část veřejné zakázky: 3

### Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné).

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

### Technická specifikace

1 ks přístrojové vybavení pro inhalaci anestetik vč. monitoru anestetických plynů			
Specifikace	Splněno ANO / NE	Reálná hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)
Přístroj slouží k podání inhalační anestezie (isofluranu nebo sevofluranu) na akutním lůžku	ANO		Str 36-37 návod k použití
Přístroj funguje na bázi miniaturního výparníku a výměníku tepla a vlhkosti (HME).	ANO		Str 36-37 návod k použití
Jedná se o zdravotnický prostředek, který se vkládá do dýchacího okruhu mezi Endotracheální trubici a Y-kus.	ANO		Str 36-37 návod k použití
Přístroj musí umožnit nastavení dávkování anestetika po kroku 0,5 -1,0 ml/h.	ANO		Str 36-37 návod k použití
Min. 90 % vydechovaného anestetika je zadrženo uhlíkovým filtrem během expirace a je vráceno zpět pacientovi (zajišťuje nízkou spotřebu anestetik).	ANO		Str 36-37 návod k použití
Zařízení je kompatibilní se skenováním MRI a CT.	ANO		Str 36-37 návod k použití
U systému pro aplikaci inhalačních anestetických plynů je velikost mrtvého prostoru 100 ml a pracovní rozsah dechového objemu >350 ml.	ANO		Str 36-37 návod k použití

Přístrojové vybavení pro inhalaci anestetik obsahuje: - Plastové pouzdro s hadičkou pro přívod anestetika - Odpařovací nádobku - Filtr s aktivním uhlím - Bakteriální/virový filtr (filtrace >99 %) Vstup pro analyzátor plynů.	ANO		
<b>Součást dodávky</b>			
Systém pro aplikaci inhalačních anestetických plynů vč. veškerého příslušenství ke zprovoznění požadované metody.	ANO		
Monitor anestetických plynů vč. příslušenství (ukazuje koncentraci CO2 a anestetických plynů).	ANO		

\* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

#### Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- klasifikační třída zdravotnického přístroje Ila
- cena BTK v Kč bez DPH (včetně souvisejících nákladů) 7.925,- Kč vč. dopravy
- frekvence provádění BTK 12 měsíců
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také) nevyžaduje

#### Ostatní požadavky (jsou-li nezbytné pro zajištění funkčnosti nabízeného systému):

Zapojení všech prvků do LAN a napojení na NIS (Worklist) a PACS ONN provede dodavatel v součinnosti s techniky útvaru ICT zadavatele. Součinnost s technikem útvaru ICT musí být dodavatelem domluvena s minimálním předstihem 5 pracovních dnů, a to prokazatelným způsobem (email, zápis z jednání).

V případě napojení komponent dodávaného systému na stávající WiFi síť nemocnice je požadováno, aby WiFi zařízení podporovalo bezpečnostní standard ověření WPA2-Enterprise (metoda PEAP, MSCHAPv2). Zadavatel akceptuje též WPA2-Personal (PSK). V takovém případě dodavatel dodá na útvar ICT seznam MAC adres připojovaných zařízení, na základě kterého, k jednotlivým MAC adresám bude vygenerováno unikátní 20-místné heslo a předáno dodavateli ke konfiguraci.

Součástí dodávky bude i přístupová licence MS Device CAL 2019 v celkovém počtu dodaných PC přistupujících k serveru Microsoft Zadavatele. Veškeré dodané SW licence budou registrovány (vyžaduje-li se registrace licence u výrobce) na uživatele, jímž je Oblastní nemocnice Náchod a.s. Kontaktní osobou je vedoucí útvaru ICT.

### **Kybernetická bezpečnost**

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.