



Vyplněná příloha č. 2_4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.

Název veřejné zakázky: Zvedák na pacienty

Část veřejné zakázky: 4

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj** (zařízení, zboží) **komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr (pole je žlutě podbarveno), dodavatel ve sloupci „Konkrétní specifikace / hodnota“ doplní konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). Do posledního sloupce „Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)“ uvede dodavatel příslušný odkaz, kde v nabídce si zadavatel může ověřit požadovaný parametr.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Dodavatel vyplní zvýrazněná pole

Zvedák na pacienty na lůžkové oddělení	
Výrobce	HANDI-MOVE nv/sa, Ten Beukenboom 13, T 9400 Ninove, Belgie
Typ / Model	Victor 2600 – dodávka s příslušenstvím
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24
Počet ks	3
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	151 975 Kč
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	455 925 Kč
DPH v Kč celkem samostatně	22 796,25 Kč
Cena v Kč včetně DPH celkem	524 313,75 Kč



Základní vlastnosti přístroje			
Specifikace	Splněno ANO / NE	Konkrétní specifikace / hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)
Mobilní, výškově nastavitelný zvedák je určen pro přesun, zvedání ze země a manipulaci se zcela imobilními klienty.	ANO		cenová nabídka a technický list
Zvedák lze použít pro přesuny jako např. do/z vany, na/z toalety, na sprchový vozík, na/ z křesla a z/na lůžko.	ANO		cenová nabídka a technický list
Zvedák má stabilní konstrukci s bezpečnou pracovní zátěží min. 225 kg.	ANO	prac. zátěž 225kg	cenová nabídka a technický list
4 bodová závěsná hrazda.	ANO		cenová nabídka a technický list
Vertikální i horizontální zdvih.	ANO	vertik. i horizont. zdvih	cenová nabídka a technický list
Pracovní rozsah – zdvih, min. 1300 mm.	ANO	2240mm	cenová nabídka a technický list
Elektrický pohon – akumulátorový zdroj.	ANO		cenová nabídka a technický list
Elektricky otevíraný podvozek.	ANO		cenová nabídka a technický list
Zvedák lze ovládat ručním dálkovým ovladačem.	ANO		cenová nabídka a technický list
Indikátor stavu baterie upozorňující na její výměnu.	ANO		cenová nabídka a technický list
Systém nouzového mechanického spuštění.	ANO		cenová nabídka a technický list
Signalizace potřeby servisního zásahu a váhového přetížení.	ANO		cenová nabídka a technický list
Odolnost vůči vodě.	ANO		cenová nabídka a technický list
Přístroj musí projít dveřmi 800 mm.	ANO		cenová nabídka a technický list
Možnost vážit pacienta na zvedáku.	ANO		cenová nabídka a technický list
Možnost využití zvedáku pro nácvik chůze.			
Zvedák lze použít pro mobilizaci ležících pacientů.	ANO		cenová nabídka a technický list
Součást dodávky			
Přídavné opěrné madlo pro nácvik chůze.			



Elektronická váha třídy III. ke zvedáku vč. příslušenství k zavěšení.	ANO		cenová nabídka a technický list
Kolečka s nízkým třením, min. 2 ks bržděná (pro každý zvedák).	ANO		cenová nabídka a technický list
Závěsný vak určený pro mytí pacientů o velikosti XL.	ANO		cenová nabídka a technický list
Závěsný vak určený pro přesun pacientů o velikosti L.	ANO		cenová nabídka a technický list
Dostatečně výkonný akumulátor.	ANO		cenová nabídka a technický list
Pokud není akumulátor integrovaný, tak je nabíječka součástí dodávky.	ANO		cenová nabídka a technický list
Všechny vaky musí být omyvatelné.	ANO		cenová nabídka a technický list
Možnost použití jednorázových vaků.	ANO		možnost použití jednorázových vaků je přípustná

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma
- jedná se o zdravotnický prostředek dle zákona o zdravotních prostředcích v platném znění:
ANO / NE-(doplní dodavatel)
- klasifikační třída zdravotnického přístroje: **Třída I (doplní dodavatel)**
- podléhá notifikaci SÚKL: **ANO/-NE (doplní dodavatel)**
- uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také): **kalibraci provádí výrobce , následně kalibraci po záruce si provádí uživatel na své náklady, případně kontaktuje naši společnost, která váhu odešle ke kalibraci 1 x ročně (doplní dodavatel)**

Kybernetická bezpečnost

Oblastní nemocnice Náchod a.s. (ONN) je dle Zákona č.181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti (ZKB) provozovatelem základní služby: Poskytování zdravotních služeb.

Dodávaný systém musí splňovat požadavky ZKB a navazujících předpisů, zejména vyhlášky č. 82/2018 Sb. o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech.