

Příloha č. 1 Technická specifikace vč. požadavků zadavatele

Sáňkový mikrotom

Dodavatel (úplný název, vč. IČO a korespondenční adresy)	bamed s.r.o. Litvinovice 32, 370 01 Litvinovice, IČO: 62525638	
Výrobce	[REDACTED]	
Jednoznačný název a typ modelu přístroje	[REDACTED]	
Technické požadavky	Splnění požadavku ANO/NE	Poznámky a komentáře
Horizontální a vertikální systém bezúdržbových valivých ložisek bez vůle	ANO	
Stabilní pohyb nože	ANO	
Stabilní konstrukce	ANO	
Vestavěný mikrometrický mechanismus	ANO	
Rychloupínací systém pro univerzální držák kazet a držák bločků	ANO	
Otočný držák nože excentrickým upínáním	ANO	
Beznástrojové nastavení úhlu nože	ANO	
Aretace posunu nože ve třech polohách	ANO	
Chránič prstů	ANO	
Eloxovaný snadno čistitelný povrch	ANO	
Krok krájení: manuálně nebo automaticky	ANO	
Horizontální pohyb: manuálně otočným kole	ANO	
Tloušťka řezů: min 0.5 - 40 μm	ANO	0.5 - 40 μm
Rozsah nastavení: 0 - 10 μm v krocích po 0.5 μm /10 - 40 μm v krocích po 5 μm	ANO	0 - 10 μm v krocích po 0.5 μm /10 - 40 μm v krocích po 5 μm
Orientace vzorku: osy x- a y 8°, osa z až360°	ANO	osy x- a y 8°, osa z až360°
Horizontální/ Vertikální rozsah: 180/48 mm	ANO	180/48 mm
Maximální rozměr vzorku: univerzální držák kazet, standardní zalévací kazety/Standardní držák bločků, vzorky o velikosti 45 x 60 mm/Velký univerzální držák kazet, zalévací kazety Mega	ANO	
Max. rozměry (š/h/v): 350 x 430 x 300 mm	ANO	340 x 420 x 300 mm
Příslušenství:		
vana na odpadlé řezy	ANO	
držák nože	ANO	
držák kazet orientovatelný	ANO	
Set pro rotační a sáňkové mikrotomy - délka 160 mm - včetně 50 ks žiletek - nerezová ocel, upínání žiletky šrouby	ANO	
Další požadavky		
Záruční doba přístroje min. 2 roky	ANO	2 roky
Servis po dobu životnosti přístroje (minimálně 2 roky plný záruční servis + 8 let pozáruční servis)	ANO	2 roky záruční servis + 8 let pozáruční servis
Servisní softwarová a hardwarová podpora po dobu životnosti přístroje (10 let)	ANO	
Po dobu záruční doby bezplatné provedení bezpečnostně technických kontrol, veškerých předepsaných kontrol, kalibrací a revizí (ať už předepsaných výrobcem, tuzemskou servisní organizací nebo právními předpisy). Pokud je pro provedení BTK či jakéhokoli dalšího předepsaného testu prováděného uchazečem vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly, a proto nemůže být samostatně účtován.	ANO	
Bezplatné dodání návodů na obsluhu v českém jazyce 1x v tištěné formě, 1 x na CD nebo USB - provedení zaškolení personálu.	ANO	
Dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumentace nezbytné pro provoz v ČR.	ANO	
Dodávka techniky, její instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu musí být realizovány plně na náklady dodavatele.	ANO	