

KUPNÍ SMLOUVA

Nákup přístrojového vybavení z dotačního programu
 Investiční akce MZČR id. č. 335V1130002303
 (EÚ - pořízení GC-MS/MS a souvisejícího laboratorního vybavení)

„Stolní chlazená vysokokapacitní centrifuga“

Smluvní strany:

Obchodní firma: MERCI, s.r.o.

Se sídlem: Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno

IČO: 46966447

DIČ: CZ46966447

Zastoupený: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]@merci.cz, [redacted]

dále jen jako „prodávající“ na straně jedné

a

Název: Endokrinologický ústav

Se sídlem: Národní 139/8, 116 94, Praha 1 – Nové Město

IČO: 00023761

DIČ: CZ00023761

zastoupený: [redacted], ředitelkou

Kontaktní osoba: [redacted], [redacted]@endo.cz, mobil: [redacted]

dále jen jako „kupující“ na straně druhé

si v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu:

1. Předmět smlouvy

1.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu a umožnit mu nabytí vlastnického práva k následující movité věci:

Stolní chlazená vysokokapacitní centrifuga včetně rotoru a příslušenství
 jejíž bližší specifikace je dána přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „**předmět koupě**“). Kupující se zavazuje předměty koupě převzít a uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

1.2. Prodávající se dále zavazuje dodat kupujícímu následující plnění:

- *Dopravu a instalaci předmětu koupě na oddělení Laboratorního komplementu Endokrinologického ústavu, Národní 8, Praha 1, jak je definováno přílohou č. 1 této smlouvy;*
- *Nedílnou součástí instalace na náklady dodavatele, je odvoz a ekologická likvidace dosloužilé centrifugační techniky, jak je definováno přílohou č. 1 této smlouvy;*
- *Zaškolení kupujícím určených osob v sídle kupujícího k obsluze předmětu koupě;*
- *Předání veškerých dokumentů potřebných k nakládání s předmětem koupě včetně: návodu k obsluze, uživatelského manuálu či příručky, záručního listu, technické dokumentace a prohlášení o shodě. Návody k obsluze, uživatelský manuál a technické dokumentace lze předat v elektronické formě (formát .pdf);*

2. Kupní cena a platební podmínky

- 2.1. Kupní cena za předměty koupě a další plnění sjednaná podle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši celkem 327 800,00 Kč. Ke sjednané ceně bude připočtena zákonná DPH ve výši 68 838,00 Kč.
- 2.2. Celková kupní cena s DPH činí 396 638,00 Kč (slovy: tři sta devadesát šest tisíc šest set třicet osm korun českých).
- 2.3. Kupní cena je konečná a neměnná. Kupní cena zahrnuje všechny náklady související s plněními kupujícího uvedenými zejména v článku 1.2. této smlouvy.
- 2.4. Cenu lze změnit pouze v případě změny DPH s tím, že DPH bude účtována vždy v zákonné aktuální výši. Veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč a rovněž všechny platby budou realizovány v české měně.
- 2.5. Kupující nebude poskytovat zálohy. Prodávající se zavazuje vystavit fakturu do 14 kalendářních dnů od dodání a převzetí předmětu koupě. Kupní cena je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) kupujícímu a zároveň po dodání a převzetí předmětů koupě a poskytnutí dalších plnění podle článku 1.2. této smlouvy. Kupní cena bude kupujícím uhrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.
- 2.6. Za den zaplacení kupní ceny je považován den, kdy je částka odepsána z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu stanovené obecně závaznými právními předpisy a musí na ní být uvedena touto smlouvou stanovená lhůta splatnosti, jinak je kupující oprávněn ji prodávajícímu vrátit k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová 30-denní lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.

3. Dodací podmínky

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat předměty koupě kupujícímu na jím určené místo a poskytnout další plnění podle článku 1.2. této smlouvy nejpozději do **6 týdnů od oboustranného podpisu kupní smlouvy**. Na přesném termínu dodání, instalace a zaškolení obsluhujícího personálu (den a čas) v tomto časovém rámci se smluvní strany

předem dohodnou. Kontaktní osobou na straně kupujícího pro stanovení tohoto termínu je: [REDAKCE] (vedoucí Oddělení klinické biochemie, E-mail: [REDAKCE]@endo.cz, Tel: +420 [REDAKCE])

- 3.2. Kupující není povinen předměty koupě převzít, pokud při předání vykazuje vady či dodávka není kompletní.

4. Předání předmětů koupě

- 4.1. Předání předmětů koupě kupujícímu proběhne na základě podpisu předávacího protokolu poté, co bude ukončena jeho instalace, předměty koupě budou plně způsobilé provozu a budou úspěšně provedeny veškeré předávací testy.
- 4.2. Okamžikem převzetí předmětu koupě kupujícím nabývá kupující vlastnické právo k předmětům koupě a zároveň na něj přechází nebezpečí škody.

5. Záruka za jakost

- 5.1. Prodávající odpovídá za veškeré vady, které mají předměty koupě v době jeho protokolárního předání a dále za vady, které se vyskytnou během záruční doby.
- 5.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětů koupě, a to po dobu **24 měsíců**.
- 5.3. Záruční doba počíná běžet od dne protokolárního převzetí předmětů koupě kupujícím a staví se po dobu záručních oprav.

6. Záruční a pozáruční servis

- 6.1. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupujícího záruční a pozáruční servis za níže uvedených podmínek:

6.1.1 Podmínky záručního servisu:

- oznámí-li kupující prodávajícímu vadu předmětu koupě, je prodávající povinen nastoupit k vyřízení reklamace (zejména provést servisní zásah) a sdělit kupujícímu způsob vyřízení reklamace nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od oznámení; originální náhradní díly je prodávající povinen dodat do čtrnácti (14) pracovních dnů,
- záruční servis je poskytován bezplatně, a to včetně všech materiálů, jichž je k odstranění vady zapotřebí,
- prodávající je povinen odstranit nahlášenou záruční vadu ve sjednaném termínu,
- po dobu trvání záruční doby je prodávající dále povinen provádět bezplatně veškeré nutné preventivní prohlídky předmětu koupě v rozsahu dle platných právních předpisů,
- servisní technik bude komunikovat v českém jazyce
- dodavatel musí doložit prostou kopii dokladu o autorizaci výrobcem k prodeji a servisu jeho výrobků

- záruční servis bude poskytován až do uplynutí záruční doby.

6.1.2 Podmínky pozáručního servisu:

- oznámí-li kupující prodávajícímu vadu předmětu koupě, je prodávající povinen nastoupit k jejímu vyřízení (zejména provést servisní zásah) a sdělit kupujícímu způsob jejího vyřízení nejpozději dvou (2) pracovních dnů od oznámení; originální náhradní díly je prodávající povinen dodat do čtrnácti (21) pracovních dnů,
- prodávající provede diagnostiku pozáruční závady a dohodne se s kupujícím na způsobu, termínu a ceně opravy (případně i na podmínkách zapůjčení náhradního zařízení) a kupující na základě této dohody pošle prodávajícímu závaznou objednávku na opravu,
- pozáruční servis je poskytován za úplaty ve výši a v čase v místě obvyklém. Náhrada cestovného bude prodávajícím účtována ve výši a čase v místě obvyklém s tím, že maximálně bude požadována náhrada cestovného za 20 km cesty. Materiál, jehož bylo v rámci zajišťování pozáručního servisu zapotřebí použít, je fakturován samostatně, a to maximálně ve výši v čase a místě obvyklé;
- servisní technik bude komunikovat v českém jazyce
- dodavatel musí doložit prostou kopii dokladu o autorizaci výrobcem k prodeji a servisu jeho výrobků
- pozáruční servis bude poskytován po dobu nejméně 10 let od předání předmětu koupě.

7. Další povinnosti prodávajícího

- 7.1. Prodávající je povinen mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to s minimálním krytím ve výši 1.000.000 Kč a toto pojištění udržovat v platnosti nejméně 10 let od předání předmětu koupě.

8. Ukončení smlouvy a sankce

- 8.1. Nedodrží-li prodávající termín pro dodání předmětu koupě včetně souvisejících plnění, jak je uvedeno v článku 1.2. této smlouvy, je kupující oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. Vedle toho je kupující oprávněn okamžitě od této smlouvy odstoupit.
- 8.2. Za prodlení prodávajícího s termíny záručního a pozáručního servisu, jak jsou sjednány v článku 6.1.1 a 6.1.2 této smlouvy, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.





9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou součinnost.





- 9.2. Strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů anebo judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního úkonu, smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu této smlouvy.
- 9.3. Pokud v některých případech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla neplatná, strany se zavazují bezodkladně po tomto zjištění uzavřít novou smlouvu, ve které případný důvod neplatnosti bude odstraněn, a dosavadní přijatá plnění budou započítána na plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z původní smlouvy.
- 9.4. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu druhé smluvní strany nepostoupí žádná svá práva ani povinnosti z této smlouvy na třetí osobu ani nezřídí k takovým právům zástavní nebo jiné právo ve prospěch třetích osob.
- 9.5. Veškeré smluvní závazky, vyplývající z této smlouvy, přechází i na případné právní nástupce obou smluvních stran. O této skutečnosti musí být druhá smluvní strana neprodleně písemně informována.
- 9.6. Smluvní strany v plném rozsahu odkazují na sjednaný text smlouvy včetně její přílohy č. 1 a prohlašují, že se ani jedna z nich nebude odvolávat na obchodní zvyklosti. Smluvní strany se dále dohodly, že při sjednávání této smlouvy vylučují použití § 1740 odst. 3 a § 1751 odst. 2 občanského zákoníku, podle něhož je smlouva považována za uzavřenou i tehdy, pokud nedojde k úplné shodě projevů vůle smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že mají vůli uzavřít smlouvu na jedné listině.
- 9.7. Smluvní strany se dohodly, že vyšší mocí podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku se rozumí zejména živelné události, změna politické situace, války nebo jakákoli jiná podobná příčina či událost, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností podle této smlouvy.
- 9.8. Smluvní strany se dohodly, že změna okolností ani nemožnost plnění na straně jedné z nich není důvodem k ukončení této smlouvy. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 1765 občanského zákoníku.
- 9.9. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s touto smlouvou je místně příslušný soud podle sídla kupujícího.
- 9.10. Prodávající souhlasí s tím, aby kupující započítával jakékoli své splatné i nesplatné pohledávky za prodávajícím proti jakýmkoli splatným i nesplatným pohledávkám prodávajícího.
- 9.11. Součástí smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1 - Požadovaná technická specifikace předmětu plnění
- 9.12. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

- 9.13. Smluvní vztahy založené touto smlouvou mezi smluvními stranami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.14. Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě, popřípadě též ukončení této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsané oběma smluvními stranami.
- 9.15. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž kupující i prodávající obdrží jeden.
- 9.16. Smluvní strany na závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření této smlouvy. Dále prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Brně dne 2023



Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.07
.....13:04:59.±01'00'
MERCI, s.r.o.

jednatel
Prodávající

V Praze dne 2023



Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.13
11:06:06 +01'00'
.....
Endokrinologický ústav

ředitelka
Kupující

Příloha č. 1 kupní smlouvy - Požadovaná technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění dodávaný prodávajícím musí splňovat následující požadavky (nepodkročitelné meze plnění)

Popis přístroje:

Stolní chlazená vysokokapacitní centrifuga

Allegra V15R výrobce Beckman Coulter Inc.

Požadované nepodkročitelné technické parametry přístroje:

- | | |
|--|---|
| 1. maximální otáčky alespoň 10 000 ot/min (rpm) | Splňuji. Max. otáčky 13 500 ot/min (rpm) |
| 2. maximální odstředivá síla alespoň 11 000 x g (rcf) s úhlovým rotorem | Splňuji. Max. odstředivá síla 20 412 xg (rcf) s úhlovým rotorem |
| 3. nastavení rozsahu teplot od -10°C do +40 °C s krokem 1°C | Splňuji. Nastavení teploty v rozmezí -10°C až +40°C s krokem po 1°C |
| 4. minimálně 10 akceleračních a 10 brzdících stupňů | Splňuji. 10 stupňů zrychlení a 10 stupňů zpomalení/brždění |
| 5. nastavení doby stáčení od 1 minuty až do 99 hodin 59 minut | Splňuji. Nastavení času od 10 sekund do 99 hod a 59 min a 59 sekund |
| 6. současně zobrazení aktuálních a nastavených otáček, teploty a času | Splňuji. Současné zobrazení aktuálních a nastavených otáček, teploty a času |
| 7. uložení minimálně 20 uživatelských programů | Splňuji. Uložení až 50 uživatelských programů |
| 8. automatická detekce rotorů | Splňuji. Automatická detekce rotorů. |
| 9. jednoduché a rychlé nouzové otevírání víka rotorového prostoru (v případě výpadku el. proudu). | Splňuji. Jednoduché a rychlé nouzové otevírání víka rotorového prostoru (v případě výpadku el. proudu). |
| 10. stolní chlazená centrifuga o maximálních rozměrech 60cm*45cm*70cm (š*v*h) z důvodu umístění na pracovním stole mezi ostatní přístroje | Splňuji. Stolní chlazená centrifuga o rozměrech (š x v x h) 60 x 39 x 63,5 cm. |
| 11. jednofázové napájení 230 V / 50 Hz | Splňuji. Napájení 1 fáze, 200-230 V, 10 A, 50 Hz (standardní zásuvka). |
| 12. přístroj musí být nový, nepoužitý. Minimální záruka na přístroj je 24 měsíců | Splňuji. Přístroj je nový, nepoužitý. Záruka na přístroj je 24 měsíců. |
| 13. součástí je rotor s uvedeným příslušenství:
- výkyvný rotor kapacity 4 x 750 ml
- maximální odstředivá síla alespoň 4 500 x g
- 4 ks protiaerosolových průhledných krytů na jednotlivé závěsy | Splňuji. Součástí dodávky je rotor VS 4.750, max. 4 651 x g při 4 700 rpm, max. kapacita 4 x 750 ml. 4 ks protiaerosolových krytů na jednotlivé závěsy. |
| 14. 4 ks adaptérů, alespoň 19 pozic pro zkumavky v adaptéru. Adaptéry musí mít rozměry takové, aby bylo možné centrifugovat odběrové zkumavky:
BD Vacutainer® SSTTM II Advance Tubes
kat. č.: 367953 8.5ml rozměry 16 x 100mm | Splňuji. Součástí dodávky jsou 4 ks adaptérů do rotoru VS 4.750, 20 pozic pro zkumavky průměru 16 mm v adaptéru. |
| 15. 4ks adaptérů, alespoň 22 pozic pro zkumavky v adaptéru. Adaptéry musí mít rozměry takové, aby bylo možné centrifugovat odběrové zkumavky:
BD Vacutainer® SSTTM II Advance Tubes
kat. č.: 367957 3.5ml rozměry 13 x 75mm | Splňuji. Součástí dodávky jsou 4 ks adaptérů do rotoru VS 4.750, 23 pozic pro zkumavky průměru 13 mm v adaptéru. |
| 16. 4ks adaptérů, alespoň 7 pozic pro zkumavky v adaptéru. Adaptéry musí mít rozměry takové, aby bylo možné centrifugovat 50ml falkonky | Splňuji. Součástí dodávky jsou 4 ks adaptérů do rotoru VS 4.750, 7 pozic pro 50 ml falkony s kónickým dnem v adaptéru. |
| 17. 4ks adaptérů, alespoň 12 pozic pro zkumavky v adaptéru. Adaptéry musí mít rozměry takové, aby bylo možné centrifugovat 15ml falkonky | Splňuji. Součástí dodávky jsou 4 ks adaptérů do rotoru VS 4.750, 15 pozic pro 15 ml falkony s kónickým dnem v adaptéru. |
| 18. 4ks adaptérů, alespoň 25 pozic pro zkumavky v adaptéru. Adaptéry musí mít rozměry takové, aby bylo možné centrifugovat mikrozkušavky typu eppendorf 1,5ml nebo 2ml | Splňuji. Součástí dodávky jsou 4 ks adaptérů do rotoru VS 4.750, 25 pozic pro mikrozkušavky objemu 1,5 ml nebo 2 ml v adaptéru. |
| 19. stůl pod centrifugu: délka 180cm, hloubka 60cm, výška 75cm. Nosnost stolu musí odpovídat 2,5x násobku hmotnosti centrifugy. Konstrukce vhodná pro provozování centrifug. Optimálně se středovými nohama nebo příčkou, aby se snížily vibrace způsobené centrifugou. S dostatečně pevnou pracovní deskou vhodnou do laboratorního provozu. Barva desky bílá, hladký povrch, který lze snadno dezinfikovat | Splňuji. Stůl o celkových rozměrech 180x60/75 cm, spodní kovová svařená konstrukce, pracovní deska postforming, celková nosnost minimálně 350 kg. Barevné provedení bílá. |

Instalace přístroje:

20. nedílnou součástí je instalace přístroje ve 3. NP Laboratorního komplementu Endokrinologického ústavu na náklady dodavatele. Dále zprovoznění a zaučení obsluhy. O zaučení musí být vystaven příslušný dokument dle ISO 15189

Splňuji.

21. nedílnou součástí předmětu plnění na náklady dodavatele je odnos, odvoz a ekologická likvidace dosloužilé centrifugy Beckman GPR ze 3.NP (Laboratorní komplement EÚ). Na její místo přijde nová centrifuga - předmět plnění

Splňuji.