

Příloha č. 2 Rámcové smlouvy

NABÍZENÉ PARAMETRY PASIVNÍCH MATRACÍ

Název veřejné zakázky	Dodávka pasivních matrací 2023-2025
Druh řízení	výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu
Zadavatel:	Domov U Bířčky
sídlo:	K Bířčce 1240, 500 08 Hradec Králové
IČ:	00579033
DIČ:	CZ00579033
zástupce:	Ing. Daniela Lusková, MPA, ředitel

Dodavatel tímto čestně prohlašuje a předkládá výčet níže požadovaných technických parametrů nabízených židlí, a to v souladu s požadavky Zadavatele stanovenými v čl. 4 odst. 4.1 a čl. 7 odst. 7.4 Zadávací dokumentace.

Pol. č.:	Technický parametry pasivních matrací	Hodnota technického parametru	Pozn. Vysvětlení k doplnění kolonky o technickém parametru (pro pasivní matraci)
1.	Rozměry, včetně atypických, do rozměru 90 x 200 cm za jednu cenu (bez atypového příplatku).	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
2.	Výška matrace min. 15 cm	15 cm	Doplnit hodnotu v cm , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: <u>min. 15 cm.</u>
3.	Doporučená maximální nosnost matrace min. 200 kg	200 kg	Doplnit hodnotu v kilogramech , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: <u>min 200 kg.</u>
4.	Určeno pro klienty s vysokým rizikem vzniku dekubitů skupiny IV. (dle EPUAP), hodnotící škála podle Nortonové 20-13	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
5.	Základna matrace z pružné polyuretanové pěny o minimální objemové hmotnosti 32 kg/m ³ (dle EN ISO 845).	35 kg/m ³	Doplnit hodnotu v kg/m³ , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: <u>min 32 kg/m³.</u>
6.	Tuhost pěny matrace - odpor pěny proti stlačení v rozmezí 3,0 - 4,0 kPa (dle EN ISO 3386-1)	3,6 kPa	Doplnit hodnotu v kPa , kdy doplněná hodnota musí splňovat podmínku: <u>rozmezí 3,0 – 4,0 kPa.</u>
7.	Propracované min. 7 zónové členění lehací plochy, vyrobené z paměťové pěny o minimální objemové hmotnosti 40 kg/m ³ a odporu proti stlačení v rozmezí 1,0 – 2,0 kPa (dle EN ISO 3386-1) a minimální tloušťce vrstvy 4 cm s antidekubitní profilací.	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
8.	Možnost zpevněných boků matrace (jednoho nebo obou podélných) pro usnadnění vstávání.	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
9.	Konstrukce matrace umožňuje bezproblémové polohování i v případě zpevněných boků.	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
10.	Provedení boků matrace z materiálu v kvalitě stejné nebo lepší než základna matrace.	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)

„Dodávka pasivních matrací 2023 - 2025“

11.	Potah matrace je vyroben z PU potahové látky, v kombinaci ultrazvukového sváru a šití	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
12.	Potah matrace je vyroben z vysoce elastického a robustního čtyřcestného strečového materiálu, měkkého, příjemného povrchu, bez gumového vzhledu	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
13.	Potah matrace je vyroben z voděnepropustného (voděodolného) a omyvatelného materiálu	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
14.	Potah matrace je paropropustný s polyuretanovým zátěrem	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
15.	Potah matrace je snímatelný a pratelný do 95°C	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
16.	Potah označen permanentním potiskem s označením hlavy (hlavové části) a nohou (nožní části) a legislativních požadavků dle platného nařízení (MDR 745/2017)	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
17.	Permanentní potisk potahu je trvalého charakteru, s pratností do 95 °C a odolný desinfekcím.	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
18.	Konstrukční řešení zipu potahu min. 2stranného provedení	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
19.	Zip potahu je kryt ochrannou okapničkou (légou)	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
20.	Polyuretanové pěny použité v rámci matrací splňují normu snížené hořlavosti minimálně dle EN 597-1 a EN 597-2	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
21.	Potahy matrací splňují požadavky na nehořlavost, a to v rámci horní strany potahu min. normu CRIB-7	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)
22.	Garance vhodnosti pro různé typy lůžek a případná adjustace výrobku ze strany výrobce	ANO	Vybrat z nabízených možností ANO či NE dle toho, zda dodavatelem nabízené zboží požadovaným parametrem disponuje)

Upozornění:

Zadavatel tímto upozorňuje, že pokud účastník (dodavatel) u kteréhokoliv technického parametru shora uvedeného překročí požadovanou minimální hodnotu (tj. nabízený parametr nedosahuje minimálního stanoveného požadavku zadavatele), překročí maximální hodnotu (tj. nabízený parametr přesahuje maximální stanovený požadavek zadavatele) či uvede hodnotu „NE“ (tj. u parametrů, kde je možnost volby „ANO/NE“), bude nabídka takového účastníka (dodavatele) posouzena jako nevhodná a nesplňující zadávací podmínky a bude dále vyřazena z další účasti v tomto výběrovém řízení.

Účastník (dodavatel) podpisem tohoto čestného prohlášení bere shora uvedené upozornění na vědomí.

PODPIS KRYCÍHO LISTU DODAVATELEM			
Místo a datum podpisu čestného prohlášení:	V	Jilemnici	dne 19.10.2023
Jméno a příjmení osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	Petr Vašíček		
Funkce osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	člen představenstva		
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:			