

U Nákladového nádraží 1949/2  
130 00 Praha 3  
Česká republika

### Oznámení o změně nabízené položky

Vzhledem k ukončení výroby a dodávek nabízeného monitoru **EIZO EX3241** Vám oznamujeme, že v rámci plánované dodávky bude tento nahrazen monitorem **EIZO EX3242**. Jedná se o stejnou modelovou řadu, resp. modernizované provedení nabízeného typu. Tato změna nijak neovlivňuje konečnou nabídkovou cenu. V příloze tohoto oznámení jsou aktuální originální produktové listy výrobce.

### Porovnání parametrů obou monitorů s parametry požadovanými ve specifikaci veřejné zakázky (Endoskopická věž a endoskopy, e.č.: PZ-2023-0000309).

„4K medicínský monitor vyvinutý a kalibrovaný pro využití s flexibilními endoskopy. Musí zajišťovat barevně přesné, kontrastní a jasné zobrazení prováděného endoskopického nebo operačního výkonu formou celoplošného obrazu.“

<i>Minimální technické požadavky</i>	<i>EIZO CuratOR EX3241</i>	<i>EIZO CuratOR EX3242</i>
úhlopříčka minimálně 30"	32.0" / 81,3 cm	32.0" / 81,3 cm
nativní rozlišení minimálně 3840 x 2160	3840 x 2160 (16:9)	3840 x 2160 (16:9)
svítivost minimálně 300 cd/m <sup>2</sup>	700 cd/m <sup>2</sup>	850 cd/m <sup>2</sup>
kontrast minimálně 800:1	1000:1	1800:1
minimálně 2 vstupy kompatibilní s videoprocesorem nabídnutým v rámci této zakázky	DisplayPort(HDCP 1.3), HDMI (HDCP 2.2), <b>BNC (12G-SDI), BNC (3G-SDI), DVI-D (HDCP 1.4)</b>	DisplayPort(HDCP 1.3), HDMI (HDCP 2.2), <b>BNC (12G-SDI), BNC (3G-SDI), DVI-D (HDCP 1.4)</b>
možnost duplikovat zobrazený videosignál v nativním rozlišení na další zařízení (monitor, záznamové zařízení)	ANO – passthrough via BNC (12G-SDI), BNC (3G-SDI), DVI-D (HDCP 1.4)	ANO – passthrough via BNC (12G-SDI), BNC (3G-SDI), DVI-D (HDCP 1.4)
antireflexní úprava	ANO	ANO
certifikace MDE	ANO	ANO

V Praze dne 16.11.2023

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.20

08:38:56.10100'

Business Domain Manager Medical Systems