

Technická specifikace – základní minimální požadavky:

- automatický stohovač mikrotitračních destiček
- schopnost vytahování a opětovného skládání destiček - možnost naprogramovat přístroj tak, aby znovu naskládal desky do zdrojového zásobníku, čímž poskytuje úplnou automatizaci procesu
- kompatibilita s promývačkou Agilent Bio Tek 405 TS
- integrační kit na propojení obou přístrojů (stacker + promývačka)
- možnost programování a ovládání stackeru pomocí software a v součinnosti s promývačkou Agilent Bio Tek 405 TS – možnost obousměrné softwarové komunikace s využitím PC
- možnost přímého ovládání přes rozhraní promývačky
- rychlý přenos a výměna mikrotitračních destiček v promývačce Agilent Bio Tek 405 TS (< 10 sekund doba výměny desky)
- kompatibilita pro běžné 96-jamkové mikrotitrační destičky - standardní (ANSI/SLAS) destičky - maximální výška desky 14,6 mm
- schopnost zpracovat 30 mikrotitračních destiček
- vyměnitelný zásobník na mikrotitrační desky (možnost využití zásobníku s různou kapacitou – např. 10, 30 či 50 desek)
- možnost dokoupení snímače čárových kódů

Další požadavky:

- v nabídkové ceně je dále zahrnuto: doprava do místa plnění a instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění, uživatelský návod k obsluze v českém jazyce, proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby, předání kvalifikační a technické dokumentace,
- zařízení a všechny součástky jsou nové, nepoužívané
- zajištění záručního servisu česky mluvícím technikem na území České republiky, včetně zajištění náhradních dílů
- záruka min. 24 měsíců
- uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 48hod (oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady