

Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**Název části veřejné zakázky: Laboratorní inkubátor****Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

Dodavatel vyplní tabulku níže v pravém sloupci „Splněno ANO / NE“. V úvodu pravého sloupce dodavatel **vybere ANO nebo NE podle toho, zda nabízený přístroj (zařízení, zboží) komplexně splňuje požadavky zadavatele**. Také u každého řádku, ve kterém je zadavatelem stanoven a požadován konkrétní parametr, dodavatel v příslušném pravém sloupci doplní ANO nebo NE, zda je požadavek splněn a do dalšího sloupce napíše konkrétní nabízený parametr (je-li to možné). V posledním sloupci dodavatel vyplní číslo stránky dokumentu v nabídce (návodu k obsluze, technického listu, apod.), ve kterém bude uveden požadovaný technický parametr a zadavatel si tak může ověřit jeho splnění.

Pokud v této části tabulky uvede dodavatel v pravém sloupci „NE“, bude vyloučen ze zadávacího řízení. Jedná o požadavek zadavatele absolutní a musí být splněn. To platí i v případě, pokud některý parametr nebude vyhovovat nebo nebude objasněn.

Technická specifikace

Laboratorní inkubátor			
Výrobce	Nuve Co.		
Typ / Model	EN 055		
Záruka v měsících (min. 24 měsíců)	24 měsíců		
Počet ks	1		
Cena v Kč bez DPH za 1 kus	32.400,- Kč		
Cena v Kč bez DPH celkem za počet kusů	32.400,- Kč		
DPH v Kč celkem samostatně	6.804,- Kč		
Cena v Kč včetně DPH celkem	39.204,- Kč		
1 ks Laboratorní inkubátor			
Specifikace	Splněno ANO / NE	Reálná hodnota	Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu)
PID mikroprocesorové řízení s displejem.	ANO		Přiložený leták výrobce + nabídka KRDMH2023-366
Ochrana třídy podle DIN 12880.**	ANO		Deklarováno v prohlášení o shodě

Typ proudění-přirozená cirkulace vzduchu.	ANO		Příložený leták výrobce + nabídka KRDMH2023-366
Přístroj umožňuje uchovávat vaky s fyziologickým roztokem při teplotě 37°C.	ANO		
Teplotní rozsah okolí min. +5 °C až +30 °C.	ANO	okolí +5 °C až +100 °C.	
Nastavení provozní teploty v minimálním rozsahu +20 až +60 °C.	ANO		
Nastavitelné parametry na displeji: - teplota - doba trvání programu - čas	ANO		
Vnitřní prostor z nerezové oceli.	ANO		
Vnitřní objem minimálně 50 l.	ANO	55 ltr.	
Inkubátor lze naplnit min. 25 ks vaky o objemu 500 ml (rozměru cca délka x šířka - 25x10 cm).	ANO	Min. 40 ks.	
Dvojitě dveře, z toho jsou vnitřní dveře skleněné.	ANO		
Optoakustický alarmový systém zajišťující ochranu proti přehřátí.	ANO		
Možnost automatického vypnutí topení při překročení nastavené teploty.	ANO		
Z důvodu omezených prostorů vnější hloubka inkubátoru s propojovacím kabelem a otvíracím madlem nesmí překročit 600 mm.	ANO	Celkem 590 mm	
Váha přístroje max. 100 kg.	ANO	46 kg	
Napájení 230 V/ 50 Hz.	ANO		
Součást dodávky			
Součástí dodávky jsou 2 ks nerezové police.	ANO		
Napájecí kabel.	ANO		

* Pokud se kdekoliv v zadávacích podmínkách vyskytne požadavek nebo odkaz na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je účastník oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách, neboť se jedná pouze o vymezení požadovaného standardu.

** Ve vztahu k odkazované normě a požadavkům v ní uvedeným zadavatel v souladu s ust. § 89 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje možnost nabídnout rovnocenné řešení; v případě, že dodavatel této zákonem dané možnosti využije, je povinen v nabídce předložit podrobný popis nabízeného přístroje, ze kterého bude rovnocennost nabízeného řešení s uvedenou normou jednoznačně zřejmá.

Doplňující informace:

- v rámci záruky budou BTK prováděny zdarma

Není ZP

Příloha č. 2_zadávací dokumentace_Technické podmínky

- | | |
|---|------------|
| ➤ zdravotnický přístroj | Není ZP |
| ➤ klasifikační třída zdravotnického přístroje | Není ZP |
| ➤ frekvence provádění BTK | Není ZP |
| ➤ uveďte nároky na kalibraci, validaci případně jiná metrologická ověření a jejich četnost (pokud přístroj tyto úkony nevyžaduje, uveďte to také) | Nevyžaduje |