

## Technická specifikace předmětu plnění – technické požadavky na předmět plnění

Zadavatel:	Oblastní nemocnice Náchod a.s.
sídlo zadavatele:	Purkyňova 446, 547 69 Náchod
zastoupený:	RNDr. Bc. Janem Machem
IČO:	26000202
název VZ:	Motomed
druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka na dodávky zadávaná v nadlimitním režimu v otevřeném řízení

1. Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických prostředků **1 ks aktivně-pasivního přístroje pro trénink pohybu paret. dolních a horních končetin**, a to včetně dopravy do sídla zadavatele, instalace, montáže - uvedení do provozu a provedení potřebných zkoušek k uvedení do provozu dle platné legislativy, instruktáže obsluhy v souladu s platnou legislativou.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také poskytování bezplatné záruky za jakost dle ust. § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku s dobou trvání 24 měsíců a bezplatné provádění záručního autorizovaného servisního zabezpečení.

2. Specifikace předmětu plnění a technické nepodkročitelné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny níže v tomto dokumentu.

**U technických požadavků označených jako „nepodkročitelných“, bude nesplnění některého z nich znamenat vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení podle ust. § 48 ods.t 2 písm. a) zákona. Účastník zadávacího řízení je proto povinen v nabídce dostatečně a jednoznačně prokázat splnění nepodkročitelných technických požadavků na předmět veřejné zakázky pomocí odkazů na informace a údaje uváděné v příslušných produktových materiálech, a to ve vztahu ke každému uváděnému technickému parametru nabízeného plnění /požadavek na předložení produktových materiálů v rámci nabídky – viz odst. 16.1.1 písm. a) ZD/**  
**V případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.**

3. Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast.
4. Zadavatel neumožňuje nabídnout dodávku demo či repasované technologie.
5. Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. rozsah nebo min. či max. hodnota připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10 % od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

**6. Technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky**

	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.
	Technický požadavek	Status	Druh technického parametru	ANO/NE	Reálná hodnota /technický parametr nabízeného plnění <sup>1</sup>	Kde je prokazováno <sup>2</sup>
<b>Motomed</b>						
<b>Aktivně-pasivní přístroj pro trénink pohybu paret. dolních a horních končetin</b>						
1.	Motorem poháněný léčebný pohybový přístroj s příslušenstvím pro horní a dolní končetiny	požadováno	nepodkročitelný	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
2.	Pro pasivní, asistovaný a aktivní trénink horních i dolních končetin	požadováno	nepodkročitelný	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
3.	Barevný displej o velikosti min. 7“	požadováno	nepodkročitelný	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
4.	Léčebné cíle tréninku nebo indikace – možnost zvolit jeden z programů	požadováno	nepodkročitelný	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
5.	Motivační program s možností zábavného tréninku pro pacienty	požadováno	nepodkročitelný	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
6.	Program na uvolňování křečí – jemně povoluje a uvolňuje je, antispasmová kontrola	požadováno	nepodkročitelný	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
7.	Cvičení symetrie končetin	požadováno	nepodkročitelný	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
8.	Aktivní trénink s volitelnou zátěží	požadováno	nepodkročitelný	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
9.	Plynulá regulace rychlosti rozjezdu a nastavení	požadováno	nepodkročitelný	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
10.	Nastavení doby terapie	požadováno	nepodkročitelný	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
11.	Zobrazování údajů o cvičení a jejich vyhodnocení	požadováno	nepodkročitelný	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
12.	Polstrované podpěry lýtek	požadováno	nepodkročitelný	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
13.	Fixátory pro chodidla a lýtka	požadováno	nepodkročitelný	ano	.....	Katalog/ Návod k použití

<sup>1</sup> Dodavatel uvede reálnou hodnotu/technický parametr ve vztahu k technickému požadavku

<sup>2</sup> Odkaz na informace a údaje v produktových materiálech (produkt data – originální technické listy, návody k obsluze/uživatelské příručky, originální informační letáky, fotografie atd. – tyto materiály musí být součástí nabídky); v případě neprokázání splnění uváděných technických parametrů nabízeného plnění (ve vztahu k nepodkročitelným technickým požadavkům) v příslušných produktových materiálech je zadavatel oprávněn takový požadavek považovat za neprokázaný tj. nesplněný.

14.	<b>Fixační manžety na zápěstí</b>	požadováno	<b>nepodkročitelný</b>	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
15.	<b>Podpěra předloktí s kulatým úchopem</b>	požadováno	<b>nepodkročitelný</b>	ano	.....	Katalog/ Návod k použití
16.	<b>Zabezpečení stabilizace přístroje a pacienta proti převrácení</b>	požadováno	<b>nepodkročitelný</b>	ano	.....	Katalog/ Návod k použití

**Záruka a servis**

záruka na přístroj min. 24 měsíců

24 měsíců (doplň účastník)

v rámci záruky 2 roky budou BTK prováděny zdarma

cena BTK (včetně souvisejících nákladů)  
DPH)

2750,- (účastník doplní cenu v Kč bez

frekvence provádění BTK  
DPH)

1/24měsíců (účastník doplní cenu v Kč bez

hodinová sazba práce servisního technika  
DPH)

600,-/Kč/h (účastník doplní cenu v Kč bez