Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Oddělení centrální sterilizace
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10, telefon: 267 163 386, IČO: 00064173

OBJEDNÁVKA STERILIZACE POMŮCEK PRO EXTERNÍ PRACOVIŠTĚ

A. PARNÍ 121 °C (gumové předměty)

B. PARNÍ 134 °C (kovové nástroje)

C. PLAZMA 55 °C

Pracoviště: **Kontakt** (telefon):

Název zdravotnického prostředku, kontejneru:	**Počet ks:**	**Sterilizace - druh**			**Sterilizační obal - počet a rozměr** (vyplní zaměstnanec OCS)
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	
		A	**B**	**C**	

* Výdej – externí pracoviště: Dne: Čas:

* Příjem žádanky a materiálu na OCS: Dne: Čas:

* Výdej žádanky a materiálu z OCS: Dne: Čas:

* Příjem – externí pracoviště: Dne: Čas:

PZN.: Vhodná volba se zaškrtne. * Identifikace osoby.

Vysterilizované zdravotnické prostředky jsou označeny exspirací 12 týdnů (1 obal), na pracovišti musí být uskladněny způsobem zabraňujícím zvlhnutí, zaprášení, mechanickému poškození (př. zásuvka, uzavřený box, skříň) podle vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb. v platném znění.