

Nemocnice Břeclav
příspěvková organizace
U nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav
tel: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

IČO: 00390780
DIČ: CZ 00390780
Bank.spoj.: [REDACTED]

OBJEDNÁVKA č.: 1364/2023-6

Značka: 1364/2023-6
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Supmed, s.r.o.
U nákladového nádraží 1949/2
Praha 3
130 00
[REDACTED]

Datum: 20.11.2023

Objednáváme u Vás:

Opravu podle § 46 zákona č.375/2022 sb o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů.

Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízení

1. Reklamace opravy	Název zařízení:	Videogastroskop
	Typ zařízení:	EG-600WR
	Výr.číslo:	[REDACTED]
	Inv.číslo:	[REDACTED]
	Nákl.středisko:	01440201
	Umístění:	Gastroenterologická ambulance

Závada: přezkoušení funkčnosti



NABÍDKA č. 232670367

Dodavatel:

Suppmed services s.r.o.  services

U nákladového nádraží 1949/2

130 00 Praha

Česká republika

IČ: 08882681

DIČ: CZ08882681

Odběratel:

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

Nemocnice Břeclav, p.o.

U Nemocnice 3066/1

690 74 Břeclav

Účel nabídky:

Oprava EG-600WR s/

Závady: Error 20001 - chyba konektoru a el. desky - výměna

Konektorová hadice - lehce zalomená, stav od minule nezměněn - doporučená výměna

Poznámka:


Z důvodu zjištění všech nových náhradních dílů potřebných k opravě bude přístroj rozebrán. V případě odmítnutí opravy zákazník souhlasí, že přístroj mu bude vrácen v rozebraném stavu a bude mu fakturována částka 3500,- Kč bez DPH za detekci závad + náklady na dopravné. Cena návrhu je odhadní, konečná cena opravy se může lišit o max. +/- 15% bez DPH.

Název	Cena/MJ	Počet MJ	Sleva %	Celkem DPH %	s DPH
1. Servisní práce Fujifilm					
2. Spotřební materiál					
3. ELEKTRONICKÁ DESKA S600 CTL (RoHS)					
4. VIDEOKONEKTOR (SESTAVA) (RoHS)					

Základ: 59 820,00 Kč

DPH: 12 562,20 Kč

Celkem za nabídku: 72 382,20 Kč



----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět: [EXTERNÍ ZPRÁVA] RE: cenový návrh 1364/2023-6

Datum: Mon, 11 Dec 2023 08:52:33 +0000

Od: [redacted]

Komu: [redacted]

Dobrý den paní [redacted]

Potvrzuji přijetí objednávky na opravu videogastroskopu

Děkuji a přeji pěkný den

[redacted]
Service manager



From: [redacted]

Sent: Wednesday, November 29, 2023 10:36 AM

To: [redacted]

Subject: cenový návrh 1364/2023-6

Dobrý den,

v příloze Vám posílám schválený cenový návrh na opravu videogastroskopu.

Prosím o potvrzení přijetí.

S pozdravem

[redacted]
Oddělení zdravotnické techniky
Nemocnice Břeclav, p.o.
U Nemocnice 3066/1
690 02 Břeclav



11.12.2023