

Příloha č. 1 - Technické podmínky

Typové označení přístroje

DW-86L828BPST - Haier Biomedical

Základní požadavky zadavatele

Skříňový hlubokomrazicí box s duálním chladícím systémem s nízkou spotřebou elektřiny včetně příslušenství, pro bezpečné uskladnění citlivého biologického materiálu. Zadavatel požaduje dodávku celkem 4 kusů identických hlubokomrazicích boxů splňujících níže uvedené minimální parametry.

Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry. U hodnocených parametrů musí nabídka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni)	Požadovaná hodnota	Nabídka uchazeče <i>(Pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho uchazeč povinen uvést, v opačném případě bude zadavatel vycházet z jím minimální stanovené hodnoty - viz. sloupec Požadovaná hodnota, uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem, např. konkrétním odkazem na technické listy, výkresy apod.)</i>
hlubokomrazicí box skříňový	ano	ANO
duální chladicí systém tvořený dvěma nezávislými chladicími okruhy s vlastními kompresory, při výpadku jednoho chladicího okruhu je druhý okruh funkční a je schopen udržet dlouhodobě teplotu -75°C nebo nižší v celém prostoru mrazicího boxu	ano	ANO druhý okruh je schopen udržet dlouhodobě teplotu -80°C
vnitřní objem alespoň	800 litrů	ANO 828 ltr.
trvale udržitelná teplota při okolní teplotě 30°C	-85°C nebo nižší	ANO Trvale udržitelná teplota -86°C při okolí až +32°C
kapacita standardních 2" krabiček 133 x 133 x 51/52 mm horizontálně uložených v držácích minimálně	600 ks	ANO 600 ks.
nastavení teploty alespoň v rozsahu	-60 °C až -85 °C	ANO od -40°C až -86°C
denní spotřeba elektrické energie nižší než	15 kWh/ 24h	ANO 8,06 kW
LCD displej pro zobrazení teploty, záznam průběhu teplot a alarmových stavů s možností stažení dat	ano	ANO 10,1 "
vakuový ventil umožňující okamžité znovuotevření ihned po uzavření boxu	ano	ANO
flexibilní uspořádání vnitřního prostoru, všechny vnitřní police výškově nastavitelné, alespoň 3 police součástí dodávky	ano	ANO 3 police součástí

vnitřních izolované dveře mrazícího boxu uzavíratelné s mechanickým zajištěním uzavření	ano	<i>ANO 4 vnitřní izolované dveře</i>
alarm funkce (vysoká - nízká teplota, otevřené dveře, výpadek proudu, závada na chlazení), výstup pro externí alarm	ano	<i>ANO</i>
možnost připojit nezávislý monitorovací systém - průchodky alespoň	2 kusy	<i>ANO 2 ks. průchodek</i>
nezávislé teplotní čidlo pro monitoring teploty, systém pro odeslání alarmové SMS včetně záložní baterie, možnost volit alespoň 4 telefonní čísla	ano	<i>ANO možno navolit až 101 tel. čísel</i>
součástí dodávky každého boxu je CO2 záložní systém	ano	<i>ANO</i>
součástí dodávky každého boxu jsou nerezové držáky pro 2" krabičky každý pro alespoň 20 krabiček, krabičky lze z držáku vysunout po jednotlivých řadách krabiček, nemusí se vytahovat celý držák, součástí dodávky je takové množství držáků, které odpovídá alespoň 75% maximálního počtu držáků uložitelných do boxu	ano	<i>ANO 18 kusů nerez. Držáků</i>
záruční lhůta alespoň	60 měsíců	<i>ANO 60 měsíců</i>

Prodávající (uchazeč) prohlašuje, že dodávka bude vyhovovat všem výše uvedeným požadavkům Kupujícího (zadavatele). Pokud by se v průběhu přípravy a realizace dodávky ukázalo, že ke splnění požadavků Kupujícího dle této přílohy je nezbytné dodání dalších zařízení, součástí či příslušenství nebo provedení dalších služeb či prací, zavazuje se Prodávající dodat tato zařízení a provést tyto práce či služby jako součást plnění dodávky dle smlouvy bez zvýšení Kupní ceny (zmíněné dodávky, práce či služby nebudou mít charakter vícedodávek či víceprací).