

Veřejná zakázka malého rozsahu:

Dodávka geriatrických křesel pro kardiaky

Dokument:

Technické požadavky

Typ, označení geriatrických křesel pro kardiaky: *GERIATRICKÉ KŘESLO CORAILLE*
VÝROBCE: VERMEIREN BELGIE

P. č.	Požadované parametry	Skutečné parametry		
		ano ¹⁾	ne ¹⁾	parametry ²⁾
1.	Určení: <i>pro pohyb v interiéru i exteriéru (rovné, dlážděné plochy a komunikace)</i>	✓		
2.	Konstrukce: <i>kovový rám, sedací a opěrné části s komfortním, omyvatelným polstrováním</i>	✓		
3.	Nosnost: <i>min. 115 kg</i>	✓		
4.	Celková šířka: <i>max. 70 cm</i>	✓		
5.	Šíře sedu: <i>min. 46 cm, max. 48 cm</i>		✓	<i>44 cm a 48 cm</i>
6.	Hloubka sedu: <i>min. 44 cm, max. 46 cm</i>	✓		
7.	Výška sedu: <i>min. 54 cm, max. 56 cm</i>	✓		
8.	Výška zad: <i>min. 77 cm, max. 79 cm</i>	✓		
9.	Podvozek: <i>kola s plnou gumou nebo nafukovací</i> <i>2 x přední kolo, min. 6" (15,24 cm), max. 8" (20,32 cm)</i> <i>2 x zadní kolo, min. 12" (30,48 cm), max. 14" (35,56 cm)</i>	✓		
10.	Nožní opěrky: <i>s plynule nastavitelným sklonem a možností „vyklápění“ pro sestoupení z křesla</i>	✓		
11.	Sedačka a zádožní opěra: <i>s plynule nastavitelným úhlem sklonu</i>	✓		
12.	Barva polstrování: <i>zelená</i>	✓		
13.	Ostatní součásti: <i>- opěrka hlavy</i> <i>- bezpečnostní pás</i> <i>- pracovní deska (odnímatelná, odklopná a výškově nastavitelná)</i>	✓		

Poznámky:

¹⁾ Zatrhnout „ano“ (souhlasí s požadavky) nebo „ne“ (nesouhlasí s požadavky)²⁾ Vypsát skutečné parametryV *21. 10. 2016* dne *16. 8.* 2016