

Veřejná zakázka malého rozsahu:

Dodávka elektrických invalidních vozíků

Dokument:

Technické požadavky

Typ, označení elektrického invalidního vozíku:

Quickie Rumba

Elektrický invalidní vozík musí splňovat veškeré kvalitativní a ostatní podmínky, které jsou vymezeny právními předpisy a státními technickými a ostatními normami souvisejícími s předmětem plnění a jeho provozu v podmínkách České republiky.

P. č.	Požadované parametry	Skutečné parametry		
		ano ¹⁾	ne ¹⁾	parametry ²⁾
1.	Určení: pro pohyb v interiéru (i ve stísněných podmínkách) a exteriéru (rovné, dlážděné plochy a komunikace)	X		
2.	Konstrukce: skládací rám	X		
3.	Pohon: elektrický, baterie min. 40 Ah, max. rychlost do 7 km/h	X		50Ah; 6km/h
4.	Ovládání: odklopný integrovaný ovladač – joystick, s možností montáže na levou nebo pravou ruku	X		
5.	Nosnost: min. 120 kg	X		125kg
6.	Šířka sedu: šířka min. 46 cm, max. 48 cm, s možností dalšího rozšíření o min. 6 cm	X		42 a 48cm
7.	Hloubka sedu: min. 42 cm	X		43cm
8.	Bočnice: výškově nastavitelné	X		
9.	Zádová opěrka: výškově a úhlově nastavitelná (min. úhel 20°)	X		0-30°
10.	Stupačky: výškově nastavitelné	X		
11.	Zadní kola: nafukovací, min. průměr 25 cm, max. průměr 35 cm	X		12"
12.	Přední kola: plná guma, min. průměr 15 cm	X		8" a 9"
13.	Ostatní součásti: - sedací polštář, min. tloušťka 5 cm - nabíječka baterií	X		5cm

Poznámky:

¹⁾ Zatrhnout „ano“ (souhlasí s požadavky) nebo „ne“ (nesouhlasí s požadavky)

²⁾ Vypsát skutečné parametry

v Brně dne 18.8. 2016

.....
podpis

MEDICCO  27

Moravská 1687/34
120 00 Praha 2
IČ: 242 06 539, DIČ: CZ24206539