

## Hlášení reklamace

Datum	18.08.2023	Čas	13:25
Typ zařízení	ASDEK		
Místo	Řež		
Popis reklamace	Chyba 125		
Hlásil	SSZT	Zadal	

## Oprava

Příčina	VADKÝ SNÍMAČ CPMB2		
Popis opravy	23.8.2023 - M24= 487mV, zapojení pouze snímače CPMB2 (vypojení CPMA2), Qtest chyba 124, zakázání testování CPMA2 na LST 28.8.2023 - v teplých dnech byla přes den hlášena chyba 125 - závada snímače CPMB2 3.10.2023 - VÝNĚMA POŠKOZENÉHO SNÍMAČE CPMB2 SM: 750095 ZA SERVISNÍ SM: 750089 14.12.2023 - INSTALACE A ODZKOUŠENÍ OPRAVENÉHO SNÍMAČE CPMB2 SM: 750095		
Spotřebovaný materiál			
Datum		Opravitel	

## Převzetí opravy zákazníkem

Vyjádření			
Datum		Podpis, razítko	

## Hodnocení

Náklady	Materiál	Práce	Cestovní náklady	Celkem
				66057,-

Kategorie	POZÁRUČNÍ	Poznámka	
-----------	-----------	----------	--

Opatření			
----------	--	--	--

Datum		Schválil	
-------	--	----------	--