

DODAVATEL IE 17321611 DIE CZ17321611 MGVIVA a.s. Křenova 438/3 162 00 Praha - Veleslavín Tel.: 225 001 536 E-mail: servis@mgviva.cz	Objednávka email ze dne 04.12.2023 Naše zakázka 01-3-0000474 Den vystavení 04.12.2023
	ODBIRATEL IE 00844641 DIE CZ00844641 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace I. P. Pavlova 552/9 794 01 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Vážený zákazníku, potvrzujeme tímto přijetí Vaší výše uvedené objednávky na opravu následujícího zařízení a žádáme o ODSOUHLASENÍ / ZAMÍTNUTÍ cenového návrhu k PŘÍSTROJI / NÁSTROJI převzatému k opravě :

5525 HDTV kamera v.č. 1100296255;

Vaše objednávka je u nás vedena pod číslem
Servisní technik zodpovědný za Vaši zakázku je pan

01-3-0000474

Cenový návrh:

Narušený přívodní kabel kamerové hlavy. Pro její opravu nutná výměna viz CN

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁHRADNÍ DÍLY A PRÁCE

kat.číslo	název	množství MJ	cena za MJ	celkem bez DPH
9998-2x	Práce servisního technika specialisty	2,00 hod	1 590,00	3 180,00
9998	Sada pro výměnu přívodního komunikačního kabelu u kamerové hlavy	1,00 ks	185 200,00	185 200,00
			Celkem bez DPH	188 380,00
			Celkem s DPH	227 939,80

VAŠE STANOVISKO:

S provedením opravy SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME.

Dne _____

_____ podpis

VYSTAVIL

Prohlašujeme, že na výrobky podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. bylo vydáno Prohlášení o shodě v souladu s nařízením vlády č. 54/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů.