

Příloha č. 1 ZD - Technická specifikace včetně cenové nabídky (ocenění)	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Rukavice pro nemocnice vlastněné Plzeňským krajem 2023
ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	Část 5 - Operační rukavice latexové bez pudru
DODAVATEL	Medline International CZ, s. r. o.
IČO/DIČ:	13959891/CZ13959891
SÍDLO	Ve svahu 482/5, Podolí, 147 00 Praha 4
OSOBA OPRÁVNĚNÁ ZASTUPOVAT DODAVATELE:	Jochen Helmut Gunther Hein, jednatel, M [REDACTED]

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku rukavic, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesní dojí ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, sloužovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1 ZD. V relevantních sloupcích tabulky (cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd.) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednávací číslo. Nezpůsobná změna stanovené tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.

Dodavatel předloží v nabídce požadované Certifikáty, technické listy a Prohlášení o shodě.

Operační rukavice latexové bez pudru

Předmět plnění - parametry požadované zadavatelem	Počet ks v krabičce	Měrná jednotka	Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (párů rukavic)	Cena za 1 ks měrné jednotky (MJ) v Kč bez DPH	Sazba DPH (v %)	Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení)	Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH	Název produktu (obchodní název)	Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeného balení)	Objednávací číslo	Výrobce
Operační rukavice latexové bez pudru	50 párů	1 pár	[REDACTED]	[REDACTED]	21%	1 242 000,00 Kč	1 502 820,00 Kč	Originální Latex OR/ Signature Latex OR	50 párů v bal.	MSG72XX	Medline International France SAS 5 rue Charles Lindbergh, 44110 Châteaubriant, France

Celková nabídková cena za předmět plnění části 5 (předmět hodnocení):	Cena v Kč bez DPH:	1 242 000,00 Kč
	DPH v Kč :	260 820,00 Kč
	Cena v Kč včetně DPH:	1 502 820,00 Kč

Splnění minimálních požadovaných parametrů:

Operační rukavice latexové bez pudru (dále jen "Zboží")	Zboží splňuje ANO/NE/popis
Označení produktu CE dle nařízení EU 2017/745 ze dne 5.4.2017. Třída prostředku I. Označení produktu CE dle nařízení EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, kategorie III.	ANO/Označení produktu CE dle nařízení EU 2017/745 ze dne 5.4.2017. Třída prostředku I. Označení produktu CE dle nařízení EU 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, kategorie III.
Nesmí způsobovat alergické reakce, musí být odolný vůči chemikáliím a desinfekci	ANO/ Nezpůsobuje alergické reakce, není odolný vůči chemikáliím a desinfekci
Rotovaná manžeta	ANO/ Rotovaná manžeta
Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice	ANO/ Zbytkový prach max. 2,0 mg/rukavice
Barva bílá nebo lehce krémová	ANO/ Barva bílá nebo lehce krémová
Délka rukavice min. 280mm	ANO/ Délka rukavice min. 280mm
Doba skladování min. 3 roky od data výroby	ANO/ Doba skladování min. 3 roky od data výroby
Maximální hodnota AQL 1,5	ANO/ Maximální hodnota AQL 1,5
Vyhovuje normám:	ANO/ Vyhovuje normám:
ČSN EN 455 1-4: Požadavky a zkoušení nepropustnosti, fyzikální vlastnosti, biologické hodnocení a stanovení doby skladovatelnosti	ANO/ ČSN EN 455 1-4: Požadavky a zkoušení nepropustnosti, fyzikální vlastnosti, biologické hodnocení a stanovení doby skladovatelnosti
ČSN EN ISO 21420: Všeobecné požadavky a metody zkoušení	ANO/ ČSN EN ISO 21420: Všeobecné požadavky a metody zkoušení
ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení	ANO/ ČSN EN ISO 374-1: Terminologie a požadavky na provedení

ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci	ANO/ ČSN EN ISO 374-2: Stanovení odolnosti proti penetraci
ČSN EN ISO 455-1	ANO/ ČSN EN ISO 455-1
Požadované velikosti č. 5,5 až č. 9	ANO/ velikosti č. 5,5 až č. 9
Všecké nabízené produkty musí poskytovat neporušenou, odolnou a trvanlivou vrstvu materiálu mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva musí být pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. Vyšetřovacími rukavicemi musí být snadná manipulace při nasazování, nesmí být slepené, musí být elastické a pevné s dotekovou citlivostí.	ANO/ vrstva mezi rukou ošetřujícího personálu a tělními tekutinami nebo vzorky tkání pacienta. Tato vrstva je pružná, bez otvorů děr a trhlin a dostatečně silná, aby zabránila poškození při běžném používání. Vyšetřovacími rukavicemi
snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu	ANO/ snadné a bezpečné vytahování rukavic z obalu
Umožňující bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i mokřém prostředí	ANO/ Umožňují bezpečné uchopení a manipulaci s nástroji v suchém i mokřém prostředí
vyšší odolnost proti protřzení	ANO/ vyšší odolnost proti protřzení
Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání	ANO/ Vysoce pružné, dobrá manipulace při navlékání
Odolné proti mechanickému poškození	ANO/ Odolné proti mechanickému poškození
Značení rukavic viditelně na manžetě	ANO/ Značení rukavic viditelně na manžetě

**PROHLÁŠENÍ**

Prohlašuji, že:

- jsem se seznámil se zadávacími podmínkami výše uvedené veřejné zakázky, na kterou podávám nabídku;
- nabídková cena a veškeré údaje, informace, doklady a dokumenty v nabídce jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
- jsem si ve lhůtě pro podání nabídek vyjasnil sporná ustanovení a se zadávacími podmínkami souhlasím a respektuji je;
- v organizaci dodavatele ani v organizacích poddodavatelů prokazujících kvalifikaci nepůsobí veřejný funkcionář podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, který vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- přijímám zadávací, technické, administrativní obchodní a platební podmínky včetně návrhu rámcové dohody ve výše uvedené veřejné zakázce.

**Prohlášení k odpovědnému veřejnému zadávání**

Prohlašuji, že zajistím dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavatelem;

Prohlašuji, že zajistím dodržování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO);

V Praze, dne 11. 12. 2023

Oliver Schu  
.....Schu  
osoba oprá  
Oliver Schu

