



KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

1. Smluvní strany:

na straně jedné:

Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

se sídlem: Široká 390/16, 664 91 Ivančice
zastoupena: Ing. Jaromírem Hrubešem, ředitelem
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddíle Pr,
vložce č. 1227
IČ: 00225827
DIČ: CZ00225827
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
dále také **Kupující**

a

na straně druhé:

LB BOHEMIA, s. r. o.

se sídlem: Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav
zastoupena: Davidem Bednárem – jednatelem společnosti
zapsána: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 38076
IČ: 26224461
DIČ: CZ26224461
bankovní spojení: ██████████
číslo účtu: ██████████
dále také **Prodávající**

I.

Předmět smlouvy

1. Za podmínek dohodnutých v této smlouvě se prodávající zavazuje dodat a předat kupujícímu:
antidekubitní matrace pro 2. stupeň rizika 25 ks
antidekubitní matrace pro 3. stupeň rizika 35 ks
antidekubitní matrace pro 4. stupeň rizika 60 ks,

Zároveň se k těmto antidekubitním matracím (dále také „předmět koupě“ nebo „matrace“), prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnické právo a kupující se zavazuje matrace převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

2. Podrobná specifikace předmětu koupě je uvedena v Technické specifikaci předmětu koupě, která sestává z technických listů včetně typového označení a označení výrobce a tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Předmět koupě musí být nový, nepoužitý, nerepasovaný, nepoškozený, plně funkční, v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím. Závazek prodávajícího dodat předmět koupě zahrnuje zejména dodání veškerého materiálu a věcí nutných k řádnému provozu, náležité seznámení určených pracovníků kupujícího s obsluhou a údržbou předmětu koupě, vystavení nutných protokolů, atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných legislativních požadavků a technických parametrů předmětu koupě, úklid po dodávce a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.
4. Kupující se zavazuje předmět koupě od prodávajícího převzít spolu s vlastnickými právy a podle podmínek této smlouvy zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

II.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje, že předmět koupě předá kupujícímu do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Místem plnění předmětu smlouvy je Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace, Široká 390/16, 664 91 Ivančice, sklad SZM.

III.

Kupní cena

1. Celková kupní cena za předmět koupě byla stranami dohodnuta ve výši **383.000,- Kč** bez DPH. K této částce bude připočtena DPH v platné sazbě.
2. V kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy.

IV.

Platební podmínky

1. Splatnost daňového dokladu - faktury činí 30 dní od jeho doručení kupujícímu.
2. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, faktura s dodacím listem budou vystaveny a odesílány v elektronické podobě na adresu faktury@nspiv.cz.
3. Pokud se prodávající stane nespolehlivým plátcem DPH, je kupující oprávněn v souladu s §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, daň z přidané hodnoty uhradit na účet správce daně, aby se vyvaroval ručení za nespolehlivého plátce (prodávajícího). Pokud kupující uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně prodávajícího a částku bez DPH prodávajícímu, považuje se tento závazek za splněný.

V.**Provádění, dokončení a předání předmětu smlouvy**

1. Prodávající se zavazuje při provádění předmětu této smlouvy dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany, předpisy z oblasti ochrany životního prostředí (likvidace odpadů, nakládání s obaly). Prodávající zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu příslušných předpisů a norem.
2. Prodávající odpovídá v plné výši za škody, které způsobí kupujícímu nebo třetí osobě on, jeho zaměstnanci nebo osoby, které použil jako své subdodavatele.
3. Předmět koupě musí být plně funkční. Předmět koupě musí vyhovovat všem právním předpisům a platným normám (i technickým) a musí u něho být před předáním úspěšně provedeny všechny revize a zkoušky.
4. O předání předmětu koupě bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol. Předávací protokol musí být datován a podepsán prodávajícím a kupujícím, resp. jejich oprávněnými zástupci.
5. Kupující není povinen předmět koupě převzít, pokud mu nebudou doloženy zápisy o úspěšně provedených zkouškách vyžadovaných právními předpisy, jinými normami (i technickými) nebo obvykle prováděnými.
6. Kupující dále není povinen matrace převzít, pokud mu nebudou doloženy:
 - návody k obsluze (v papírové a elektronické podobě), užívání a zacházení s matracemi,
 - certifikáty a prohlášení o shodě,
 - protokoly o instruktáži (zaškolení) obsluhy.

VI.**Sankce**

1. V případě, že prodávající nedodrží termíny dle čl. II. této smlouvy, má kupující právo na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH, a to za každý i jen započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny, má prodávající právo na úrok z prodlení ve výši dle příslušného nařízení vlády.

VII.**Vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího předáním, které je potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Oprávněnou osobou k převzetí matrací a k jednání ve věcech technických za kupujícího je určena [REDAKCE], farmaceutická asistentka, [REDAKCE]
3. Kontaktní osobou prodávajícího je pro účely této smlouvy určen [REDAKCE]

VIII.**Další ujednání**

1. Jakýmkoli nárokem na zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo kupujícího požadovat v plné výši náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.
2. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
3. V případě, že kupujícímu vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči prodávajícímu, je kupující oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči prodávávčímu na zaplacení celkové ceny. Splatnost penalizační faktury činí 14 dnů ode dne doručení. Kupující je oprávněn kdykoliv započíst své splatné pohledávky vůči prodávajícímu proti pohledávkám prodávajícího vůči kupujícímu z této smlouvy.
4. Proávající je oprávněn postoupit či zastavit své pohledávky vůči kupujícímu z titulu této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem kupujícího.

IX.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Proávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost prodávajícího za vady plnění.
2. Doba záruky za jakost a doba pro uplatnění práv z vadného plnění činí 24 měsíců a začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu.
3. Kupující je oprávněn u prodávajícího uplatnit zjištěné vady kdykoliv v době trvání záruční doby, a to bez zbytečného odkladu. Vady oznámí telefonicky či mailem na kontaktní osobu, uvedenou v čl. VII. odst. 3.
4. Pokud prodávající ve stanovené lhůtě vady neodstraní, zavazuje se prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Podstatným porušením smlouvy, při kterém je smluvní strana oprávněna odstoupit, se pro účely této smlouvy rozumí zejména:
 - prodlení prodávajícího s dodáním a předáním předmětu koupě nebo kupujícího s jeho úhradou delší 30 kalendářních dnů;
 - předmět koupě nebude možné kupujícím během záruční doby užívat po dobu delší 30 kalendářních dnů;
 - výskyt více než dvou různých vad předmětu koupě nebo nedodržení odpovídající jakosti předmětu koupě;
2. Kupující má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž kupující vycházel při zadání zakázky.
3. Odstoupení dle této smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.



XI.

Registr smluv

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu se zněním § 6 odst. 1 zákona 340/2015 Sb., o registru smluv jejím uveřejněním prostřednictvím registru. Smluvní strany se dohodly, že údaje v této smlouvě obsažené nepovažují za obchodní tajemství a uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede kupující.

XII.

Závěrečná ujednání.

1. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu koupě (technické listy včetně typového označení a označení výrobce). Přílohu č. 1 vypracoval prodávající.
2. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.
4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti.
Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak.
Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno prodávající. V případě, že je smlouva uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců stran.



V Ivančicích dne **9. 1. 2024**

V Břeclavi dne 3.1.2024

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

.....
Ing. Jaromír Hruběš
ředitel

.....
David Bednár
jednatel společnosti

TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„Matrace“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnotících kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtně variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem veřejné zakázky je pořízení matrací dle níže uvedené specifikace.

matrace pro velmi vysoký stupeň (4. stupeň) rizika vzniku dekubitů, Norton 20-14 – 60 ks		Obchodní název a typ nabízeného plnění: Luxura Flex
zadání	splňuje	účastník nabízí
1. rozměr 195 x 85 cm	ANO / NE	ANO
2. nosnost min 200 kg, uveďte hodnotu	ANO / NE	ANO – 200 kg
3. výška jádra min 14 cm	ANO / NE	ANO – 14 cm
4. sendvičová matrace	ANO / NE	ANO
5. počet anatomických zón: min 5	ANO / NE	ANO
6. pěnová vylévaná 4G (80 kg/m3) s antidekubitní profilací ve speciální formě / podkladová PUR nebo HR matrace	ANO / NE	ANO
7. zpevněný okraj pro snadnější vstávání pacientů *	ANO / NE	ANO
8. zdravotnický prostředek dle zákona 375/2022 Sb. *	ANO / NE	ANO
9. potah:		ANO
9.1. omyvatelný	ANO / NE	ANO
9.2. snímatelný	ANO / NE	ANO
9.3. paropropustný	ANO / NE	ANO
9.4. voděodolný	ANO / NE	ANO

Příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění

9.5.	pružný ve všech 4 směrech	ANO / NE	ANO
9.6.	dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky pro použití na povrchy	ANO / NE	ANO
9.7.	pratelný na 95° C	ANO / NE	ANO
9.8.	lepené hrany potahu	ANO / NE	ANO
9.9.	vysoký zátěr PU proti zatečení nečistot s membránou (200g/m ²)	ANO / NE	ANO
9.10.	zip do tvaru L (180°) krytý okapnicí proti zatečení nečistot do jádra matrace	ANO / NE	ANO
10.	certifikace		ANO
10.1.	CRIB 5	ANO / NE	ANO
10.2.	CRIB 7	ANO / NE	ANO
10.3.	nezávislou certifikační agenturou, například Berlin Cert	ANO / NE	ANO
11.	prohlášení o shodě v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR)	ANO / NE	ANO
12.	závěrečná zpráva o klinickém hodnocení vydaná certifikovaným zdravotnickým zařízením v ČR	ANO / NE	ANO

matrace pro nízký stupeň (2. stupeň) rizika vzniku dekubitů, Norton 25-21 – 25 ks		Obchodní název a typ nabízeného plnění: Lux Duo	
zadání	splňuje	účastník nabízí	
1. rozměr 195 x 83 cm	ANO / NE	ANO	
2. nosnost 140 kg – 160 kg, uveďte hodnotu	ANO / NE	ANO – 150 kg	
3. výška jádra min 14 cm	ANO / NE	ANO – 14 cm	
4. sendvičová matrace	ANO / NE	ANO	
5. počet anatomických zón: min 5	ANO / NE	ANO	
6. pěnová HR/HR matrace objemové hmotnosti N3530/N3550	ANO / NE	ANO	
7. oboustranné použití	ANO / NE	ANO	
8. velmi vysoká nosnost a stabilita	ANO / NE	ANO	
9. příčný a podélný prořez matrace	ANO / NE	ANO	
10. výborná elasticita a tvarová stálost	ANO / NE	ANO	
11. zpevněný okraj pro snadnější vstávání pacientů *	ANO / NE	ANO	
12. zdravotnický prostředek dle zákona 375/2022 Sb. *	ANO / NE	ANO	
13. potah:		ANO	
13.1. omyvatelný	ANO / NE	ANO	
13.2. snímatelný	ANO / NE	ANO	

Příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění

13.3. paropropustný	ANO / NE	ANO
13.4. voděodolný	ANO / NE	ANO
13.5. pružný ve všech 4 směrech	ANO / NE	ANO
13.6. pratelný na 95° C	ANO / NE	ANO
13.7. dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky pro použití na povrchy	ANO / NE	ANO
13.8. lepené hrany potahu	ANO / NE	ANO
13.9. vysoký zátěr PU proti zatečení nečistot s membránou (200g/m ²)	ANO / NE	ANO
13.10. zip do tvaru L (180°) krytý okapnicí proti zatečení nečistot do jádra matrace	ANO / NE	ANO
14. certifikace		ANO
14.1. CRIB 5	ANO / NE	ANO
14.2. nezávislou certifikační agenturou, například Berlin Cert	ANO / NE	ANO
15. prohlášení o shodě v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR)	ANO / NE	ANO
16. závěrečná zpráva o klinickém hodnocení vydaná certifikovaným zdravotnickým zařízením v ČR	ANO / NE	ANO

matrace pro vysoký stupeň (3. stupeň) rizika vzniku dekubitů, Norton 20-17 – 35 ks		Obchodní název a typ nabízeného plnění: Prevent
zadání	splňuje	účastník nabízí
1. rozměr 195 x 80 cm	ANO / NE	ANO
2. nosnost 160 kg – 180 kg, uveďte hodnotu	ANO / NE	ANO – 180 kg
3. výška jádra min 15 cm	ANO / NE	ANO – 15 cm
4. sendvičová matrace	ANO / NE	ANO
5. počet anatomických zón: min 7	ANO / NE	ANO
6. pěnová PUR/HR matrace	ANO / NE	ANO
7. 12 cm vysoce stabilní základové PUR pěny vysoké objemové hmotnosti 35 kg/m ³ , odpor proti stlačení 5,0 kPa	ANO / NE	ANO
8. 3 cm visco pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m ³ a odporu proti stlačení 2,5 kPa	ANO / NE	ANO
9. zpevněný okraj pro snadnější vstávání pacientů *	ANO / NE	ANO
10. zdravotnický prostředek dle zákona 375/2022 Sb. *	ANO / NE	ANO
11. potah:		ANO
11.1. omyvatelný	ANO / NE	ANO
11.2. snímatelný	ANO / NE	ANO

Příloha č. 3 Specifikace předmětu plnění

11.3.	paropropustný	ANO / NE	ANO
11.4.	voděodolný	ANO / NE	ANO
11.5.	pružný ve všech 4 směrech	ANO / NE	ANO
11.6.	pratelný na 95° C	ANO / NE	ANO
11.7.	dezinfikovatelný běžnými dezinfekčními prostředky pro použití na povrchy	ANO / NE	ANO
11.8.	lepené hrany potahu	ANO / NE	ANO
11.9.	vysoký zátěr PU proti zatečení nečistot s membránou (200g/m ²)	ANO / NE	ANO
11.10.	zip do tvaru L (180°) krytý okapnicí proti zatečení nečistot do jádra matrace	ANO / NE	ANO
12.	certifikace		ANO
12.1.	CRIB 5	ANO / NE	ANO
12.2.	CRIB 7	ANO / NE	ANO
12.3.	nezávislou certifikační agenturou, například Berlin Cert	ANO / NE	ANO
13.	prohlášení o shodě v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR)	ANO / NE	ANO
14.	závěrečná zpráva o klinickém hodnocení vydaná certifikovaným zdravotnickým zařízením v ČR	ANO / NE	ANO


Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V Břeclavi dne 5.12.2023

.....
David Bednár – jednatel společnosti

David Bednár Digitálně podepsal David
Bednár
Datum: 2023.12.05 12:56:12
+01'00'

*
zákon č. 375/2022 Sb., zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění



Matrace Luxura Neo Flex 195 x 85 x 14 cm, potah SAFR – 60 ks


charakteristika matrace: Vysoce komfortní matrace, která splňuje požadavky pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů. 5-zónové jádro matrace je vyrobeno kombinací studené HR pěny a speciální vylévané 4G visco pěny vylévané do speciální formy, kde nedochází k řezání – prevence před mikroprachem. Vlastnosti těchto materiálů Vám zaručí dokonalé rozložení tlaku díky 3D deformaci 4G pěny. Rychlý nástup přizpůsobení se křivkám uživatele zajistí dokonalý a nepřerušovaný krevní oběh, zabezpečí tak regeneraci organismu a předchází vzniku proleženin. Výhodou těchto nových materiálů jsou jejich užité a hygienické vlastnosti. Proto jsou vhodné i pro alergiky a uživatele, kterým není lhostejná regenerace organismu během spánku. Matrace je perforovaná v nejvíce exponovaných místech, čímž prakticky dýchá s Vámi. Verze FLEX – zpevněné okraje pro lepší vstávání klienta z lůžka. Potah SAFR – prací na 95°C, antialergický, pružný ve všech 4 směrech, voděodolný, paropropustný, zip do tvaru L (180°), zip krytý okapnicí proti zatékání nečistot do jádra matrace, lepené hrany potahu – 100% ochrana proti zatečení nečistot do jádra matrace.

Třída rizika vzniku proleženin: Matrace je určena pro vysoký stupeň rizika vzniku dekubitů, třída (IV.), Norton 20-14.

Zónování: Matrace je zónovaná do 5 anatomických zón.

Materiálové složení: Vylévaná 4G pěna, studená HR pěna.


Výška jádra matrace: 14 cm.



DIVIZE ZDRAVOTNICTVÍ A PEČOVATELSTVÍ

Nosnost matrace: do 200 kg

certifikace nezávislou certifikační agenturou Berlin Cert, prohlášení o shodě v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR).
závěrečná zpráva o klinickém hodnocení vydaná certifikovaným zdravotnickým zařízením v ČR.




Matrace Bohemia Lux Duo 195 x 83 x 14 cm, potah SAFR – 25 ks (4+ 21 ks)


- Při správném polohování klienta je matrace určena pro nízký stupeň rizika vzniku dekubitů (II.)
- Výška jádra matrace 14 cm
- Vysoce kvalitní HR velmi vysoké objemové hmotnosti N3530/ N3550 rozděleno do 5ti anatomických zón lidského těla - oboustranné použití
- Velmi vysoká nosnost a stabilita
- Příčný a podélný prořez matrace pro lepší cirkulaci vzduchu a polohování na roštu lůžka
- Norton 25-21
- Nosnost matrace až 150 kg
- Výborná elasticita a tvarová stálost
- Potah má atest CRIB 5

- Rovnoměrné rozložení tlaku hmotnosti pacienta na matraci
- Potah SAFR – prací na 95°C, pružný ve všech směrech, omyvatelný, paroprodyšný, krytý okapnici proti zatékání nečistot do jádra matrace

- **certifikace nezávislou certifikační agenturou Berlin Cert, prohlášení o shodě v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR). Závěrečná zpráva o klinickém hodnocení vydaná certifikovaným zdravotnickým zařízením v ČR.**



Matrace Prevent v potahu SAFR – rozměr 195 x 80 x 15 cm – 35 ks



Výška jádra matrace 15 cm – vhodná do nosnosti 170 kg

12 cm vysoce stabilní základové PUR pěny vysoké objemové hmotnosti 35 kg/m³, odpor proti stlačení 5,0 kPa a 3 cm visco pěny o objemové hmotnosti 50 kg/m³ a odporu proti stlačení 2,5 kPa, profilace do 7 zón

Norton 20 – 17, riziko vzniku dekubitů III.

certifikát CRIB 5 a CRIB 7

Zip do tvaru L (180°), prací na 95°C, pružný ve všech 4 směrech, voděodolný, paropropustný, zip krytý okapnicí, vysoký zátěr PU proti zatečení nečistot s membránou (200 g/m²)

certifikace nezávislou certifikační agenturou Berlin Cert, prohlášení o shodě v souladu nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 (MDR).
závěrečná zpráva o klinickém hodnocení vydaná certifikovaným zdravotnickým zařízením v ČR.

