

**ÚVN**ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE  
Vojenská fakultní nemocnice Praha

## KUPNÍ SMLOUVA

D2981/2023-ÚVN

**Saegeling Medizintechnik, s.r.o.**

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 40683

se sídlem: Mírová 1311/9a, 618 00

IČO: 26259311

DIČ: CZ26259311

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 303717383/0300

zastoupená: Ing. Leonou Běhanou, jednatelem

jako prodávající na straně jedné (dále jen „**prodávající**“)

a

**Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: Česká národní banka Praha

číslo účtu: 32123881/0710

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

jako kupující na straně druhé (dále jen „**kupující**“)(prodávající a kupující společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu (dále též jen „**smlouva**“):

### Článek I.

#### Úvodní ustanovení

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**MRI kompatibilní monitor vitálních funkcí**“ (systémové číslo NEN N006/23/V00030030, č. j.: 20503/2023-ÚVN), zahájeného kupujícím jako veřejným zadavatelem, v souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“). V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.
2. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“), a vychází ze zadávací dokumentace a z podané nabídky prodávajícího.
3. Není-li některá otázka řešena touto smlouvou, platí pro vztahy smluvních stran podmínky obsažené v zadávací dokumentaci a v občanském zákoníku.

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu **1 kus MRI kompatibilního monitoru vitálních funkcí**, včetně veškerého požadovaného příslušenství, dle bližší specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „**přístroj**“), závazek prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo k přístroji a závazek kupujícího přístroj převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu ve sjednané výši, to vše způsobem a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Předmětem této smlouvy je rovněž závazek prodávajícího poskytnout kupujícímu za podmínek stanovených touto smlouvou dále specifikovaná plnění související s koupí přístroje.
3. Prodávající se zavazuje zajistit plnění předmětu smlouvy využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů). V případě, že prodávající bude využívat poddodavatele, bude seznam poddodavatelů, s uvedením částí, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na plnění předmětu smlouvy podílet, přílohou č. 3 smlouvy. Seznam poddodavatelů je pro prodávajícího závazný. Prodávající je oprávněn změnit poddodavatele jen s předchozím písemným souhlasem kupujícího, přičemž nový poddodavatel dosazený za původního musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady jako původní poddodavatel. Prodávající prohlašuje, že plnění předmětu smlouvy bude zajišťovat výhradně prostřednictvím osob kvalifikovaných pro činnosti odpovídající předmětu této smlouvy. Prodávající v rámci předmětu plnění odpovídá v plném rozsahu za poddodavatele a dále odpovídá za to, že poddodavatelé budou disponovat veškerými oprávněními požadovanými platnými právními předpisy.

## Článek III. Dodací podmínky přístroje

1. Dodávka přístroje je řádně splněna, jestliže přístroj byl v místě plnění předán kupujícímu bez vad a se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací, byl uveden do provozu (tj. byla provedena jeho instalace, napojení na veškeré potřebné sítě apod.) a byla předvedena jeho funkčnost, to vše v souladu se smlouvou, zadávací dokumentací a nabídkou prodávajícího. Spolu s přístrojem je prodávající povinen dodat rovněž kompletní sestavu příslušenství a spotřebního materiálu pro okamžité použití dodávaného přístroje, pro umožnění plnohodnotné instruktáže a k provedení kompletní instalace.
2. Dodaný přístroj včetně jeho součástí a příslušenství musí být nový, nerepasovaný, nepoužitý a nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jeho dodáním a musí splňovat technické požadavky uvedené v příloze č. 1 smlouvy a veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a technickými či jinými normami, které se na přístroj přímo či nepřímo vztahují.
3. Spolu s přístrojem musí být kupujícímu předána následující dokumentace: návod k obsluze přístroje v českém jazyce a prohlášení o shodě, obojí v listinné podobě a současně v elektronické podobě na technickém nosiči dat, a veškeré další dokumenty, revize, prohlášení, záruční listy a jiné doklady, které jsou potřebné pro provoz přístroje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění (dále jen „**zákon o zdravotnických prostředcích**“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, o zdravotnických prostředcích (dále jen „**Nařízení 2017/745**“).
4. Prodávající se zavazuje splnit dodávku přístroje nejpozději do **8 týdnů** od účinnosti této smlouvy.
5. Místem plnění je Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6.
6. Osobou pověřenou prodávajícím k předání přístroje je [REDAKCE]
7. Osobou pověřenou kupujícím k převzetí přístroje je [REDAKCE]

8. Smluvní strany potvrdí řádné splnění dodávky přístroje podpisem předávacího protokolu svými zástupci pověřenými k předání a převzetí přístroje. Vlastnické právo k přístroji a nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem splnění dodávky, potvrzeného podpisem předávacího protokolu.
9. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí přístroje, jestliže přístroj byl dodán vadný nebo nebyl dodán se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací. Prodávající je v takovém případě povinen dodat bezvadný a kompletní přístroj bez zbytečného odkladu po odmítnutí převzetí přístroje kupujícím, nejpozději však ve lhůtě pro splnění dodávky dle této smlouvy. Kupující není povinen potvrdit řádné splnění dodávky na předávacím protokolu dříve, než jsou splněny všechny podmínky dle této smlouvy, za nichž se dodávka považuje za řádně splněnou.
10. Prodávající se zavazuje při instalaci přístroje postupovat s vynaložením odborné péče tak, aby nedocházelo k újmě na zdraví a majetku kupujícího a třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:
  - a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení instalace přístroje řádným způsobem,
  - b) chránit kupujícího před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody nahradit,
  - c) na své náklady po instalaci přístroje a po každé provedené servisní činnosti provést úklid v místě plnění, tj. odstranit vzniklé nečistoty, zajistit likvidaci vzniklých odpadů a odklidit z místa plnění své přístroje a nářadí. Prodávající je povinen zajistit na své náklady ekologickou likvidaci použitých dílů přístroje měněných při servisní činnosti, a to v souladu s právními předpisy včetně přepravy do místa likvidace.
11. Zjistí-li prodávající při provádění dodávky přístroje překážky bránící nebo ovlivňující řádné splnění dodávky, je povinen o tom kupujícího neprodleně informovat a dohodnout s ním podmínky, za kterých lze v dodávce pokračovat.

#### **Článek IV. Kupní cena**

1. Sjednaná kupní cena přístroje je cena maximální a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním dodávky, a všech dalších závazků prodávajícího v rámci předmětu plnění bez ohledu na to, zda je ve smlouvě uvedeno, že prodávající splní ten který závazek na vlastní náklady či nikoliv, včetně nákladů na dopravu přístroje do místa plnění, pojištění, balného, cla či jiných poplatků atd. Kupní cena je ujednána v následující výši:

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Kupní cena bez DPH</b>    | <b>1.670.000,- Kč</b> |
| DPH 21 %                     | 350.700,- Kč          |
| <b>Kupní cena včetně DPH</b> | <b>2.020.700,- Kč</b> |

2. V případě, že do dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. do dne splnění dodávky přístroje, dojde ke změně zákonné sazby DPH, bude odpovídajícím způsobem zvýšena či snížena DPH a kupní cena včetně DPH uvedená v této smlouvě, přičemž taková změna nebude považována za změnu smlouvy.
3. Sjednaná kupní cena přístroje zahrnuje rovněž záruční servis přístroje včetně ceny náhradních dílů dodaných v souvislosti s provedením záručního servisu za podmínek dle čl. VIII. smlouvy.
4. Sjednaná kupní cena přístroje nezahrnuje cenu za pozáruční servis dle čl. IX. smlouvy a náhradní díly použité při pozáručním servisu. Provede-li prodávající na vyžádání kupujícího opravu přístroje či jiný servisní úkon v rámci pozáručního servisu, zavazuje se kupující uhradit cenu použitých náhradních dílů a servisních úkonů dle ceníku, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Cenu náhradních dílů neuvedených v příloze č. 2 se kupující zavazuje uhradit ve výši dle aktuálního ceníku prodávajícího, který prodávající

před provedením servisní činnosti zašle kupujícímu. Pro fakturaci ceny za provedení pozáručního servisu platí obdobně ustanovení čl. V. této smlouvy.

## **Článek V. Fakturační a platební podmínky**

1. Prodávající vystaví a doručí kupujícímu daňový doklad – fakturu do 10 pracovních dnů od splnění dodávky přístroje.
2. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „**zákon o DPH**“) a musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona o DPH, včetně náležitostí požadovaných v odst. 5. tohoto článku.
3. Splatnost faktury se sjednává v délce 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury kupujícímu.
4. Kupující neposkytne prodávajícímu k úhradě kupní ceny zálohu.
5. Faktura musí kromě povinných náležitostí stanovených platnými právními předpisy vždy obsahovat:
  - a) systémové číslo NEN uvedené v čl. I odst. 1. smlouvy,
  - b) důvod účtování s odkazem na tuto smlouvu a
  - c) jako přílohu kopii předávacího protokolu, popř. servisního výkazu v případě pozáručního servisu.
6. V případě, že faktura prodávajícího nebude mít náležitosti a přílohy stanovené platnými právními předpisy nebo touto smlouvou, je kupující oprávněn fakturu zaslat ve lhůtě splatnosti zpět prodávajícímu s uvedením důvodu jejího vrácení a lhůta splatnosti se tím přerušuje. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
7. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti. Dnem úhrady je den připsání částky na účet prodávajícího.
8. Platby budou probíhat výhradně v korunách českých (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
9. Prodávající je povinen uvést na daňovém dokladu označení peněžního ústavu a číslo bankovního účtu, který je zveřejněn správcem daně a ve prospěch kterého má být provedena platba. Kupující provede kontrolu, zda prodávající je či není evidován jako nespolehlivý plátc DPH ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, a že číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu je jako povinně registrovaný údaj zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH.
10. Kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu ve výši kupní ceny bez DPH a částku rovnající se DPH poukázat přímo na účet správce daně podle § 109a zákona o DPH v případě, že
  - a) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude v příslušném systému správce daně prodávající uveden jako nespolehlivý plátc, nebo
  - b) číslo bankovního účtu prodávajícího uvedené na daňovém dokladu není zveřejněno správcem daně jako povinně registrovaný údaj.
11. Prodávající je povinen strpět, bez uplatnění jakýchkoliv finančních sankcí, odvedení DPH a úhradu závazku kupujícím jen ve výši kupní ceny bez DPH, nastane-li některá z uvedených skutečností a dále je povinen nahradit kupujícímu případnou škodu, která by mu v důsledku takové skutečnosti vznikla.

## **Článek VI. Zaškolení**

1. Prodávající se zavazuje provést zaškolení určených pracovníků kupujícího v obsluze přístroje v souladu s požadavky zákona o zdravotnických prostředcích pro instruktáž k zdravotnickému prostředku, včetně

seznámení s riziky spojenými s používáním přístroje (dále jen „zaškolení obsluhy přístroje“), a to bezplatně nejpozději do 2 dnů od podpisu předávacího protokolu k přístroji.

2. Prodávající se dále zavazuje provádět pravidelné zaškolení obsluhy přístroje alespoň jedenkrát ročně na základě písemného požadavku kupujícího, a to bezplatně po celou záruční dobu dle této smlouvy a poté v rámci pozáručního servisu za úplaty ve výši dle ceníku, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Zaškolení obsluhy přístroje se uskuteční v místě sídla kupujícího s tím, že konkrétní místo a čas školení bude určen po dohodě obou smluvních stran.
4. Prodávající se zavazuje bezplatně zaškolit určené pracovníky kupujícího v rozsahu stanoveném výrobcem přístroje pro provádění instruktáže dalších pracovníků kupujícího k obsluze přístroje, a to alespoň jedenkrát ročně po celou záruční dobu dle této smlouvy na základě písemného požadavku kupujícího. Platnost tohoto zaškolení nebude časově omezena, ale bude vázána pouze na trvání pracovněprávního či obdobného vztahu zaškolенého pracovníka ke kupujícímu. Konkrétní místo a čas školení podle tohoto odstavce určí prodávající.
5. Prodávající je povinen před konáním školení předložit kupujícímu kopii dokladu o tom, že osoba provádějící zaškolení dle tohoto článku smlouvy je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích, je-li přístroj zdravotnickým prostředkem, u kterého je výrobcem nařízena instruktáž.
6. O provedených zaškoleních podle tohoto článku smlouvy učiní prodávající, ihned po skončení školení, písemný zápis, který potvrdí pověřený pracovník kupujícího a jehož jedno vyhotovení předá prodávající kupujícímu.

## **Článek VII.**

### **Odpovědnost za vady a záruka za jakost**

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodaný přístroj je prostý jakýchkoliv faktických či právních vad, je v souladu s touto smlouvou, splňuje všechny požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie (tj. zejména zákonem o zdravotnických prostředcích a Nařízením 2017/745), má vlastnosti deklarované jeho výrobcem a je způsobilý k použití pro účel, k němuž je výrobcem určen. Prodávající dále deklaruje, že přístroj je opatřen označením CE. Přístroj nesplňující tyto podmínky se považuje za vadný.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu na přístroj včetně jeho příslušenství záruku za jakost v délce 24 měsíců, která počíná běžet dnem splnění dodávky přístroje (dále jen „záruční doba“).
3. Reklamací jakékoliv vady je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční doby. Doba od uplatnění reklamáce vady do jejího odstranění se do záruční doby nezapočítává.
4. Reklamací může kupující uplatnit písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem) na adresu [redacted] nebo prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací na internetových stránkách prodávajícího, jestliže prodávající takovou službu provozuje. Pro dodržení záruční doby je rozhodující datum podacího razítka u doporučeného dopisu nebo datum odeslání elektronické pošty, již byla reklamáce uplatněna, nebo datum odeslání reklamáce prostřednictvím služby pro vyřizování reklamací.
5. Kupující má právo na odstranění reklamované vady opravou přístroje či výměnou jeho vadné části. V případě, že vada přístroje je neopravitelná nebo prodávající nezajistí kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního přístroje po dobu opravy za podmínek stanovených touto smlouvou, je kupující oprávněn požadovat dodání nového přístroje nebo od smlouvy odstoupit. Volba práva náleží kupujícímu.

## Článek VIII. Záruční servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit po celou záruční dobu záruční servis přístroje, kterým se rozumí bezplatné provádění oprav přístroje, bezpečnostně technických kontrol a případných dalších výrobcem předepsaných kontrol/revizí přístroje, to vše v souladu s pokyny výrobce, zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy. V rámci záručního servisu musí být prováděna též revize přístroje v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy, je-li přístroj pevně připojen ke zdroji elektrické energie nebo jeho součástí je tlakové, plynové nebo zdvihací zařízení. Je-li přístroj vybaven ovládacím či jiným softwarem, zahrnuje provádění záručního servisu i jeho pravidelný bezplatný update/upgrade.
2. Prodávající je povinen zajistit v rámci záručního servisu opravu přístroje v následujících lhůtách, které počínají běžet okamžikem nahlášení závady (uplatnění reklamace):

|                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| • reakce na požadavek a nástup servisního technika na opravu (reakční doba) | 24 hodin |
| • odstranění závady bez použití náhradních dílů                             | 24 hodin |
| • odstranění závady s použitím náhradních dílů                              | 48 hodin |
3. Oprava přístroje v rámci záručního servisu zahrnuje též bezplatné dodání náhradních dílů a spotřebního materiálu, pokud je jich k provedení opravy zapotřebí. Veškeré dodané náhradní díly musí být nové, nerepasované, nepoužité a bez vad, musí být originální a schválené výrobcem přístroje a nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jejich dodáním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Je-li k provedení opravy nutné přístroj nebo jeho část dopravit do místa určeného prodávajícím, zajišťuje přepravu prodávající na své náklady a nebezpečí.
5. Povinnost prodávajícího zajistit bezplatně opravu přístroje v rámci záručního servisu se neuplatní v případě závad, na které se nevztahuje záruka za jakost, zejména závad způsobených nesprávným nebo neodborným zacházením s přístrojem v rozporu s pokyny jeho výrobce. Pro provedení oprav těchto závad se uplatní podmínky pro poskytování pozáručního servisu.
6. Prodávající je povinen zajistit kupujícímu po dobu opravy bezplatné zapůjčení náhradního přístroje, který lze použít ke stejnému účelu jako opravovaný přístroj, za podmínky, že
  - a) závada byla nahlášena (reklamována) v záruční době,
  - b) jde o závadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a
  - c) doba opravy vadného přístroje překročí 48 hodin od nahlášení závady.
7. Prodávající je povinen zajistit provádění bezpečnostně technických kontrol a případných dalších výrobcem předepsaných kontrol/revizí přístroje včetně všech povinných i doporučených úkonů alespoň v rozsahu a v minimální četnosti stanovené platnými právními předpisy, resp. výrobcem přístroje; provedení bezpečnostně technické kontroly včetně uvedených úkonů dále prodávající vždy zajistí v období jednoho měsíce před skončením záruční doby.
8. Provádění platnými právními předpisy nebo výrobcem přístroje předepsaných či doporučených úkonů v rámci bezpečnostně technické kontroly přístroje nebo v rámci dalších výrobcem předepsaných kontrol/revizí přístroje v záruční době zahrnuje i bezplatné dodání spotřebního materiálu, pokud je ho k provedení těchto úkonů zapotřebí.
9. Po řádném provedení servisní činnosti je prodávající povinen provést na své nebezpečí přezkoušení přístroje a jeho uvedení zpět do provozu a předat výsledek servisní činnosti kupujícímu. Za účelem potvrzení předání a převzetí výsledku servisní činnosti vystaví prodávající kupujícímu servisní výkaz, který podepíše pověřený zástupci obou smluvních stran.
10. Prodávající je povinen nejpozději před zahájením poskytování záručního servisu předložit kupujícímu kopii autorizace či obdobného dokladu o oprávnění k provádění servisu přístroje, uděleného v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích. Prodávající je dále povinen předložit

kupujícímu kopii dokladu o tom, že osoba provádějící servis přístroje je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.

## **Článek IX.**

### **Pozáruční servis**

1. Prodávající se zavazuje zajistit pozáruční servis přístroje, kterým se rozumí provádění oprav přístroje, bezpečnostně technických kontrol a případných dalších výrobcem předepsaných kontrol/revizí přístroje, to vše v souladu s pokyny výrobce, zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy, a to po dobu 8 let od skončení záruční doby přístroje, nejdéle však do konce životnosti přístroje a jeho trvalého vyřazení z provozu. Součástí pozáručního servisu je též revize přístroje v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích a jinými právními předpisy, je-li přístroj pevně připojen ke zdroji elektrické energie nebo jeho součástí je tlakové, plynové nebo zdvihací zařízení. Pokud je přístroj vybaven ovládacím či jiným softwarem, zahrnuje provádění pozáručního servisu i jeho pravidelný bezplatný update/upgrade.
2. Prodávající je povinen zajistit v rámci pozáručního servisu opravu přístroje v následujících lhůtách, které počínají běžet okamžikem nahlášení závady:
  - reakce na požadavek a nástup servisního technika na opravu (reakční doba) 24 hodin
  - odstranění závady bez použití náhradních dílů 48 hodin
  - odstranění závady s použitím náhradních dílů 72 hodin
3. Prodávající je povinen zajistit provedení kupujícím vyžádaných úkonů v rámci bezpečnostně technické kontroly či jiné předepsané kontroly/revize přístroje do 10 kalendářních dnů od přijetí požadavku kupujícího, ledaže kupující uvedl termín pozdější.
4. Prodávající je povinen nejpozději před zahájením poskytování pozáručního servisu předložit kupujícímu kopii autorizace či obdobného dokladu o oprávnění k provádění servisu přístroje, uděleného v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích. Prodávající je dále povinen předložit kupujícímu kopii dokladu o tom, že osoba provádějící servis přístroje je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.
5. Prodávající je povinen zajistit kupujícímu po dobu opravy zapůjčení náhradního přístroje, který lze použít ke stejnému účelu jako přístroj, jestliže doba opravy tohoto zařízení překročí 72 hodin od nahlášení závady.
6. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu cenu za provedenou servisní činnost v rámci pozáručního servisu dle ust. čl. IV. odst. 4. této smlouvy.
7. Po řádném provedení servisní činnosti je prodávající povinen provést na své nebezpečí přezkoušení přístroje a jeho uvedení zpět do provozu a předat výsledek servisní činnosti kupujícímu. Za účelem potvrzení předání a převzetí výsledku servisní činnosti vystaví prodávající kupujícímu servisní výkaz, který podepíší pověření zástupci obou smluvních stran.
8. Na provedené servisní práce v rámci pozáručního servisu poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce **6 měsíců**, která počíná běžet dnem předání a převzetí výsledku servisní činnosti. Na náhradní díly dodané v rámci pozáručního servisu poskytne prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce 24 měsíců, ledaže výrobce příslušného náhradního dílu poskytuje na daný díl delší záruku za jakost; v tom případě platí tato delší záruka. Veškeré dodané náhradní díly musí být nové, nerepasované, nepoužité a bez vad, musí být originální a schválené výrobcem přístroje a nesmí být staršího data výroby než 12 měsíců před jejich dodáním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

## **Článek X. Odpovědné zadávání**

1. Prodávající se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat pracovněprávní předpisy a předpisy o zaměstnanosti včetně zákazu nelegálního zaměstnávání, předpisy vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisy k ochraně životního prostředí a předpisy upravující bezpečnost práce a minimální mzdu. Porušení povinností dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
2. Prodávající bere na vědomí, že ve vnitřních i venkovních prostorách nemocničního areálu kupujícího je kouření zakázáno s výjimkou míst vyhrazených pro kouření, a to vlevo od pavilonu CH2 (Emergency, k ulici U Vojenské nemocnice) a před pavilonem E – u vchodu E2. Prodávající je povinen zajistit u svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů dodržování výše uvedeného zákazu kouření v nemocničním areálu kupujícího.
3. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu součinnost při kontrole dodržování výše uvedených požadavků, zejména formou předložení relevantních dokumentů.

## **Článek XI. Smluvní pokuty**

1. V případě prodlení prodávajícího se splněním dodávky přístroje ve lhůtě stanovené touto smlouvou je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z kupní ceny přístroje bez DPH, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
2. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady přístroje v rámci záručního servisu ve lhůtách stanovených touto smlouvou je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z kupní ceny přístroje bez DPH, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění závady, dodání nového přístroje nebo odstoupení od smlouvy kupujícím. Pro účely stanovení smluvní pokuty se do doby prodlení prodávajícího nezapočítává doba, po kterou prodávající zajistil kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního přístroje, který lze použít ke stejnému účelu jako přístroj.
3. V případě prodlení prodávajícího se zajištěním bezpečnostně technické kontroly nebo další výrobcem předepsané kontroly/revize přístroje v rámci záručního servisu nejpozději v termínech vyplývajících z minimální četnosti provádění jednotlivých povinných či doporučených úkonů, stanovených platnými právními předpisy, resp. výrobcem přístroje, nebo v termínu stanoveném touto smlouvou je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z kupní ceny přístroje bez DPH, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
4. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním závady přístroje v rámci pozáručního servisu ve lhůtách stanovených touto smlouvou je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z kupní ceny přístroje bez DPH, a to za každý započatý den prodlení až do odstranění závady nebo do okamžiku, kdy prodávající po prohlídce přístroje oznámí písemně kupujícímu odůvodněný závěr, že závada je neodstranitelná. Pro účely stanovení smluvní pokuty se do doby prodlení prodávajícího nezapočítává doba, po kterou prodávající zajistil kupujícímu bezplatné zapůjčení náhradního přístroje, který lze použít ke stejnému účelu jako přístroj.
5. V případě prodlení prodávajícího s provedením bezpečnostně technické kontroly nebo další výrobcem předepsané kontroly/revize přístroje v rámci pozáručního servisu ve lhůtě stanovené touto smlouvou je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z kupní ceny přístroje bez DPH, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.
6. V případě prodlení prodávajícího s provedením zaškolení určených pracovníků kupujícího ve lhůtách či termínech stanovených touto smlouvou nebo v souladu s ní je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z kupní ceny přístroje bez DPH, a to za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku.

7. V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v ust. čl. II. odst. 3. smlouvy je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
8. V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v ust. čl. X. smlouvy je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti.
9. V případě porušení jakékoliv povinnosti stanovené v ust. čl. XII. odst. 8. smlouvy je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z kupní ceny přístroje bez DPH.
10. V případě prodlení prodávajícího se splněním povinnosti stanovené v čl. XIV. odst. 2. smlouvy je kupující oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do řádného splnění závazku nebo odstoupení od smlouvy kupujícím.
11. V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury za kupní cenu má prodávající právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
12. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně prohlašují, že do doby prodlení prodávajícího se nezapočítává doba, po kterou byl kupující v prodlení se splněním své povinnosti poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.
13. Právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, není ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
14. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

## **Článek XII. Trvání smlouvy**

1. Závazek týkající se pozáručního servisu trvá do dosažení životnosti přístroje, nejdéle však do uplynutí doby 8 let od skončení záruční doby přístroje.
2. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy některou ze smluvních stran za podmínek níže uvedených.
3. Kterákoliv smluvní strana má právo odstoupit od smlouvy, jestliže druhá smluvní strana porušila podstatným způsobem svou povinnost z této smlouvy a nezjedнала nápravu ani ve lhůtě 5 pracovních dnů poté, co byla na porušení povinnosti odstoupující smluvní stranou písemně upozorněna.
4. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů a dále v případě, že
  - a) prodávající je v prodlení se splněním dodávky delším než 15 dnů,
  - b) prodávající kupujícímu sdělí, že není schopen plnit smlouvu v termínu uvedeném v čl. III. odst. 4. smlouvy a/nebo že není schopen dodávku splnit za sjednanou kupní cenu,
  - c) vůči prodávajícímu bylo zahájeno insolvenční řízení a insolvenční soud rozhodl o úpadku prodávajícího,
  - d) prodávající vstoupil do likvidace,
  - e) orgán státního dohledu rozhodl o stažení přístroje z trhu nebo z oběhu nebo o dočasném stažení přístroje z trhu,
  - f) činností nebo nečinností prodávajícího vznikla kupujícímu škoda nebo její vznik hrozí nebo bylo poškozeno dobré jméno kupujícího,
  - g) tak stanoví jiná ustanovení této smlouvy.

Právo odstoupit od smlouvy podle tohoto odstavce lze uplatnit nejpozději do skončení záruční doby přístroje; po tomto okamžiku pouze v případě, že toto právo vzniklo na základě reklamace vady přístroje, která byla uplatněna kupujícím v záruční době.

5. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo ceny za servisní činnost v rámci pozáručního servisu delším než 60 dnů po splatnosti faktury.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. Následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. S výjimkou odstoupení od smlouvy kupujícím z důvodu rozhodnutí orgánu státního dohledu o stažení přístroje z trhu nebo z oběhu nebo o dočasném stažení přístroje z trhu se však následky odstoupení od smlouvy po skončení záruční doby vztahují pouze k závazkům smluvních stran, které se týkají poskytování pozáručního servisu.
7. Kupující je oprávněn závazky z pozáručního servisu vypovědět bez udání důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce, která počíná běžet ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.
8. V případě, že v průběhu plnění smlouvy pozbyde prodávající oprávnění ke splnění části svých závazků ze smlouvy (např. oprávnění k provádění servisu přístroje, instruktáže atp.), je povinen o tom kupujícího neprodleně informovat s tím, že v takovém případě je povinen použít ke splnění těchto svých závazků třetí osobu – poddodavatele, a to postupem dle ust. čl. II. odst. 3. smlouvy. Prodávající však vždy odpovídá tak, jako by tato plnění poskytoval sám. Plnění poskytnutá poddodavateli nesmí mít vliv na výši cen uvedených ve smlouvě. V případě porušení povinností prodávajícího uvedených v tomto odstavci je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy a dále je oprávněn po prodávajícím požadovat zaplacení smluvní pokuty dle ust. čl. XI. odst. 9. smlouvy.

### **Článek XIII.**

#### **Uveřejnění smlouvy v registru smluv**

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní kupující, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že kupující, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Kupující však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.
3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na omezení použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
  - a) prodávající: příloha č. 2 – Ceník pozáručního servisu
  - b) kupující: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství kupujícího.

Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet částí smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.

4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadata, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata označila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadata postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

#### **Článek XIV. Závěrečná ustanovení**

1. Prodávající prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti nejméně do výše 1.000.000,- Kč na jednu pojistnou událost, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou kupujícimu nebo třetí osobě při plnění závazků z této smlouvy. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.
2. Pojištění odpovědnosti podle odst. 1. tohoto článku je prodávající povinen udržovat v platnosti po celou dobu trvání této smlouvy a tuto skutečnost kupujícimu kdykoliv na jeho výzvu prokázat předložením originálu anebo úředně ověřené kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, a to ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od doručení této výzvy. Nesplnění těchto povinností je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
3. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností, či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.
4. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
5. Prodávající není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího.
6. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
7. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.
8. Ukáže-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy jako neplatné nebo neúčinné, nebude tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení, která lze od neplatného či neúčinného ustanovení oddělit, ani platnost a účinnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením novým, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem bude nejlépe odpovídat obsahu a smyslu ustanovení původního. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by takové ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, dokud smluvní strany dotčené ustanovení nenahradí postupem podle věty druhé.
9. V případě sporu se smluvní strany zavazují pokusit se o jeho urovnání smírem. Jestliže smírného řešení nebude dosaženo, budou spory rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
10. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami a číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
11. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepisují smlouvu elektronickými podpisy.
13. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění
  - Příloha č. 2: Ceník pozáručního servisu
  - Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů – čestné prohlášení prodávajícího o poddodavatelích s uvedením částí, jimiž se jednotliví poddodavatelé budou na předmětu plnění podílet a specifikace jimi prováděných činností, případně čestné prohlášení prodávajícího, že splní předmět smlouvy bez poddodavatelů
  - Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu

V Brně dne:

V Praze dne:

za prodávajícího:

Ing.  
Leona  
Běhanová

Digitálně podepsal  
Ing. Leona Běhanová  
Datum: 2023.12.22  
09:00:40 +01'00'

.....  
Ing. Leona Běhanová  
jednatel společnosti  
Saegeling Medizintechnik, s.r.o.

za kupujícího:



.....  
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.  
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –  
Vojenské fakultní nemocnice Praha

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE – MRI kompatibilní monitor vitálních funkcí**

| <b><u>MINIMÁLNÍ ZADAVATELEM POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY</u></b>                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>ÚČASTNÍKEM NABÍZENÁ HODNOTA **</u></b>                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Název přístroje:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Pacientský monitorovací systém Expression MR400 MRI, ev. č. 00252398 vč. MR Patient Care Portal 5000, ev.č. 01051731</li> </ul>                                                                                                                          | Návod k použití_MR400, titulní strana                                |
| <b><u>Medicínský účel, použití, indikace:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| Modulární MRI kompatibilní monitor vitálních funkcí do magnetického pole o intenzitě 3 T pro perioperační monitoring                                                                                                                                                                            | Návod k použití_MR400, Str. 2, 45, 46, 76, 393                       |
| <b><u>Minimální technické požadavky:</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
| Kompatibilita s magnetickým polem o intenzitě 3 T                                                                                                                                                                                                                                               | Návod k použití_MR400, str. 393, 76                                  |
| Měření alespoň následujících parametrů: <ul style="list-style-type: none"> <li>EKG</li> <li>SpO<sub>2</sub></li> <li>NIBP</li> <li>2x IBP</li> <li>EtCO<sub>2</sub></li> <li>Analýza plynů - <i>Analýza dýchacích plynů s automatickou detekcí druhu anestetika</i></li> <li>Teplota</li> </ul> | Návod k použití_MR400, str. 3, 45, 46, 237                           |
| Analýza inspira a expira                                                                                                                                                                                                                                                                        | Návod k použití_MR400, str. 45, 46, 298, 301                         |
| Akustická a optická signalizace u všech monitorovaných parametrů                                                                                                                                                                                                                                | Návod k použití_MR400, str. 113-114, 116-117                         |
| Bezdrátové připojení senzorů pro monitoraci následujících parametrů: <ul style="list-style-type: none"> <li>EKG</li> <li>SpO<sub>2</sub></li> <li>Respirace</li> </ul>                                                                                                                          | Návod k použití_MR400, str. 46, 53, 54, 56, 301                      |
| Funkce gating kompatibilní s MR GE Discovery MR750W 3T ve vlastnictví ÚVN                                                                                                                                                                                                                       | Návod k použití_MR400, str. 193, 431<br>Příloha č. 1<br>Příloha č. 2 |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polohovatelný dotykový displej o minimální úhlopříčce 15"                                                                                                                       | Úhlopříčka 39,5 cm (15,6 palce); Návod k použití_MR400, str. 51, 393,                                  |
| Alespoň 5 slotů pro dynamicky vyvíjející se trend monitorovaného parametru simultánně zobrazený s alespoň 4 sloty pro numerickou hodnotu parametru                              | Současné zobrazení až 13 parametrů a 6 křivek a souvisejících hodnot; str. 68, 70, 94, 95 Příloha č. 2 |
| Integrovaný akumulátor pro zajištění provozu bez připojení k síti po dobu alespoň 6 hodin                                                                                       | 8 hodin; Návod k použití_MR400, str. 392                                                               |
| Dobíjecí stanice pro nabíjení bezdrátových modulů vč. náhradní baterie pokud je nabízena                                                                                        | Návod k použití_MR400, str. 16, 26, 46                                                                 |
| Mobilní systém – Monitor umístěný na samostatném pojízdném vozíku                                                                                                               | Návod k použití_MR400, str. 46, 50                                                                     |
| Vzdálený dotykový bezdrátový displej - pro sledování parametrů a trendů vč. nastavení alarmů mimo prostředí magnetické rezonance                                                | Návod k použití_MR Patient Care Portal 5000, str. 2, Návod k použití_MR400 str. 35                     |
| Automatická monitorace NIBP s nastavitelnou délkou intervalu monitorace                                                                                                         | Návod k použití_MR400, str. 339, 340                                                                   |
| Integrovaný plynový modul se zahřívací fází do 45 s bez nutnosti kalibrace                                                                                                      | Návod k použití_MR400, str. 272, Expression MR400_Produktový list, str. 1                              |
| Bezdrátový modul pro měření 2 kanálů EKG a SpO <sub>2</sub>                                                                                                                     | Návod k použití MR400, str. 54, 56, 192                                                                |
| Součástí dodávky budou veškeré senzory k měření parametrů dle bodů technické specifikace                                                                                        | ANO                                                                                                    |
| Včetně zařízení bude dodáno kompletní příslušenství a spotřební materiál pro okamžité použití zařízení, pro umožnění plnohodnotné instruktáže a k provedení kompletní instalace | ANO                                                                                                    |

\* (účastník do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce, evidenční číslo v registru zdravotnických prostředků RZPRO)


\*\* (účastník vyplní všechny řádky následujícím způsobem:

1. u číselných údajů uvede účastník konkrétní hodnoty s odkazem na stránku technického dokumentu/návodu k použití vydaného výrobcem;
2. u ostatních odkazem na stránku technického dokumentu/ návodu k použití vydaného výrobcem z něhož je patrné splnění daného parametru, popř. i označení konkrétní technologie.)

Účastník čestně prohlašuje, že předmět jeho dodávky splňuje veškeré zadavatelem výše stanovené parametry.

Jako přílohu účastník dokládá originální technické listy výrobce (originální datový list výrobce, katalog apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry.

**CENÍK POZÁRUČNÍHO SERVISU**



**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH**

**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH – SEZNAM PODDODAVATELŮ**

|                        |                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Dodavatel:             | Saegeling Medizintechnik, s.r.o.                 |
| Sídlo:                 | Mírová 1311/9a, 618 00 Brno                      |
| IČ:                    | 26259311                                         |
| Název veřejné zakázky: | <b>MRI kompatibilní monitor vitálních funkcí</b> |

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za výše uvedeného dodavatele prohlašuji, že zakázka **nebude realizována pomocí poddodavatelů.**

**KOPIE POJISTNÉ SMLOUVY NEBO POJISTNÉHO CERTIFIKÁTU**

## Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu \*

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

- ▶ Název: **Saegeling Medizintechnik, s.r.o.**
- ▶ IČO: 26259311
- ▶ adresa sídla Mírová 1311/9a, 61800 Brno

uzavřeli pojistnou smlouvu č. **8603598112**

**Pojistník je totožný s pojištěným.**

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností **od 26.07.2023 do 25.07.2033**

### Základní pojištění

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou specifikovány v pojistné smlouvě.

Pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše uvedenou pojistnou smlouvou.

Základní pojištění je sjednáno s limitem pojistného plnění ve výši: **30 000 000 Kč.**

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné a v souhrnu ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

### Rozšíření pojištění a připojištění

Připojištění a rozšíření pojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění, v případě pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání, event. v rámci sublimitu pro toto pojištění, je-li sjednán. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele z jedné pojistné události a současně v souhrnu ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých během jednoho pojistného roku, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné pomoci) a odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá. Připojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém vozidle a převzatém zvířeti.

Připojištění se **nevztahuje** na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle, pokud jej pojištěný převzal, aby na něm provedl objednanou činnost (např. opravu), ne proto, aby provedl objednanou činnost s jeho pomocí (jako prostředku k provedení objednané činnosti).

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **500 000 Kč.**

#### Připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:

- ▶ náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
- ▶ regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku nemocenského pojištění,

pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl zaměstnanec pojištěného.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: **5 000 000 Kč.**

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem kterým se zvyšuje limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou požárem a jeho průvodními jevy nebo výbuchem.

Tímto připojištěním se limit pojistného plnění navyšuje na: **35 000 000 Kč.**

## Územní rozsah

Pojištění se sjednává s územním rozsahem: území **České republiky a sousedních států.**

\* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění uvedený v tomto potvrzení je pouze informativní, přesný rozsah pojištění vyplývá z výše uvedené pojistné smlouvy, včetně pojistných podmínek a dalších smluvních dokumentů, které jsou její nedílnou součástí.

**Ve Zlíně dne 25. 07. 2023**

.....  
podpis zástupce pojistitele

.....  
podpis zástupce pojistitele

## **Expression MR400** – monitor vitálních funkcí do prostředí MR

Společnost Invivo pracuje neustále na vývoji patientských monitorovacích systémů pro použití v magnetické rezonanci a nyní uvádí na trh nejpokročilejší monitorovací systém. Tento monitor vitálních funkcí zvyšuje pacientovu bezpečnost, kvalitu monitorace a rychlost zpracování dat v prostředí MR a svými parametry dosahuje standardu Bedside monitorů.

Monitor vitálních funkcí **Expression MR400** používá **bezdrátové EKG, SpO<sub>2</sub>, respiraci a gating**. Polohovatelný a přehledný **dotykový LCD displej o velikosti 15"** s LED podsvícením umožňuje snadné ovládání. Bezdrátová komunikace s informačním portálem, jehož základem je barevný dotykový LCD displej s LED podsvícením, zajišťuje neustálý přehled o fyziologických funkcích pacienta i mimo vlastní MR vyšetřovnu, snadné ovládání monitoru a rovněž možnost připojení klávesnice, myši, tiskárny nebo čtečky čárových kódů.

### ***Jedinečnost systému***

- Kompatibilita do 3.0 T, do 5.000 Gauss bez jakýchkoliv omezení
- Pro monitoraci pacientů všech věkových kategorií
- Expresní zahřívací fáze gas modulu pouze 45 sec.
- Vzdálený barevný dotykový LCD displej
- Dynamický ukazatel vývoje trendů
- Individuální ověření vady elektrody
- Barevný dotykový LCD displej 15"
- Inovace digitálního EKG filtru
- Flexibilní komunikační kanál
- Univerzální teplotní senzor
- Schránka na příslušenství
- Zobrazení MAC




*Expression*

***Bezdrátové EKG, kardiální gating***



- Krátký EKG kabel nové generace zvyšující bezpečnost pacienta
- Použití pro dospělé pacienty, děti a novorozence
- Použití při kardiovaskulárním vyšetření v MR
- Nové digitální EKG filtry s potlačením T vlny
- Kontinuální kontrola stavu EKG elektrod
- Kompatibilní s EKG MR elektrodami Quadtrode
- Vyměnitelný akumulátor Li-Polymer s kapacitou až 8 hodin

### *Bezdrátové SpO<sub>2</sub>, respirace a periferní gating*



- Pokročilá nízko-perfúzní technologie (FAST)
- Zobrazení indexu perfuze
- Krátký SpO<sub>2</sub> kabel z optických vláken
- Systém Quick-Connect pro rychlou přípravu
- Objímky pro dospělé pacienty, děti a novorozence
- Vyměnitelný akumulátor Li-Polymer s kapacitou až 8 hodin

### *Vzdálený informační portál s bezdrátovou komunikací*



- Bezdrátová komunikace na frekvenci 2,4 GHz
- Barevný dotykový LCD displej
- Intuitivní uživatelské rozhraní
- Nastavení alarmů jedním dotykem
- Pokročilá analýza trendů
- Odlišení technických a fyziologických alarmů
- Uložení uživatelských nastavení
- Možnost připojení klávesnice, myši, tiskárny nebo čtečky čárových kódů

### *Technické znaky*



- Bezdrátové dvoukanálové EKG
- Kontinuální monitorace chyby svodů EKG elektrody
- Bezdrátové SpO<sub>2</sub>
- Bezdrátová respirace (pneumatickou metodou)
- Neinvazivní měření krevního tlaku (NIBP)
- Dvoukanálové invazivní měření krevního tlaku (IBP)
- Expresní Low Flow EtCO<sub>2</sub> a duální Agents (příprava pouze 30 sec.)
- Měření koncentrace dvou anestetik současně s automatickou detekcí plynů
- Monitorace koncentrace O<sub>2</sub> a N<sub>2</sub>O
- Zobrazení hodnoty MAC
- Dynamický ukazatel vývoje trendů
- Teplota – univerzální flex senzor z optických vláken pro opakované použití (axila, rectum)
- Nastavení alarmů a uživatelské konfigurace pouze jedním dotykem
- Připojovací porty pro monitoraci pacienta v zorném poli obsluhy
- Kardiální a periferní gating
- Akumulátory Lithium-Ion s kapacitou až 8 hodin provozu
- Možnost přenosu dat do nemocničního systému komunikačním protokolem HL7/RS232

*Monitor může být dovybaven následujícími komponenty:*

| <i>Volba</i>     | <i>Volitelné parametry</i>                      |
|------------------|-------------------------------------------------|
| 865471/A04       | Tiskárna                                        |
| 865471/A05       | Bezdrátová klávesnice a myš                     |
| volitelně dle MR | EKG gating output (pro všechny obvyklé magnety) |

## Dostupné konfigurace monitoru Expression MR400:

| <i>Počet</i> | <i>Obj. číslo</i> | <i>Popis</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ks         | 866185-F01        | <p>Monitor do MR <i>Expression MR400 – F01</i></p> <p>Snímané parametry: <b>EKG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, Low Flow EtCO<sub>2</sub>, Resp.</b></p> <p>Součástí přístroje je vzdálený displej s bezdrátovou komunikací, sada příslušenství pro <u>bezdrátové snímání EKG a SpO<sub>2</sub></u>, sada pro měření NIBP, vyměnitelné AKU, síťové zdroje, nabíječka AKU pro bezdrátové moduly, set pro snímání EtCO<sub>2</sub>, návod k použití.</p>                                                                                                         |
| 1 ks         | 866185-F02        | <p>Monitor do MR <i>Expression MR400 – F02</i></p> <p>Snímané parametry: <b>EKG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, 2 x IBP, Low Flow EtCO<sub>2</sub>, Resp.</b></p> <p>Součástí přístroje je vzdálený displej s bezdrátovou komunikací, sada příslušenství pro <u>bezdrátové snímání EKG a SpO<sub>2</sub></u>, sada pro měření NIBP, set pro snímání EtCO<sub>2</sub>, nabíječka baterií pro bezdrátové moduly, návod k použití.</p>                                                                                                                            |
| 1 ks         | 866185-F03        | <p>Monitor do MR <i>Expression MR400 – F03</i></p> <p>Snímané parametry: <b>EKG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, Low Flow EtCO<sub>2</sub>, Resp., Teplota.</b></p> <p>Součástí přístroje je vzdálený displej s bezdrátovou komunikací, sada příslušenství pro <u>bezdrátové snímání EKG a SpO<sub>2</sub></u>, sada pro měření NIBP, vyměnitelné AKU, síťové zdroje, nabíječka AKU pro bezdrátové moduly, set pro snímání EtCO<sub>2</sub>, set pro snímání teploty, návod k použití.</p>                                                                      |
| 1 ks         | 866185-F04        | <p>Monitor do MR <i>Expression MR400 – F04</i></p> <p>Snímané parametry: <b>EKG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, EtCO<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub>, analýza anesteziologických plynů s automatickou detekcí druhu anestetika, Resp.</b></p> <p>Součástí přístroje je vzdálený displej s bezdrátovou komunikací, sada příslušenství pro <u>bezdrátové snímání EKG a SpO<sub>2</sub></u>, sada pro měření NIBP, vyměnitelné AKU, síťové zdroje, nabíječka AKU pro bezdrátové moduly, set pro snímání EtCO<sub>2</sub> a agents, návod k použití.</p> |

## Dostupné konfigurace monitoru Expression MR400 – pokračování:

| Počet | Obj. číslo | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 ks  | 866185-F05 | Monitor do MR <i>Expression MR400 – F05</i><br>Snímané parametry: <b>EKG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, 2x IBP, EtCO<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub>, analýza anesteziologických plynů</b> automatickou detekcí druhu anestetika, <b>Resp.</b><br>Součástí přístroje je vzdálený displej s bezdrátovou komunikací, sada příslušenství <u>pro bezdrátové snímání EKG a SpO<sub>2</sub></u> , sada pro měření NIBP, vyměnitelné AKU, síťové zdroje, nabíječka AKU pro bezdrátové moduly, set pro snímání EtCO <sub>2</sub> a agents, návod k použití.                                       |
| 1 ks  | 866185-F06 | Monitor do MR <i>Expression MR400 – F06</i><br>Snímané parametry: <b>EKG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, EtCO<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub>, analýza anesteziologických plynů</b> s automatickou detekcí druhu anestetika, <b>Resp., Teplota.</b><br>Součástí přístroje je vzdálený displej s bezdrátovou komunikací, sada příslušenství pro <u>bezdrátové snímání EKG a SpO<sub>2</sub></u> , sada pro měření NIBP, vyměnitelné AKU, zdroje, nabíječka AKU pro bezdrátové moduly, set pro snímání EtCO <sub>2</sub> a Agents, set pro snímání teploty, návod k použití.                 |
| 1 ks  | 866185-F07 | Monitor do MR <i>Expression MR400 – F07</i><br>Snímané parametry: <b>EKG, SpO<sub>2</sub>, NIBP, 2 x IBP, EtCO<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>O, O<sub>2</sub>, analýza anesteziologických plynů</b> s automatickou detekcí druhu anestetika, <b>Resp., Teplota.</b><br>Součástí přístroje je vzdálený displej s bezdrátovou komunikací, sada příslušenství pro <u>bezdrátové snímání EKG a SpO<sub>2</sub></u> , sada pro měření NIBP, vyměnitelné AKU, síťové zdroje, nabíječka AKU pro bezdrátové moduly, set pro snímání EtCO <sub>2</sub> a Agents, set pro snímání teploty, návod k použití. |