

**NEMOCNICE ZNOJMO**

Z Technik, s.r.o.  
Lochotínská 275  
109 00 Praha 10

č. objednávky: 25-2024/Šk

Vyřizuje: [REDACTED]

Znojmo dne 5.1. 2024

**Věc: Objednávka výměny sad vodních filtrů dezinfektorů**

Objednáváme u vás provedení výměny tří sad vodních filtrů u myček Soluscope Serie 1, v.č. 28067 a 28068, umístěných na endoskopii 710 a u myčky Soluscope v.č. 28359, umístěné na bronchoskopii.

Jedná se o výměnu filtrů dle požadavku výrobce - po třech měsících provozu. Poslední výměna se na endoskopii uskutečnila 27.11.2023, na bronchoskopii se filtry dosud neměnily. Filtry požadujeme vyměnit v únoru 2024.

Předpokládaná cena za výměnu všech sad, odsouhlasená o [REDACTED] je 58 500,- Kč bez DPH.

Příjezd technika nahlaste předem.

Kontaktní osoba: interna - s [REDACTED]  
[REDACTED]

**Fakturu za provedení práce požadujeme do nemocnice doručit nejpozději do 10. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém bylo uskutečněné zdanitelné plnění.**

Tato objednávka nahrazuje smlouvu o dílo, její potvrzenou kopii nám na znamení souhlasu zašlete zpět.

*Akceptací objednávky akceptuje dodavatel následující platební podmínky:*

- *splatnost daňového dokladu je definovaná počtem dnů ode dne doručení daňového dokladu do Nemocnice Znojmo a činí 60 kalendářních dnů*
- *za prodlení s úhradou daňového dokladu je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení stanovený podle občanského zákoníku, přičemž se smluvní strany dohodly, že dodavatel je oprávněn uplatňovat tuto sankci až po uplynutí 60 dnů po termínu splatnosti příslušného daňového dokladu*
- *z důvodu prodlení není Nemocnice Znojmo povinna hradit kromě úroku z prodlení jakoukoli jinou sankci*
- *při prodlení s úhradou daňového dokladu není dodavatel oprávněn pozastavit další dílčí plnění, prodlení nebude považováno za podstatné porušení smluvního vztahu*

Zboží zašlete na adresu:

Nemocnice Znojmo, p.o., technik PZT, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo  
Tel. 721 860 793 Email: [servis.zt@nemzn.cz](mailto:servis.zt@nemzn.cz)