

Objednávka 5600069050

Datum objednávky 18.01.2024

Vyhotovuje:

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon: [REDACTED]

Mobil:

Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

BILLMED GROUP s.r.o.

Žitná 562/10

120 00 Praha 2, Nové Město

Vaše číslo dodavatele u nás

1013893

Termín dodávky: 18.01.2024

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

IP43952

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus oprava ZT	154.880,00	154.880,00
Video kolonoskop CF H180AL výr.č.2807174				
(Netěsnost-pomocný vstup pro vodu; poškozený zaváděcí a světlovodný/univerzální tubus)				
Pro odd.interna gastro				
Celk.hodn. s DPH CZK				, 154.880,00

Vystavil:. [REDACTED]

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

EndoSystems CZ, člen skupiny BillMed Group, s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze, Sp.značka C 255755,
Sídlo : Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Tel. +420 245 009 919

Cenový návrh opravy

Zakázka číslo: E003/2024

Číslo/Datum objednávky: 5600068925 / 9.1.2024

Zákazník: **Krajská zdravotní, a. s.**

Kontaktní osoba:

Nemocnice Teplice, o. z.

jméno:

oddělení: Gastroenterologie

telefon:

Adresa: Duchcovská 53

fax:

Adresa: 415 29 Teplice

email:

Přístroj: Video kolonoskop

Druh opravy: *pozáruční*

Výrobce: Olympus

Uvedené / hlášené závady: Netěsnost-pomocný vstup pro vodu;
poškozený zaváděcí a světlovodný/univerzální tubus

Typ: CF H180AL

Výr.č.: 2807174

Stav přístroje:

Předmět kontroly/ Zjištěné závady:

Diagnostikou a kontrolou funkčnosti přístroje zjištěn poškozený zaváděcí tubus - poškozená ochranná svrchní vrstva pláště.

Zaváděcí tubus je zalomený pod konusem úchopové části - zvrásněný po celé délce tubusu.

Nevyhovující světlovodný tubus - zalomený u úchopové části a u konektoru.

netěsnost konektoru přidavného oplachu

Bending sekce ohebné části nedrží pravidelný tvar.

Oprava zahrnuje :

Deinstalace a rozebrání celého přístroje.

Výměna zaváděcího tubusu (Insertion tube replacement) včetně interních komponentů.

Výměna pracovního - Bioptického kanálu (Biopsy channel replacement).

Výměna ohebné části-opletu distálního konce (Mesh replacement).

Výměna světlovodného tubusu (Light guide tube replacement).

Revize systému angulace, výměna poškozených a opotřebovaných součástí (úchyty táhel, stopery táhel, těsnění, apod).

Odstranění poškozeného lepení objektivů ccd snímače a světlovodů - nanesení nového lepení - přetěsnění.

Instalace nové ochranné manžety flexib.části dist.konce vč.lepení (Bending rubber replacement).

Pročištění, promazání a seřízení parametrů přístroje na předepsané a doporučené hodnoty výrobcem pro daný model.

Plná kontrola funkčnosti přístroje.

Kontrola tlakové zkoušky těsnosti přístroje. Elektrická zkouška bezpečnosti přístroje dle příslušné normy.

Celková částka opravy v Kč bez DPH :

128 000,00 Kč

Veškeré použité náhradní díly jsou zdravotnické prostředky ve smyslu zákona o ZP č.375/2022 Sb.

Na provedenou opravu a poskytnuté náhradní díly poskytujeme záruku v délce trvání 12-ti měsíců od převzetí přístroje zákazníkem !

Návrh vypracoval:  *servisní technik*

Návrh převzal:

Endosystems s.r.o.
Rybná 716/24



Podpis/Datum 15.1.2024

Podpis/Datum