

**Objednávka 5600069049**

Datum objednávky 18.01.2024

Vyhotovuje:

Oddělení: Zdravotnická tech.

Telefon:

Mobil:

Mail:

Adresa odběratele (fakturační):

Krajská zdravotní, a.s.

Sociální péče 3316/12A

401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:

Krajská zdravotní, a.s.

Nemocnice Teplice, o. z.

Duchcovská 53

415 29 Teplice

**BILLMED GROUP s.r.o.**

Žitná 562/10

120 00 Praha 2, Nové Město

Vaše číslo dodavatele u nás

1013893

Termín dodávky: 18.01.2024

**Fakturujte se splatností 60 dnů!**

**Měna CZK**

IP43951

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus oprava ZT	162.140,00	162.140,00
Video kolonoskop CF Q165L výr.č.2701589				
(Netěsnost Skonektoru; poškozený zaváděcí a světlovodný/univerzální tubus, Stressboot-konus)				
Pro odd.interna gastro				
Celk.hodn. s DPH CZK				162.140,00

**Vystavil:**

..

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: Bankovní spojení: ČSOB, a.s., **č.ú.**

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

**EndoSystems CZ**, člen skupiny BillMed Group, s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze, Sp.značka C 255755,  
Sídlo : Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1  
Tel. +420 245 009 919

## Cenový návrh opravy

Zakázka číslo:	E004/2024	Číslo/Datum objednávky:	5600068925 / 9.1.2024
Zákazník:	<b>Krajská zdravotní, a. s.</b>	Kontaktní osoba:	
	Nemocnice Teplice, o. z.	<i>jméno:</i>	
<i>oddělení:</i>	Gastroenterologie	<i>telefon:</i>	
<i>Adresa:</i>	Duchcovská 53	<i>fax:</i>	
<i>Adresa:</i>	415 29 Teplice	<i>email:</i>	
Přístroj:	Video kolonoskop	Druh opravy:	<i>pozáruční</i>
<i>Výrobce:</i>	Olympus	<b>Uvedené / hlášené závady:</b>	Netěsnost Skonektoru; poškozený zaváděcí a světlovodný/univerzální tubus, Stressboot-konus
<i>Typ:</i>	CF Q165L		
<i>Výr.č.:</i>	2701589		

### Stav přístroje:

#### Předmět kontroly/ Zjištěné závady:

Diagnostikou a kontrolou funkčnosti přístroje zjištěn poškozený zaváděcí tubus - poškozená ochranná svrchní vrstva pláště.

Zaváděcí tubus je zalomený pod ochranným konusem úchopové části - zvrásněný po celé délce tubusu.

Nevyhovující světlovodný tubus - zalomený pod univerzálním konektorem.

Poškozený ochranný konus zaváděcího tubusu Stressboot

netěsnost S-konektoru

Bending sekce ohebné části nedrží pravidelný tvar.

#### Oprava zahrnuje :

Deinstalace a rozebrání celého přístroje.

Výměna zaváděcího tubusu (Insertion tube replacement) včetně interních komponentů.

Výměna pracovního - Bioptického kanálu (Biopsy channel replacement).

Výměna ohebné části-opletu distálního konce (Mesh replacement).

Výměna ochranného konusu zaváděcího tubusu Stressboot.

Výměna světlovodného tubusu (Light guide tube replacement).

Revize systému angulace, výměna poškozených a opotřebovaných součástí (úchyty táhel, stopery táhel, těsnění, apod).

Odstranění poškozeného lepení objektivů ccd snímače a světlovodů - nanesení nového lepení - přetěsnění.

Instalace nové ochranné manžety flexib.části dist.konce vč.lepení (Bending rubber replacement).

Pročištění, promazání a seřízení parametrů přístroje na předepsané a doporučené hodnoty výrobcem pro daný model.

Kontrola funkčnosti a tlakové zkoušky těsnosti přístroje. Elektrická zkouška bezpečnosti přístroje dle příslušné normy.

Celková částka opravy v Kč bez DPH :

**134 000,00 Kč**

Veškeré použité náhradní díly jsou zdravotnické prostředky ve smyslu zákona o ZP č.375/2022 Sb.

Na provedenou opravu a poskytnuté náhradní díly poskytujeme záruku v délce trvání 12-ti měsíců od převzetí přístroje zákazníkem !

Návrh vypracoval: *servisní technik*

Návrh převzal:

**Endosystems s.r.o.**  
Rybná 716/24

Podpis/Datum 15.1.2024

Podpis/Datum