

Příloha č. 2 zadávací dokumentace

Technické podmínky

Zakázka: **Dodávka technických prostředků pro identifikaci pacientů pomocí náramků - 2. opakované řízení**
Kódové označení technologie v projektu REACT-EU: **117**

Zadavatel: Oblastní nemocnice Jičín a.s., Bolzanova 512, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 26001551

Účel použití a obecné požadavky

Pořízení technických prostředků určených pro jednoznačnou a rychlou identifikaci pacienta u lůžka pomocí náramků a na nich vytisknutých kódů.

Technická specifikace - minimální technické požadavky

Požadavek / parametr	ANO / NE	Hodnota / Popis
Tiskárna identifikačních náramků		
Počet kusů: 40 (čtyřicet - pro odd. Interní, operační obory, ARO, pneumologie, RDG, gynekologie a porodnictví)	A	
technologie přímého tisku identifikačních náramků	A	
jednoduchá rychlá výměna kazety s náramky (př. jednotlivý systém)	A	
rozlíšení: alespoň 300 dpi	A	
LAN rozhraní + USB port + Bluetooth	A	
nativní podpora jazyka (řízení) ZPL I nebo ZPL II - tzn. ne emulované	A	
záruka min. 24 měsíců	A	
zařízení musí být ve specifické variantě pro zdravotnická zařízení (healthcare) - plasty připravené k dezinfekci, pouzdro odolné vůči UV záření	A	
napájecí zdroj v souladu s IEC 60601-1 pro použití ve zdravotnických zařízeních	A	
zařízení kompatibilní s příslušenstvím a spotřebním materiálem (náramky) aktuálně provozovaných tiskáren náramků (používají se tiskárny Zebra ZD510-HC)	A	
Příslušenství		
identifikační náramky ve struktuře:	A	
10.800 ks adult - bílé (54 kazet, 9 balení)	A	
10.800 ks adult - červené (54 kazet, 9 balení)	A	
3.600 ks pediatric - bílé (12 kazet, 2 balení)	A	
1.800 ks pediatric - červené (6 kazet, 1 balení)	A	
1.500 infant (6 kazet, 1 balení)	A	

Online čtečka čárových kódů		
Počet kusů: 45 (čtyřicet pět)	A	
Operační systém alespoň Android 9	A	
alespoň 3 GB RAM	A	
minimálně 16 GB interní úložiště	A	
odolný přístroj - vodotěsný, prachotěsný, odolný vůči pádu (certifikace IP67)	A	
data lze zadávat i s nasazenými zdravotnickými rukavicemi (latex)	A	
skenování 1D i 2D kódů	A	
min. 5" dotykový display	A	
integrovaná WLAN	A	
senzor okolního světla	A	
záruka min. 24 měsíců	A	
zařízení musí být ve specifické variantě pro zdravotnická zařízení (healthcare) - chemicky odolné zdravotnické plasty odolávající pravidelnému čištění a desinfekci, konstrukce krytu minimalizující štěrby, kde se mohou skrývat bakterie, předinstalovaná záslepka zabraňující ukrytí bakterií v portu USB	A	
zařízení kompatibilní s příslušenstvím aktuálně provozovaných čteček (používají se terminály Zebra TC21-HC)	A	
Příslušenství		
Nabíječka - ke každé čtečce individuální, tzn. 45 ks (kolíčka + adaptér + kabel)	A	
Zvláštní požadavky		
Dodané zařízení musí být nové, použití repasovaného zařízení nebo jeho komponent je nepřípustné.	A	
Účastník zadávacího řízení bere na vědomí a souhlasí s tím, že dojde-li během transportu zařízení nebo během instalačních prací a služeb k jakémukoliv poškození nebo narušení stávajících podlah, krytin, výtahů, stavebních prvků, instalací apod., je vybraný dodavatel povinen vzniklé závady opravit a uvést vše do původního stavu na vlastní náklady.	A	

Poznámka: Tento dokument bude tvořit přílohu č. 2 kupní smlouvy.

V Brně dne: 13.6.2023

David Vorel
Jméno, příjmení a podpis osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
zadávacího řízení