

Faktura - daňový doklad

Číslo: FV01-10/2024
(uvádějte v KH DPH)

Datum vystavení: 09.01.2024

Variabilní symbol: 112810

Datum plnění: 05.01.2024

(uvádějte při identifikaci platby)

Datum odvodu: 05.01.2024

Datum splatnosti: 09.02.2024

DODAVATEL:

SPECTRO CS, s. r. o.

Rudná 1361/51

700 30 Ostrava, Zábřeh

Česká republika

IČO: 41034716

DIČ: CZ41034716

DODACÍ ADRESA:

Zákaznické číslo:

ČESKÁ REPUBLIKA Puncovní úřad Praha

Kozí 4/748

110 01 Praha

Dodavatel je registrován pod spisovou značkou oddíl C, vložka 1245 ze dne 29.08.1991 u Krajského soudu Ostrava.

Číslo účtu: 952449761/0100

Var. symbol: 112810

IBAN: CZ110100000000952449761

SWIFT: KOMBCZPPXXX

Banka: Bankovní účet KB/CZK běžný

Úhrada: Na bankovní účet

Doprava:

ODBĚRATEL:

ČESKÁ REPUBLIKA Puncovní úřad Praha

IČO: 00002542

Kozí 4/748

DIČ:

110 01 Praha

Kód	Předmět zdanitelného plnění	Množství / j.	Cena za MJ (bez DPH)	Cena celkem (bez DPH)	DPH (v %)	DPH (v CZK)	Cena celkem (v CZK s DPH)
	Objednávka: 209/24/21.12.2023						
	Místo plnění: Puncovní úřad, Kozí 4, 110 00 Praha 1						
	Za výměnu rtg lampy a pravidelnou prohlídku přístroje SPECTRO MIDEX v. č. 137602 Vám účtujeme:						
	Základní sazba	1,000	1 000,000	1 000,00	21%	210,00	1 210,00
	Odpracováno celkem	8,000 h	1 800,000	14 400,00	21%	3 024,00	17 424,00
	Jízdné AUS	20,000 km	18,000	360,00	21%	75,60	435,60
	75160892 X-Ray Tube Mounted MID03	1,000 ks	302 700,000	302 700,00	21%	63 567,00	366 267,00
	Mimořádná sleva dle cenové nabídky:	1,000	-10 000,000	-10 000,00	21%	-2 100,00	-12 100,00

Částky v CZK	Bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Základní sazba 21%	308 460,00	64 776,60	373 236,60
Celkem	308 460,00	64 776,60	373 236,60

Na zálohách zapláceno

0,00

Částka k úhradě v CZK

373 236,60

Základem pro výpočet daně je částka "Bez DPH".



Razítko a podpis:

Převzal(a), dne:

Vystavil: Ing. David Koňář

Mob.: +420602554712

Tel.: +420596762840

E-mail: info@spectro.cz

Web: www.spectro.cz

Servisní zpráva č.: **24 01/05 AB.....**Servisní pracovník: *Ing. Antonín Brčák +FM*Datum ohlášení poruchy: / / 2024
Datum servisní návštěvy: 05 / 01 / 2024Telefonicky
Objednávka Záruční servis
Pravidelná prohlídka

Podnik : Puncovní úřad Praha.....

Jméno pracovníka : pí. Jitka Tulisová.....

Typ a č. přístroje (ů) MIDEX 03..... Výr. Číslo (137602 / 13)
: Výr. Číslo (/)

Důvod servisní návštěvy : Oprava: Výměna RTG lampy, roční prohlídka

Popis prováděných prací :

Výměna vadné RTG lampy. Úkony roční prohlídky dle předpisu výrobce – viz příloha. Vystavení certifikátu a vylepení kontrolních známek. Záloha SW. Kontrola UPS.

*STARÁ No 12288
NOVÁ No 29431 23013917*Cesta (ujetá vzdálenost): 20 km Odpracováno na servisu: 2 hodín
Odpracováno při školení: hodín

Náhradní díl:	Skladové číslo:	Náhradní díl:	Skladové číslo:
1. X-RAY Lamp	754 60892	3.	
2.		4.	

Hodnocení zákazníkem: 1 2 3

(1 = spokojen, 2 = spokojen s výhradami, 3 = nespokojen, přístroj neopraven - zakroužkujte nebo zaškrtněte)

Za: *.....*

Za: SPECTRO CS, s.r.o.