

# UV955/2016 Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice

Příloha č 1: Technická specifikace

039-ZT-2023	<b>Mycí a dezinfekční automat – 4ks</b>	
-------------	---	--

## 1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj „max.“/“maximálně“ nebo „min.“/“minimálně“, nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. **Medicínský účel:** Hygienické vybavení oddělení pro lůžkovou péči o pacienty. Myčky podložních mís - čistící a desinfekční zařízení pro vyšší stupeň hygieny, bezpečnosti a efektivity. Sloužící zejména k výraznému omezení přímého styku s biologickým materiálem.

3. **Kompatibilita:** není požadována

4. **Specifikace:** zde účastník uvede přesné obchodní označení, model/y výrobce)

Discher Piccolo D3P 400V

5. Nesplnění kteréhokoliv technického parametru v tabulce níže povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
1. Mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí – 4ks	ANO	
1.1. Myčka splňující požadavky podle normy DIN EN ISO 15883 (Medical Devices), směrnice 93/42 EWG/EHS	ANO	Prohlášení o shodě, str. 1 prospekt Discher str. 2
1.2. Samostatně stojící přístroj s možností zavěšení na zeď	ANO	Prospekt Discher str. 6
1.3. Nerezová ocel přístroje a nerezová mycí komora se zaoblenými rohy (AISI 304)	ANO	Prospekt Discher str. 4
1.4. 6 programů (2x úsporný, 2x normální, 2x intenzivní)	ANO	Technická specifikace str. 1
1.5. Český psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizační poruch	ANO	Technická specifikace str. 1
1.6. Dotykové ovládání	ANO	Prospekt Discher str. 3
1.7. El. ovládací jednotka s rozhraním RS 232 a s pamětí pro uložení informací	ANO	Technická specifikace str. 1
1.8. Během mycího a dezinfekčního cyklu el. blokovávané dveře	ANO	Návod k obsluze str. 10
1.9. Kapacita mytí min. 3 močové láhve	ANO	Technická specifikace str. 1
1.10. Kapacita mytí min. 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí	ANO	Technická specifikace str. 1
1.11. Možnost zabudování držáků i pro jiný typ vyplachovaných nádob	ANO	Technická specifikace str. 1
1.12. Vlastní vyvíječ páry	ANO	Technická specifikace str. 1
1.13. Stupeň dezinfekce min. v požadavcích A0-3000 (možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600, 3000 nebo termická dezinfekce dle vyhlášky MZ ČR 306/2012 Sb.)	ANO	Prospekt Discher str. 3
1.14. Nastavení teploty dezinfekce až 95°C	ANO	Technická specifikace str. 1
1.15. Vysoce výkonné čerpadlo, pro tlakové mytí	ANO	Technická specifikace str. 1
1.16. Automatické spuštění nového cyklu při výpadku napětí	ANO	Technická specifikace str. 1
1.17. Vestavěný zásobník a dávkovač (s el. kontrolou množství) na odvápnovač	ANO	Návod k obsluze str. 10
1.18. Úspora vody	ANO	Prospekt Discher str. 3
1.19. Hlučnost max. do 60dB	ANO	Technická specifikace str. 1
1.20. Celkový příkon: do 3,6 kW (3x16A)	ANO	Technická specifikace str. 1
1.21. Spotřeba el. energie pro 1 mytí (A0=600): max. 0,26kWh	ANO	Technická specifikace str. 1

## UV955/2016 Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice

Příloha č 1: Technická specifikace

1.22. Opad: DIN 90-100 do země	ANO	Technická specifikace <i>str. 1</i>
1.23. Maximální rozměry (v,š,h): 1240, <b>500</b> , 570	ANO	1240x500x570 mm Prospekt Discher <i>str. 6</i>
1.24. Elektroinstalace: Třífázové provedení – 3N AC 400V	ANO	Technická specifikace <i>str. 1</i>
1.25. Instalace do požadovaných prostor	ANO	
Příslušenství ke každé myčce:		
1.26. univerzální držák součástí myčky - pro močové lahve, podložní mísy, umyvadla	ANO	Součástí dodávky