

UV955/2016 Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice

Příloha č. 1: Technická specifikace

085-ZT-2023	Lůžko elektrické JIP s váhou 5ks
-------------	----------------------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. **Medicínský účel:** lůžko elektricky polohovatelné s laterálním náklonem a integrovaným vážícím systémem, určené pro potřeby jednotky intenzivní a resuscitační péče, včetně základního příslušenství a vybavené pasivními antidekubitními matracemi

3. **Kompatibilita:** není požadována

4. **Specifikace: Lůžko Eleganza 5**
(zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

5. Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. Shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění, bez výhrad	Splňuje, Prohlášení o shodě str. 1
2. Konstrukce lůžka kovová lakovaná	Splňuje, Návod k použití str. 93
3. Bezpečná pracovní zátěž lůžka min. 250 kg	Splňuje, 250 kg Katalog Eleganza 5, str. 21
4. Elektricky nastavitelná výška lůžka v rozsahu 43-75 cm	Splňuje, 43,5 – 81,5 cm, Katalog Eleganza 5, str. 21
5. Rozměry ložné plochy min. 200x90 cm	Splňuje, 208 x 90 cm, Katalog Eleganza 5, str. 21
6. , Integrované prodloužení/zkrácení ložné plochy o min. 15 cm	Splňuje, 22 cm, Návod k použití str. 18
7. Průjezdnost lůžkem zárubněmi 110 cm	Splňuje (šířka lůžka 100 cm), Katalog Eleganza 5, str. 21
8. Čtyřdílná ložná plocha (elektricky polohovatelná), zádový, stehenní lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu	Splňuje, Návod k použití str. 17,24,48 a dále
9. Automatický odsun zádového a stehenního dílu, nebo technickým řešením s integrovanou antidekubitní matrací	Splňuje, Katalog Eleganza 5, str. 19 návod k použití str. 61
10. Náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°(elektromotorem), integrovaný indikátor stupně náklonu	Splňuje, 14°, Katalog Eleganza 5, str. 21
11. Oboustranný laterální náklon min. +/- 15°, lze řešit aktivní antidekubitní matrací, za podmínky jejího dodání ke všem lůžkům s požadavkem na laterální náklon (tato matrace pak nahrazuje požadavek na matrace nižších technických parametrů)	Splňuje, +/- 15°, Katalog Eleganza 5, str.21
12. Oboustranně mechanické odblokování zádového dílu (CPR)	Splňuje, Katalog Eleganza 5, str.20
13. Čela odnímatelná plastová s aretací	Splňuje, Návod k použití str. 17, 24
14. Postranice plastové dělené ¼ ní, výška min. 45 cm (pro použití aktivního antidekubitního systému), automatická blokáce spuštění při zatížení pacientem zevnitř	Splňuje, 45 cm Návod k použití str. 17, 18, 29-31
15. Integrovaný panel ovládací sesterský s LCD: <ul style="list-style-type: none"> oboustranně v postranicích, nebo v čele lůžka (ovládání lůžka, vážícího systému a programovatelných funkcí) ochrana proti nechtěné aktivaci, blokáce (zámky) jednotlivých funkcí a s naprogramovanými polohami (min.: resuscitační poloha KPR, TR/ATR, nastavení zádového 	Splňuje, Katalog Eleganza 5, str. 12 Návod k použití str. 32, 33

UV955/2016 Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice

Příloha č. 1: Technická specifikace

dílu na 30°, kardiacké křeslo)	
16. Ovladače nožní integrované oboustranně s ochranou proti nechtěné aktivaci	<i>Splňuje, Návod k použití str. 47</i>
17. Integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta, nejmenší dílek max. 0,1kg	<i>Splňuje, 0,1 kg, Návod k použití str. 62</i>
18. Alarmy opuštění lůžka pacientem, hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka	<i>Splňuje, Katalog Eleganza 5, str. 7 Návod k použití str. 67</i>
19. Kolečka dvojitá s centrálním ovládáním brzd, průměr min. 150 mm	<i>Splňuje, 150 mm, Návod k použití, str. 18, 31</i>
20. Páté centrální kolečko zdvihatelno	<i>Splňuje, Návod k použití str. 69</i>
21. Systém ochrany před opomenutím nezabrzdného lůžka (automatická brzda, apod.)	<i>Splňuje, Katalog Eleganza 5, str. 7 Návod k použití str. 69</i>
22. Nárazová ochranná kolečka v rozích lůžka	<i>Splňuje, Katalog Eleganza 5, str. 20</i>
23. Baterie zálohová (indikátor stavu)	<i>Splňuje, Návod k použití, str. 26</i>
24. Ochrana všech motorů proti mechanickému přetížení	<i>Splňuje, Katalog Eleganza 5, str. 21</i>
25. Svítidla LED integrovaná bezpečnostní, nebo osvětlení lůžka	<i>Splňuje, osvětlení lůžka, Návod k použití, str. 10</i>
<u>Příslušenství:</u>	
26. 5ks lišty a držáky na příslušenství	<i>Součástí dodávky</i>
27. 5ks hrazda se samonavíjecí plastovou rukojetí	<i>Součástí dodávky</i>
28. 5ks držák sáčků na moč	<i>Součástí dodávky</i>
29. 5ks stojan infuzní	<i>Součástí dodávky</i>
30. <u>5ks matrace antidekubitní pasivní</u>	<i>ViskoMatt 30</i>
a. do třetího stupně rizika vzniku a léčby dekubitů	<i>Splňuje Katalog pasivní matrace str. 4</i>
b. jádro matrace ze studené PUR a viskoelastické pěny pro vynikající rozložení tlaku, velmi dobrou prodyšnost a dlouhou životnost matrace, jádro matrace s prořezy pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení tvaru při polohování lůžka	<i>Splňuje Katalog pasivní matrace str.10,12,13</i>
c. potah velmi snadno snímatelný s ochrannou proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra -	<i>Splňuje Katalog pasivní matrace str. 14</i>
d. materiál potahu bakteriostatický, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný, se sníženou hořlavostí	<i>Splňuje Katalog pasivní matrace str. 14</i>
e. nosnost min. 150 kg	<i>Splňuje, 165 kg, Katalog pasivní matrace str. 10</i>
f. funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14 cm	<i>Splňuje, 14 cm Katalog pasivní matrace str. 10</i>