

UV955/2016 Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice

Příloha č. 1: Technická specifikace

087-ZT-2023	Sprchové lehátko 3ks
-------------	-----------------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. **Medicínský účel:** ošetrovatelská péče, hygiena imobilních pacientů

3. **Kompatibilita:** není požadována

4. **Specifikace: CONCERTO**
(zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

5. **Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.**

	Účastníkem nabízená hodnota
Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	(účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. Hydraulické sprchové lehátko	<i>Splňuje, Návod k použití str. 8</i>
2. Bezpečné pracovní zatížení lehátka min. 175 kg	<i>175 kg, Návod k použití str. 44</i>
3. Vypádané ložná plocha pro odvod vody během sprchování	<i>Splňuje, Návod k použití str. 47</i>
4. Sprchové lehátko umožňující napuštění ložné plochy vodou	<i>Splňuje, Návod k použití str. 44</i>
5. Měkká polstrovaná odnímatelná matrace se zapuštěnými kanálky pro odtok vody	<i>Splňuje, Návod k použití str. 15</i>
6. Ložná plocha: <ul style="list-style-type: none"> délka min. 1900 mm šířka min. 650 mm 	<i>délka až 1950 mm, Návod k použití str. 47 šířka 650 mm</i>
7. Délka ložné plochy nastavitelná v rozmezí min. 100 mm	<i>100 mm, Návod k použití str. 47</i>
8. Rozsah zdvihu ložné plochy min. 320 mm, min. v rozmezí: <ul style="list-style-type: none"> nejnižší poloha ložné plochy max. 500 mm nejvyšší poloha ložné plochy min. 800 mm 	<i>320 mm, Návod k použití str. 47 - 490 mm - 810 mm</i>
9. Naklopení ložné plochy o 90° do horizontální polohy	<i>Splňuje, Návod k použití str. 17</i>
10. Konstrukce umožňující nadjet ložnou plochou sprchového lehátka nad nemocniční lůžko	<i>Splňuje, Návod k použití str. 19</i>
11. Automatické vyrovnání ložné plochy sprchového lehátka do vodorovné pozice pro překlad pacienta, při spuštění na ložnou plochu nemocničního lůžka	<i>Splňuje, Návod k použití str. 19</i>
12. Sloupový zdvih	<i>Splňuje, Návod k použití str. 8</i>
13. Nožní pedál oboustranné ovládní zdvihu nožním pedálem	<i>Splňuje, Návod k použití str. 14</i>
14. Sklopné postranice s bezpečnostními západkami na každé straně	<i>Splňuje, Návod k použití str. 14</i>
15. Postranice určené k opoře při polohování pacienta (mytí zádové části těla pacienta)	<i>Splňuje, Brochure str. 1</i>
16. Samostatně bržděná 4 kolečka	<i>Splňuje, Návod k použití str. 16</i>
17. Průjezdnost sprchového lehátka dveřmi o šířce 800 mm	<i>Splňuje, Návod k použití str. 47</i>
18. Příslušenství (ke každému jednomu požadovanému kusu zařízení):	
a. 1ks podhlavník (hlavový polštář)	<i>Splňuje, součást dodávky</i>
b. 1ks zátka odtoku lehátka	<i>Splňuje, součást dodávky</i>
c. 1ks odnímatelná odtoková flexi hadice, délka min. 1000 mm	<i>Splňuje, součást dodávky</i>
19. Možnost dodání a výměny odnímatelné odtokové flexi hadice v délce až 3000 mm	<i>Splňuje, 3000 mm, Návod k použití str. 54</i>