

UV955/2016 Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice

Příloha č. 1: Technická specifikace

084-ZT-2023	Křeslo aplikační 12ks
-------------	-----------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel:

3. **Kompatibilita:** není požadována

4. Specifikace: PURA 2

(zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

5. **Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.**

	účastník nabízená hodnota
Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	(účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. Rozměry délka min. 200cm, šíře ložné plochy min. 55cm	Splňuje, délka 212,3 cm, šíře 59 cm Katalog PURA str. 14
2. Bezpečné provozní zatížení min. 200kg	Splňuje, 205 kg, Katalog PURA str. 14
3. Zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru min. v rozsahu 60-90 cm	Splňuje, 55,4 – 93,4 cm Návod k použití str. 77
4. Elektricky polohovatelná ložná plocha	Splňuje, Katalog PURA str. 8
5. Trendelenburg poloha	Splňuje, 12°, Návod k použití str. 77
6. Zádový díl a podnožní díl polohovatelné nezávisle pomocí elektromotorů	Splňuje, Katalog PURA str. 8
7. Konstrukce křesla sloupová stabilní	Splňuje, Katalog PURA str. 2 (vyobrazení)
8. Polstrování antibakteriální bezešvé	Splňuje, Katalog PURA str. 12
9. Opěry loketní aplikační (integrované a nastavitelné horizontálně i vertikálně a s integrovaným držákem ručního ovladače)	Splňuje, Návod k použití, str. 36, str. 59-61
10. Ovladač ruční, ochrana proti nechtěnému polohování, s přednastavenými polohami min. Trendelenburg, nástupní poloha a horizontální poloha	Splňuje, Návod k použití, str. 35 Katalog PURA str. 9
11. Madlo transportní (integrované v čele)	Splňuje, Katalog PURA str. 15
12. Držák na infuzní stojan integrovaný oboustranně, výklopný	Splňuje, Katalog PURA str. 15
13. Kolečka brzděná, dvojitá, průměr min. 10 cm	Splňuje, 10 cm, Katalog PURA str. 14
14. Záložní baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti	Splňuje, Návod k použití str. 72
15. Svod el. potenciálu, bezpečnostní kroucený přívodní kabel s háčkem pro uchycení na konstrukci	Splňuje, Návod k použití str. 25, str. 40
16. Příslušenství:	
Stojan infuzní, výškově stavitelný	Součástí dodávky