

UV955/2016 Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice

Příloha č. 1: Technická specifikace

053-ZT-2023	Stůl zákrokový 1ks
-------------	--------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. **Medicínský účel:** zákrokový stůl pro bronchoskopie, pro použití s RTG C ramenem

3. **Kompatibilita:** není požadována

4. **Specifikace: Zákrokový stůl GOLEM 2S EXTRA**
(zde účastník uvede přesné obchodní označení, model výrobce)

5. **Nesplnění kteréhokoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.**

	Účastníkem nabízená hodnota
Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	(účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený nebo výrobcem schválený veřejně přístupný dokument – zdroj, strana, kapitola)
1. Třídílná ložná plocha (hlava, záda, tělo)	Splňuje, Technický popis Golem, str. 1
2. Kolečka brzděná pr.75 mm	Splňuje, 75 mm, Technický popis Golem, str. 1
3. Celková délka stolu min. 2000 mm	Splňuje, 2000 mm, Technický popis Golem, str. 1
4. Šířka stolu min. 700 mm	Splňuje, 750 mm Technický popis Golem, str. 1
5. Nosnost min. 150 kg	Splňuje, 150 kg Technický popis Golem, str. 1
6. Zádový díl. elektricky polohovatelný v rozsahu min. 0° až 80°	Splňuje, 0° až 80° Technický popis Golem, str. 1
7. Zádový a hlavový segment RTG transparentní	Splňuje, Technický popis Golem, str. 1
8. Hlavový díl polohovatelný elektricky +/- 30°	Splňuje, +/- 30° Technický popis Golem, str. 1
9. Výška pracovní plochy stolu polohovatelná elektricky min. v rozsahu 600-900mm	Splňuje, 600 – 900 mm Technický popis Golem, str. 1
10. Trendelenburg nastavitelný elektricky min. 12°	Splňuje, 13°, Technický popis Golem, str. 1
11. Koženka antistatická omyvatelná a desinfikovatelná	Splňuje, Technický popis Golem, str. 1
12. Vestavěné akumulátory s nabíječkou	Splňuje, Technický popis Golem, str. 1
13. Eurolišty pro příslušenství (po stranách zádového dílu)	Splňuje, Technický popis Golem, str. 1
14. Zvedací mechanismus a spodní rám zakrytován omyvatelnými kryty	Splňuje, Technický popis Golem, str. 1
15. Ruční ovladač	Splňuje, Technický popis Golem, str. 1