

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Veřejná zakázka	Dodávka zdravotnického vybavení pro ON Náchod – nemocnice Rychnov nad Kněžnou II - část 10: Defibrilátory
Ev. č. VVZ	Z2023-019535
Zadavatel	Oblastní nemocnice Náchod a.s., IČO 26000202, Purkyňova 446, 547 01 Náchod
Způsob zadání	Zadávací řízení veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení v nadlimitním režimu ve smyslu § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel vysvětluje, doplňuje či mění zadávací dokumentaci dle § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele doručené dne 31. 5.2023 A DNE 1.6.2023

DOTAZY:

1)

Zadavatel v technické specifikaci pro defibrilátory vyšší třídy (EKG 12 svodové) 3 ks požaduje splnění parametru: 1.1 Hmotnost přístroje včetně kompletního vybavení (baterie, papír, kabeláž, brašna) max. 7 kg.

Účastník by rád nabídnul defibrilátor dle požadované technické specifikace, kde základní jednotka defibrilátoru vč. externích pádel a baterie má hmotnost 6,3 kg. Při požadavku zadavatele na hmotnost zahrnující veškeré příslušenství vč. brašny, převyšuje hmotnost nabízeného defibrilátoru požadovanou max. hmotnost o 2,5 kg.

Účastník má za to, že ne vždy jsou defibrilátor i brašna nezbytně nutně vybavené veškerým příslušenstvím, a proto by mohla být celková, skutečná hmotnost defibrilátoru nižší (např. použití defibrilátoru v provozu bez pádel, jen s multifunkčními elektrodami, specifikace kabeláže dle aplikací konkrétního pracoviště atd.). Bude zadavatel akceptovat nabídku defibrilátoru, který vč. požadovaného příslušenství má v součtu hmotnost 9,5 kg?

ODPOVĚĎ ONN:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení tazatele. Zadavatel upravuje požadavek v rámci technické specifikace: "1.1 Hmotnost přístroje včetně kompletního vybavení (baterie, papír, kabeláž, brašna) max. 9,5 kg" .

2)

Zadavatel v technické specifikaci pro defibrilátory vyšší třídy (EKG 3 svodové) 3 ks požaduje splnění parametru: 1.1 Hmotnost přístroje včetně kompletního vybavení (baterie, papír, kabeláž, brašna) max. 7 kg.

Účastník by rád nabídnul defibrilátor dle požadované technické specifikace, kde základní jednotka defibrilátoru vč. externích pádel a baterie má hmotnost 6,3 kg. Při požadavku zadavatele na hmotnost zahrnující veškeré příslušenství vč. brašny, převyšuje hmotnost nabízeného defibrilátoru požadovanou max. hmotnost o 2,5 kg.

Účastník má za to, že ne vždy jsou defibrilátor i brašna nezbytně nutně vybavené veškerým příslušenstvím, a proto by mohla být celková, skutečná hmotnost defibrilátoru nižší (např. použití defibrilátoru v provozu bez pádel, jen s multifunkčními elektrodami, specifikace kabeláže dle aplikací konkrétního pracoviště atd.). Bude zadavatel akceptovat nabídku defibrilátoru, který vč. požadovaného příslušenství má v součtu hmotnost 9,5 kg?

ODPOVĚĎ ONN:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení tazatele. Zadavatel upravuje požadavek v rámci technické specifikace: "1.1 Hmotnost přístroje včetně kompletního vybavení (baterie, papír, kabeláž, brašna) max. 9,5 kg" .

3)

Zadavatel v technické specifikaci pro defibrilátory nižší třídy 6 ks, požaduje splnění parametru: 1.1 Hmotnost přístroje včetně kompletního vybavení (baterie, papír, kabeláž, brašna) max. 7 kg.

Účastník by rád nabídl defibrilátor dle požadované technické specifikace, kde základní jednotka defibrilátoru vč. externích pádel a baterie má hmotnost 6,3 kg. Při požadavku zadavatele na hmotnost zahrnující veškeré příslušenství vč. brašny, převyšuje hmotnost nabízeného defibrilátoru požadovanou max. hmotnost o 2,5 kg.

Účastník má za to, že ne vždy jsou defibrilátor i brašna nezbytně nutně vybavené veškerým příslušenstvím, a proto by mohla být celková, skutečná hmotnost defibrilátoru nižší (např. použití defibrilátoru v provozu bez pádel, jen s multifunkčními elektrodami, specifikace kabeláže dle aplikací konkrétního pracoviště atd.).

Bude zadavatel akceptovat nabídku defibrilátoru, který vč. požadovaného příslušenství má v součtu hmotnost 9,5 kg?

ODPOVĚĎ ONN:

Ano, zadavatel bude akceptovat navrhované řešení tazatele. Zadavatel upravuje požadavek v rámci technické specifikace: "1.1 Hmotnost přístroje včetně kompletního vybavení (baterie, papír, kabeláž, brašna) max. 9,5 kg" .

Zadavatel upravuje přílohu č. 3 zadávacích podmínek – Technická specifikace. Aktualizovaná Technická specifikace je přílohou tohoto vysvětlení, doplnění nebo změny zadávací dokumentace.

Zadavatel upřesňuje bod 5.5. zadávacích podmínek – Technická kvalifikace – seznam významných dodávek: Ze seznamu významných dodávek musí vyplývat realizace dvou (2) zakázek na dodávku, jejímž předmětem byla dodávka defibrilátoru, přičemž **v součtu** hodnota zakázek činila **alespoň 1.845.000,00 Kč bez DPH.**

Dále zadavatel z důvodu administrativní chyby mění bod 6.4 výzvy k podání nabídek takto: vypouští se poslední věta „Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá seznam významných dodávek vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek obsahovat závazek, že jiná osoba bude realizovat dodávky či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje“, když dle § 83 odst. 2 zákona požadavek pro dodávky neplatí.

V čl. III. bodu 3b) návrhu kupní smlouvy je uveden odkaz na již neplatný zákon o zdravotnických prostředcích, tj. v této souvislosti **zadavatel mění přílohu č. 2 zadávacích podmínek s uvedením správného č. zákona → tato nová příloha je přílohou tohoto vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace.**

Všechny zbývající zadávací podmínky zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

S ohledem na charakter změn prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Lhůta pro podání nabídek končí **11. 7.2023 v 13:00 hod.**

Příloha

Příloha č. 2 zadávacích podmínek – Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3 zadávacích podmínek – technická specifikace – OPRAVA_1

V Hradci Králové

Za zástupce zadavatele na základě pověření