

## Technická specifikace

## „Rozvoj laboratorních kapacit v ON Náchod – nemocnice Náchod“

## Část 4.1. Germicidní lampa „s nepřímým zářením“

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých přístrojů a jejich částí. Nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů nebo jejich částí.

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svoji nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek (zvýrazněné buňky), zda jím nabízené zařízení splňuje či nespĺňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (ANO/NE). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Dodavatel je oprávněn nabídnout zboží s jinými parametry za podmínky, že se jedná o parametry objektivně lepší, resp. srovnatelně výhodnější než základní vymezení zadavatele. Méně výhodný parametr se považuje za nesplnění požadavku, ledaže se vejde do přípustné odchylky nebo se jedná o číselný přepis, který bude objasněn.

Zadavatel akceptuje dodávku přístroje s tolerancí +/- 10 % od uvedených technických parametrů, pokud uchazeč v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel, tj. diagnostické využití. Technické parametry označené jako minimální nebo maximální musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci.

## Germicidní lampa „s nepřímým zářením“ – 4 ks

Požadavek		ANO/NE Konkrétní hodnota nabízeného zařízení	Kde je uvedeno v technickém popisu (např. strana v katalogu, prospektu, příslušná část produktového listu apod.)
Obecné parametry přístroje			
1	Germicidní pojízdná lampa s průtokovou komorou s nepřímým zářením umožňující provoz za přítomnosti osob (bezozónový)	ANO	Technický list
2	Likvidace virů, bakterií, plísni, hub, prachu.	ANO	Technický list
3	Lampa včetně počítadla provozního času lampy	ANO	Technický list
4	Lampa s nuceným proděním vzduchu zajišťujícím distribuci dezinfikovaného vzduchu v místnosti.	ANO	Technický list
5	Účinnost ventilátoru min. 120 m <sup>3</sup> /4	ANO, společný výkon ventilátorov je 240m <sup>3</sup>	Technický list
6	Životnost trubic min. 8 000 hodin	18 000 h	Technický list
7	Výkon 2 x 55W (trubic)	ANO	Technický list
8	Tichý chod lampy, hlučnost ventilátoru max. < 35 dB	22,5 dB	Technický list
9	V souladu s normou EN 60601-1 / <b>Prohlášení o shodě</b>	ANO	Vyhlasenie o zhode

10	Stupeň krytí <b>min. IP 20</b>	<b>ANO</b>	<b>Technický list</b>
11	Záruka min. 24 měsíců	<b>ANO</b>	
12	<b>Prohlášení o shodě</b>	<b>ANO</b>	<b>Vyhlášení o shodě</b>

V Šali, dne: 13.11.2023



Pavol Práznovský – Konateľ, GRIZZLY s.r.o.