

Splnění technických podmínek

„Pořízení vysokofrekvenčního elektrického generátoru pro COS NRK“

Medicínský účel:		
Vysokofrekvenční chirurgický přístroj pro bipolární koagulaci a bipolární endoresekcí i v prostředí fyziologického roztoku, určen k řezání a koagulování pro veškeré otevřené, laparoskopické i endoskopické zákroky.		
Vysokofrekvenční elektrický generátor (včetně dodávky, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu)		
Specifikace - Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Požadovaný parametr	Hodnota parametru účastníka (odkaz na číslo stránky v produktovém listu/technické specifikaci apod.)
Generátor řízený multiprocesorem s real-time monitoringem	ano	Produktový list ARC 350 str. 1
Adaptivní výkon (automatická regulace výstupního výkonu dle tkáně)	ano	Produktový list ARC 350 str. 1
Systém detekce jistření (kontrola elektrického výboje)	ano	Produktový list ARC 350 str. 2
Minimálně 4 porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje	ano, 4 porty	Produktový list ARC 350 str. 1
Ovládání aktivních elektrod pomocí ručního spínače na nástroji nebo nožním pedálem	ano	Produktový list ARC 350 str. 2
Možnost monopolárního i bipolárního provozu bez nutnosti ručního přepínání generátoru	ano	Produktový list ARC 350 str. 1
Zobrazení nastavených údajů prostřednictvím ovládacího a informačního barevného dotykového displeje s úhlopříčkou min. 7" 5,7"	ano	Produktový list ARC 350 str. 1
Paměť minimálně na 30 programů, přednastavitelné i uživatelsky přizpůsobitelné programy	ano, 300	Produktový list ARC 350 str. 1
Možnost přepínání programu pomocí dotykového displeje přístroje	ano	Produktový list ARC 350 str. 1
Akustický i optický alarm detekující chyby s popisem a záznamem chybových hlášení	ano	Produktový list ARC 350 str. 2
Nastavení jasu a hlasitosti	ano	Produktový list ARC 350 str. 2
Nastavení jasu a hlasitosti	ano	Produktový list ARC 350 str. 2
Napájení 230 V	ano	Produktový list ARC 350 str. 2
Certifikace MDR či MDD	ano	Produktový list ARC 350 str. 2
Požadavky na řez		
Monopolární i bipolární řez	ano	Produktový list ARC 350 str. 1
Výstupní výkon v monopolárním i bipolárním režimu minimálně 320 W	ano, 400 W	Produktový list ARC 350 str. 1
Čistý, smíšený, pulzní a vysokovýkonný - monopolární řez	ano	Produktový list ARC 350 str. 1
Běžný, čistý, pulzní, ve fyziologickém roztoku, vysokovýkonný - bipolární řez	ano	Produktový list ARC 350 str. 1
Koagulace		
Koagulace monopolární a biopolární	ano	Produktový list ARC 350 str. 1
Monopolární koagulace - pomalá, rychlá, sprejová	ano	Produktový list ARC 350 str. 2
Bipolární koagulace - pomalá, rychlá, ve fyziologickém roztoku, automatická	ano	Produktový list ARC 350 str. 2
Příslušenství		
Dělená neutrální elektroda pro opětovné použití či nedělená neutrální elektroda pro opětovné použití	1 ks	Produktový list ARC 350 str. 2
Spojovací kabel	1 ks	Produktový list ARC 350 str. 2
Doklady požadované zadavatelem:		
Návod k obsluze v českém jazyce		
Prohlášení o shodě - CE certifikát		

Zadavatel u níže uvedených parametrů stanovil ve sloupci "Požadovaný parametr" minimální či maximální hodnoty. Zadavatel připouští u jednotlivých hodnot toleranční rozsah (odchylku) +/- 10%. Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejnižší přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) této hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče z výběrového řízení.

Pokud ve sloupci "Požadovaný parametr" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít - uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci).

V Brně dne

Ing. Silvie Plchová, na základě plné moci, Promedeus s.r.o.