

# UV955/2016 Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice

Příloha č 1a): Technická specifikace

032-ZT-2023	<b>Defibrilátor vč. transportního vozíku – 1ks</b>	
-------------	--	--

## 1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj „max.“/“maximálně“ nebo „min.“/“minimálně“, nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. **Medicínský účel:** resuscitace pacientů včetně monitorace životních funkcí

3. **Kompatibilita:** není požadována

4. **Specifikace: BeneHeart D30, výrobce MINDRAY**

5. *Nesplnění kteréhokoliv technického parametru v tabulce níže povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.*

Specifikace – Minimální zadavatelem požadované technické parametry	Splnění požadavku Ano/Ne	Odkaz na dokument a na číslo stránky nabídky, kde lze splnění technických požadavků dohledat
1. Bifázický defibrilátor pro děti a dospělé s manuálně nastavitelnou energií výboje min. v rozsahu 1 až 360J, s kompenzací výboje dle impedance pacienta	ANO	Viz. prospekt a technický list
2. Defibrilátor s integrovaným barevným monitorem	ANO	Viz. prospekt a technický list
3. Zobrazení min. 4 křivek	ANO, 5 křivek	Viz. prospekt a technický list
4. Dotykový displej min. 8" s možností inverze displeje	ANO, 8"	Viz. prospekt a technický list
5. Monitorace: <ul style="list-style-type: none"> <li>EKG 3/4 svodové</li> <li>srdeční frekvence</li> <li>monitorace dechu</li> <li>SpO2</li> <li>NIBP</li> </ul>	ANO ANO ANO ANO ANO	Viz. Nabídka
6. Zobrazení: <ul style="list-style-type: none"> <li>doba od začátku monitorace</li> <li>hodnoty podaných výbojů</li> <li>počet podaných výbojů</li> </ul>	ANO ANO ANO	Viz. prospekt a technický list
7. Defibrilační módy: <ul style="list-style-type: none"> <li>Manuální</li> <li>AED</li> </ul>	ANO ANO	Viz. prospekt a technický list
8. Doba nabití na max. energii 200J max. 3 sekundy	ANO, 3 sec	Viz. prospekt a technický list
9. Synchronní výboj – funkce synchronizované kardioverze	ANO	Viz. prospekt a technický list
10. Neinvazivní (zevní) kardiostimulace	ANO	Viz. prospekt a technický list
11. Zobrazení alarmů a trendů měřených hodnot	ANO	Viz. prospekt a technický list
12. Zvukový a optický alarm životních funkcí	ANO	Viz. prospekt a technický list
13. Menu v českém jazyce	ANO	Viz. prospekt a technický list
14. Integrovaný zapisovač	ANO	Viz. prospekt a technický list
15. Externí defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé s integrovanými defibrilačními elektrodami pro děti	ANO	Viz. prospekt a technický list
16. Indikace kontaktu defibrilačních elektrod s tělem pacienta na externích defibrilačních elektrodách i na displeji přístroje	ANO	Viz. prospekt a technický list
17. Použitelnost nalepovacích (multifunkčních) defibrilačních elektrod	ANO	Viz. prospekt a technický list
18. Provoz na baterie i bez baterie, z elektrické sítě	ANO	Viz. prospekt a technický list
19. Provoz na baterie pro monitoraci min. 4 hod., zobrazení	ANO, 6,5 hod	Viz. prospekt a technický list

# UV955/2016 Energeticky úsporná renovace pavilonu G1 Fakultní Thomayerovy nemocnice

Příloha č 1a): Technická specifikace

kapacity baterií na displeji i na baterii		
20. Funkce ukládání dat na interní paměť	ANO	Viz. prospekt a technický list
21. Automatický test funkčnosti přístroje	ANO	Viz. prospekt a technický list
22. Funkce uživatelského testu funkčnosti přístroje včetně vyhodnocení	ANO	Viz. prospekt a technický list
23. Maximální hmotnost přístroje včetně baterie a příslušenství max. 5 kg (bez pojízdného stojanu)	ANO, 4,2 kg	Viz. prospekt a technický list
24. Příslušenství k defibrilátoru: <ul style="list-style-type: none"><li>• 1ks externí defibrilační elektrody (pádla)</li><li>• 1ks multifunkční elektrody vč. kabelu</li><li>• 1ks baterie</li><li>• 1ks EKG kabel</li><li>• 1ks SpO2 kabel vč. senzoru – dospělý</li><li>• 1ks NIBP manžeta vč. propojovací hadičky – velikost dospělý</li><li>• 1ks pojízdný stojan určený k defibrilátoru</li></ul>	ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO	Viz. Nabídka