



Dodatek č. 9 k servisní smlouvě č. 0380112, ze dne 1.1.2012

Obchodní firma: AQUAL s.r.o.
Místo podnikání: Česká 384, 664 31 Česká, pošta Lelekovice
Zastoupená: Miroslavem Šustrem – jednatelem společnosti
Právní forma: společnost s ručením omezeným, zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31044
IČ: 255 38 365
DIČ: CZ25538365
Bankovní spojení: 

(dále jen „zhotovitel“)

a

Masarykova univerzita
Se sídlem: Žerotínovo nám. 9,601 77 Brno
Zastoupená: prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan Lékařské fakulty
Fakturační adresa: MU, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno
Právní forma: Masarykova univerzita je veřejnou vysokou školou dle zák. 111/1998/Sb., o vysokých školách, v platném znění
IČ: 00216224
DIČ: CZ 00216224
Bankovní spojení: 

Zástupce ve věcech
technických:
(dále jen objednatel)

uzavírají dnešním dnem tento dodatek Servisní smlouvy.

Předmět smlouvy


Předmětem smlouvy je pravidelný servis všech zařízení AQUAL, (5-ti kusů), v rozsahu dle příloh č.1, 2, 3, 4, 5 a 6 které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena

Ceník servisních prací a materiálů pro rok 2024 byl upraven dle příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení

1. Strany smlouvy prohlašují, že jsou srozuměny s tím, že tento dodatek a také uzavřená smlouva a její ostatní dodatky budou objednatelem zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o Registru smluv).



2. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tohoto dodatku si vzájemně vyjasnily, které části smlouvy a všech dodatků podléhají utajení a nebudou zveřejněny v registru smluv.

3. Nezveřejní-li Smluvní strany část smlouvy či dodatků v registru smluv dle zákona o Registru smluv, sledují tím ochranu vzájemných legitimních zájmů, zejména ochranu práv duševního vlastnictví, obchodní tajemství, know-how, utajovaných informací, osobních údajů nebo obdobnou ochranu práv třetích osob.

V Brně, dne


V České dne 15.1.2024

Za objednatele:

Za dodavatele:

Prof. MUDr. Martin Repko, Ph. D.
děkan Lékařské fakulty

Miroslav Šustr
jednatel společnosti





AQUAL s.r.o.
Česká 384
664 31 Česká, pošta Lelekovice
DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

www.aqual.cz

[@aqual.cz](mailto: @aqual.cz)

POPIS A CENA SERVISU pro rok 2024

Každé zařízení vyžaduje odpovídající péči. Vzhledem k tomu, že kvalita zdroje vody a intenzita využívání zařízení je rozdílná, je zapotřebí při každé servisní návštěvě aktualizovat termíny výměn spotřebních materiálů.

Uživatel : MU Brno, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno
Místo instalace : Ústav histologie a embryologie
Odpovědná osoba :
Telefon :
Email :

Typ zařízení : AQUAL® 25 MB profi

: v.č.: 0563-0325

Servisní interval : prodloužený interval na 10 měsíců

Základní servis – pravidelná výměna			
Název	Množství	Cena / j.	Cena celkem
Svíčka 9-CAPA-1	1 ks		
Svíčka PX 01-9 7/8“	1 ks		
Servisní práce u zákazníka	1 ks		
Smluvní náhrada za dopravu	16 km		
Za 1 pravidelný servis celkem			1 612 Kč

) * Platí při spojeném servisu 4 ks zařízení. V případě servisu samostatného zařízení bude účtováno dopravné ve výši 32 km *

Nepravidelná výměna			
Název	Množství	Cena / j.	Cena celkem
Výměna ionexu MIX v DK 618-07 lit. – regenerace)*	1 ks		
Výměna ionexu MIX v DK 618-07 lit. – nový)**	1 ks		
RO modul AQUAL 1812-50)***	1 ks		
Výměna RO modulu, přeměření stanice	1 ks		

) * mění se jen v případě vyčerpání náplně – jedná se o regenerovanou pryskyřici (nižší kapacita)

) ** mění se jen v případě vyčerpání náplně – jedná se o novou pryskyřici (vyšší kapacita)

) *** mění se jen v případě zhoršené účinnosti, případně výkonu – životnost: cca 1 – 3 roky

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH A BEZ SLEVY

Při podpisu je poskytnuta sleva na veškerý materiál ve výši

Interval výměn spotřebních materiálů se může upravit úměrně kvalitě zdroje v



AQUAL s.r.o.
Česká 384
664 31 Česká, pošta Lelekovice
DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

POPIS A CENA SERVISU pro rok 2024

Každé zařízení vyžaduje odpovídající péči. Vzhledem k tomu, že kvalita zdroje vody a intenzita využívání zařízení je rozdílná, je zapotřebí při každé servisní návštěvě aktualizovat termíny výměn spotřebních materiálů.

Uživatel : MU Brno, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno
Místo instalace : Ústav histologie a embryologie
Odpovědná osoba
Telefon
Email

Typ zařízení : AQUAL® 25 MB profi

: v.č.: 0564-0325

Servisní interval : prodloužený interval na 10 měsíců

Základní servis – pravidelná výměna			
Název	Množství	Cena / j.	Cena celkem
Svíčka 9-CAPA-1	1 ks		
Svíčka PX 01-9 7/8“	1 ks		
Servisní práce u zákazníka	1 ks		
Smluvní náhrada za dopravu	16 km		
Za 1 pravidelný servis celkem			1 612 Kč

) * Platí při spojeném servisu 4 ks zařízení. V případě servisu samostatného zařízení bude účtováno dopravné ve výši 32 km *

Nepravidelná výměna			
Název	Množství	Cena / j.	Cena celkem
Výměna ionexu MIX v DK 618-07 lit. – regenerace)*	1 ks		
Výměna ionexu MIX v DK 618-07 lit. – nový)**	1 ks		
RO modul AQUAL 1812-50)***	1 ks		
Výměna RO modulu, přeměření stanice	1 ks		

) * mění se jen v případě vyčerpání náplně – jedná se o regenerovanou pryskyřici (nižší kapacita)

) ** mění se jen v případě vyčerpání náplně – jedná se o novou pryskyřici (vyšší kapacita)

) *** mění se jen v případě zhoršené účinnosti, případně výkonu – životnost: cca 1 – 3 roky

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH A BEZ SLEVY

Při podpisu je poskytnuta sleva na veškerý materiál
Interval výměn spotřebních materiálů se může upravit úměrně kvalitě



AQUAL s.r.o.
Česká 384
664 31 Česká, pošta Lelekovice
DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

www.aqual.cz

[@aqual.cz](mailto: @aqual.cz)

POPIS A CENA SERVISU pro rok 2024

Každé zařízení vyžaduje odpovídající péči. Vzhledem k tomu, že kvalita zdroje vody a intenzita využívání zařízení je rozdílná, je zapotřebí při každé servisní návštěvě aktualizovat termíny výměn spotřebních materiálů.

Uživatel : MU Brno, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno
Místo instalace : Ústav biofyziky, 3. patro
Odpovědná osoba :
Telefon :
Email :

Typ zařízení : AQUAL® 25 MB profi
: v.č.: 0565-0325
Servisní interval : prodloužený interval na 6 měsíců

Základní servis – pravidelná výměna			
Název	Množství	Cena / j.	Cena celkem
Svíčka 9-CAPA-1	1 ks		
Svíčka PX 01-9 7/8“	1 ks		
Servisní práce u zákazníka	1 ks		
Smluvní náhrada za dopravu	16 km		
Za 1 pravidelný servis celkem			1 612 Kč

) * Platí při spojeném servisu 4 ks zařízení. V případě servisu samostatného zařízení bude účtováno dopravné ve výši 32 km *

Nepravidelná výměna			
Název	Množství	Cena / j.	Cena celkem
Výměna ionexu MIX v DK 618-07 lit. – regenerace)*	1 ks		
Výměna ionexu MIX v DK 618-07 lit. – nový)**	1 ks		
RO modul AQUAL 1812-75)***	1 ks		
Výměna RO modulu, přeměření stanice	1 ks		

) * mění se jen v případě vyčerpání náplně – jedná se o regenerovanou pryskyřici (nižší kapacita)

) ** mění se jen v případě vyčerpání náplně – jedná se o novou pryskyřici (vyšší kapacita)

) *** mění se jen v případě zhoršené účinnosti, případně výkonu – životnost: cca 1 – 3 roky

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH A BEZ SLEVY

Při podpisu je poskytnuta sleva na veškerý materiál ve
Interval výměn spotřebních materiálů se může upravit úměrně kvalitě zdroje



AQUAL s.r.o.
Česká 384
664 31 Česká, pošta Lelekovice
DIČ: CZ25538365

www.aqual.cz

[@aqual.cz](mailto:info@aqual.cz)

POPIS A CENA SERVISU pro rok 2024

Každé zařízení vyžaduje odpovídající péči. Vzhledem k tomu, že kvalita zdroje vody a intenzita využívání zařízení je rozdílná, je zapotřebí při každé servisní návštěvě aktualizovat termíny výměn spotřebních materiálů.

Uživatel : MU Brno, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno
Místo instalace : Ústav biofyziky, 3. patro
Odpovědná osoba :
Telefon :
Email :

Typ zařízení : AQUAL® 25 MB profi
: v.č.: 0566-0325
Servisní interval : prodloužený interval na 6 měsíců

Základní servis – pravidelná výměna			
Název	Množství	Cena / j.	Cena celkem
Svíčka 9-CAPA-1	1 ks		
Svíčka PX 01-9 7/8“	1 ks		
Servisní práce u zákazníka	1 ks		
Smluvní náhrada za dopravu	16 km		
Za 1 pravidelný servis celkem			1 612 Kč

) * Platí při spojeném servisu 4 ks zařízení. V případě servisu samostatného zařízení bude účtováno dopravné ve výši 32 km *
)

Nepravidelná výměna			
Název	Množství	Cena / j.	Cena celkem
Výměna ionexu MIX v DK 618-07 lit. – regenerace)*	1 ks		
Výměna ionexu MIX v DK 618-07 lit. – nový)**	1 ks		
RO modul AQUAL 1812-75)***	1 ks		
Výměna RO modulu, přeměření stanice	1 ks		

) * mění se jen v případě vyčerpání náplně – jedná se o regenerovanou pryskyřici (nižší kapacita)
) ** mění se jen v případě vyčerpání náplně – jedná se o novou pryskyřici (vyšší kapacita)
) *** mění se jen v případě zhoršené účinnosti, případně výkonu – životnost: cca 1 – 3 roky

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH A BEZ SLEVY

Při podpisu je poskytnuta sleva na veškerý materiál ve výši 50%
Interval výměn spotřebních materiálů se může upravit úměrně kvalitě zdroje



AQUAL s.r.o.
Česká 384
664 31 Česká, pošta Lelekovice
DIČ: CZ25538365

Vyřizuje:

www.aqual.cz

[@aqual.cz](mailto:info@aqual.cz)

POPIS A CENA SERVISU pro rok 2024

Každé zařízení vyžaduje odpovídající péči. Vzhledem k tomu, že kvalita zdroje vody a intenzita využívání zařízení je rozdílná, je zapotřebí při každé servisní návštěvě aktualizovat termíny výměn spotřebních materiálů.

Uživatel : MU Brno, Lékařská fakulta, Kamenice 5, 625 00 Brno
Místo instalace : Ústav anatomie
Odpovědná osoba
Telefon
Email
Typ zařízení : AQUAL® 29 XL
: v.č.: 1006-1529
Servisní interval : prodloužený interval na 8 měsíců

Základní servis – pravidelná výměna			
Název	Množství	Cena / j.	Cena celkem
Svíčka 9-CAPA-1	1 ks		
Svíčka PX 01-9 7/8“	1 ks		
Servisní práce u zákazníka	1 ks		
Smluvní náhrada za dopravu	16 km		
Za 1 pravidelný servis celkem			1 612 Kč

) * Platí při spojeném servisu 4 ks zařízení. V případě servisu samostatného zařízení bude účtováno dopravné ve výši 32 km * [redacted]

Nepravidelná výměna			
Název	Množství	Cena / j.	Cena celkem
Výměna ionexu MIX v DK 618-07 lit. – regenerace)*	1 ks		
Výměna ionexu MIX v DK 618-07 lit. – nový)**	1 ks		
RO modul AQUAL 1812-75)***	1 ks		
Výměna RO modulu, přeměření stanice	1 ks		

) * mění se jen v případě vyčerpání náplně – jedná se o regenerovanou pryskyřici (nižší kapacita)

) ** mění se jen v případě vyčerpání náplně – jedná se o novou pryskyřici (vyšší kapacita)

) *** mění se jen v případě zhoršené účinnosti, případně výkonu – životnost: cca 1 – 3 roky

VŠECHNY UVEDENÉ CENY JSOU BEZ DPH A BEZ SLEVY

Při podpisu je poskytnuta sleva na veškerý materiál ve výši [redacted]
Interval výměn spotřebních materiálů se může upravit úměrně kvalitě zdroje [redacted]

CENÍK VYBRANÉHO SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU A PRÁCE			
Č.	Název	Množství	Cena j.
1.	Svíčka 10-PA-5 (vyrobena z kvalitního PP vlákna)	1 ks	
2.	Svíčka 20-PA-5 (vyrobena z kvalitního PP vlákna)	1 ks	
3.	Svíčka 20-CTO/2-10 (filtrační svíčka s aktivním uhlím) 10µm	1 ks	
4.	Svíčka 9-CAPA-1 (vinutá filtr. svíčka s akt. uhlím) 9 3/4" - 20µm	1 ks	
5.	Svíčka 20-CAPA-1 (vinutá filtrační svíčka s akt. uhlím) 20" - 20µm	1 ks	
6.	Svíčka PX 01-9 7/8" (jemná filtrační svíčka) 1µm	1 ks	
7.	Svíčka PX 01-20" (jemná filtrační svíčka) 1µm	1 ks	
8.	Svíčka JUMBO 20-PA-5 (vyrobena z kvalitního PP vlákna) 5µm	1 ks	
9.	Filtrační rukávy NW 32-10 µm (v jednom balení 5 ks)	1 bal.	
10.	Náhradní zářivka UV pro 240 l, T5L10W (HA500) životnost max. 1 rok	1 ks	
11.	Mikrobiální filtr vzduchový 0,2 µm Sartofluor MidiCaps, 1/4"	1 ks	
12.	Ionex MIX – nový	1 lit.	
13.	Ionex MIX – regenerace (životnost 2/3)	1 lit.	
14.	RO modul AQUAL 1812-50 GPD (také náhrada 36 GPD)	1 ks	
15.	RO modul AQUAL 1812-75 GPD	1 ks	
16.	RO modul AQUAL 1812-150 GPD (možná náhrada 2x 75)	1 ks	
17.	RO modul AQUAL 3012-300 GPD (2ks náhrada za 4014)	1 ks	
18.	Tlaková nádoba pro RO modul 1812 osazená (bez trysky)	1 ks	
19.	Odpadní tryska k RO modulu	1 ks	
20.	Tlaková nádoba pro RO modul 3012	1 ks	
21.	Čerpadlo CALPEDA MXHM 203E, 230V, 0,45kW	1 ks	
22.	Čerpadlo CALPEDA MXHM 205/A, 230V, 0,75kW	1 ks	
23.	Presscontrol PPC 22, 2,2bar, 1", 230V	1 ks	
24.	Práce u zákazníka	1 hod.	
25.	Pravidelný servis úpravny vody	1 ks	
26.	Pravidelný servis úpravny vody MB, MR (od výkonu 40 l/h.)	1 ks	
27.	Sanitace zásobní nádrže do objemu 200 l (vč. sanitačního roztoku)	1 ks	
28.	Výměna ionexu MIX v DK 618-07 (regenerace)	1 ks	
29.	Výměna ionexu MIX v DK 618-07 (nová)	1 ks	
32.	Náhrada za dopravné	1 km	