

Objednávka 5600069525

Datum objednávky 20.02.2024
Vyhotovuje: [REDACTED]
Oddělení: Zdravotnická tech.
Telefon: [REDACTED]
Mobil: [REDACTED]
Mail: [REDACTED]

Adresa odběratele (fakturační):
Krajská zdravotní, a.s.
Sociální péče 3316/12A
401 13 Ústí nad Labem

Adresa příjemce, faktury, zboží/služby:
Krajská zdravotní, a.s.
Nemocnice Teplice, o. z.
Duchcovská 53
415 29 Teplice

BILLMED GROUP s.r.o.
Žitná 562/10
120 00 Praha 2, Nové Město

Vaše číslo dodavatele u nás
1013893

Termín dodávky: 20.02.2024

Fakturujte se splatností 60 dnů!

Měna CZK

IP47240
ZT3799

Pol.	Materiál Obj.množství	Označení Jednotka	Cena za jednotku	Hodnota
00010	1	Kus oprava ZT Havárie	168.190,00	168.190,00

Kolonoskop CF-H190L výr.č.2043885
Netěsnost-utržený spínač/switch;
poškozený zaváděcí a světlovodný/univerzální tubus,
poškozený ochranný konus zaváděcího tubusu (Stressboot)

Pro odd.interna gastro [REDACTED]

Celk.hodn. s DPH CZK , 168.190,00

Vystavil: [REDACTED]

Z důvodu registrace k DPH je od 1.9.2007 nutné na dodavatelských fakturách a vystavených objednávkách uvádět jak adresu sídla společnosti, tak adresu místa provozovny (fakturační a dodací adresa). **Na dodacích listech, fakturách a ostatních dokumentech uvádějte naše číslo objednávky a koncového odběratele. Faktury bez čísla objednávky budou považovány za neúplné a vráceny dodavateli. V případě daňového dokladu musí účet uvedený na faktuře splňovat podmínku dálkového přístupu, v souladu se zněním zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Účet musí být zveřejněný.**

Pokud hodnota předmětu přesahuje 50 000 Kč bez DPH, **nabývá objednávka účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv. Bez písemné akceptace není objednávka uzavřena.** Plnění předmětu objednávky před její účinností se považuje za plnění podle této objednávky.

IČO: [REDACTED] DIČ: [REDACTED] Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. [REDACTED]
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550.

EndoSystems CZ, člen skupiny BillMed Group, s.r.o.

vedená u Městského soudu v Praze, Sp.značka C 255755,
Sídlo : Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Tel.

Cenový návrh opravy

Zakázka číslo: E016/2024

Číslo/Datum objednávky: 5600069398 / 12.2.2024

Zákazník: **Krajská zdravotní, a. s.**

Nemocnice Teplice, o. z.

oddělení: Gastroenterologie

Adresa: Duchcovská 53

Adresa: 415 29 Teplice

Kontaktní osoba:

jméno:

telefon:

fax:

email:

Přístroj: Video kolonoskop

Výrobce: Olympus

Typ: CF H190L

Výr.č.: 2043885

Druh opravy: *pozáruční*

Uvedené / hlášené závady: Netěsnost-utržený spínač/switch;
poškozený zaváděcí a světlovodný/univerzální tubus,
poškozený ochranný konus zaváděcího tubusu (Stressboot)

Stav přístroje:

Předmět kontroly/ Zjištěné závady:

Diagnostikou a kontrolou funkčnosti přístroje zjištěno poškození na spínači č.1 - utržený ochranný kryt - netěsnost.

Poškozený zaváděcí tubus - poškozená ochranná omyvatelná/dezinfikovatelná svrchní vrstva pláště.

Zaváděcí tubus je zalomený pod konusem úchopové části.

Nevyhovující univerzální/světlovodný tubus - zesláblá svrchní ochranná vrstva - zalomený u úchopové části.

Utržený ochranný konus zaváděcího tubusu (Stressboot).

Popraskané lepení ochranné manžety flexibilní části dist.konce (Bending rubber).

Oprava zahrnuje :

Deinstalace a demontáž celého přístroje.

Výměna zaváděcího tubusu (Insertion tube replacement) včetně interních komponentů.

Výměna pracovního - Bioptického kanálu (Biopsy channel replacement).

Výměna ohebné části-opletu distálního konce (Mesh replacement).

Výměna univerzálního/světlovodného tubusu (Light guide tube replacement).

Výměna spínače č.1 (Switch 1 replacement).

Výměna ochranného konusu zaváděcího tubusu (Stressboot replacement).

Revize systému angulace, výměna poškozených a opotřebovaných součástí (úchyty táhel, stopery táhel, těsnění, apod).

Odstranění poškozeného lepení objektivů ccd snímače a světlovodů - nanesení nového lepení - přetěsnění.

Instalace nové ochranné manžety flexib.části dist.konce vč.lepení (Bending rubber replacement).

Pročištění, promazání a seřízení parametrů přístroje na předepsané a doporučené hodnoty výrobcem pro daný model.

Plná kontrola funkčnosti přístroje. Kontrola tlakové zkoušky těsnosti přístroje. Elektrická zkouška bezpečnosti přístroje.

Celková částka opravy v Kč bez DPH :

139 000,00 Kč

Veškeré použité náhradní díly jsou zdravotnické prostředky ve smyslu zákona o ZP č.375/2022 Sb.


Na provedenou opravu a poskytnuté náhradní díly poskytujeme záruku v délce trvání 12-ti měsíců od převzetí přístroje zákazníkem !

Návrh vypracoval:  *servisní technik*

Endosystems s.r.o.

Rybná 716/24

Návrh převzal:



Podpis/Datum 15.2.2024

Podpis/Datum