

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

NÁZEV	MJ	POČET MJ	CENA ZA 1 MJ V KČ BEZ DPH	CENA ZA MNOŽSTVÍ CELKEM BEZ DPH	POZNÁMKA
artroskopický shaver - elektronická řídicí jednotka	ks	1	60 000,00 Kč	60 000,00 Kč	
ruční jednotka - handpiece	ks	4	89 000,00 Kč	356 000,00 Kč	fakturace dle dílčích objednávek
BTK v záruční době				zdarma	
BTK po záruční době	kpl.	6	1500,00 Kč	9000,00 Kč	fakturace dle dílčích objednávek
instruktáž personálu v záruční době				zdarma	
instruktáž personálu po záruční době	termín	6		0,00 Kč	fakturace dle dílčích objednávek
instalace shaveru a příslušenství	kpl.	1		0,00 Kč	
doprava	kpl.	1		0,00 Kč	
servis v době záruky (vyjma akumulátorů)				zdarma	
Celková cena za životní cyklus přístroje					723 000,00 Kč

Případné použití firemních názvů či terminologie specifické pro určitého výrobce má pouze význam ilustračního příkladu požadovaného řešení či funkcionality zařízení, nikoliv význam požadavku na nabídku konkrétního přístroje vymezeného tímto názvem funkcionality či technologie.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL					
jednorázové frézy - průměr 3,5 mm	ks	50	2 980,00 Kč	149 000,00 Kč	fakturace dle dílčích objednávek
jednorázové frézy - průměr 5,5 mm	ks	50	2 980,00 Kč	149 000,00 Kč	fakturace dle dílčích objednávek
Celková cena spotřebního materiálu za 24 měsíců					298 000,00 Kč

resterilizovatelné frézy - průměr 3,5 mm	ks	20		0,00 Kč	fakturace dle dílčích objednávek
resterilizovatelné frézy - průměr 5,5 mm	ks	20		0,00 Kč	fakturace dle dílčích objednávek

POZÁRUČNÍ SERVIS ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU				
POLOŽKA	MJ	POČET MJ	CENA ZA 1 MJ V KČ BEZ DPH	CENA ZA MNOŽSTVÍ CELKEM BEZ DPH
sazba za hodinu práce	hod	1	1500,00 Kč	1500,00 Kč
cestovné	km	114	15,00 Kč	1710,00 Kč

Příloha č. 2 – Technická specifikace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o.
Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk
Zastoupený: _____, jednatelka
IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Název zakázky:

Dodávka artroskopického shaveru pro operační sál Nemocnice Nymburk s.r.o.

Datum vyhlášení: 10. 1. 2021

Evidenční číslo: VZ49/2020

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka artroskopického shaveru pro operační sál Nemocnice Nymburk s.r.o.“ je dodávka artroskopického operačního shaveru včetně příslušné dokumentace, instruktáží personálu a BTK po dobu předpokládaného životního cyklu přístroje (8 let). Součástí veřejné zakázky je také postupná dodávka čtyř ručních jednotek (handpiece), na základě dílčích objednávek Zadavatele.

Požadované minimální technické parametry:

1. ruční i nožní ovládání,
2. funkce vpřed, vzad, oscilace,
3. port pro připojení ručního zařízení (v případě dvou portů možnost přepínání mezi nimi),
4. detekce typu frézy nebo kompatibilita se stávajícími frézami Zadavatele (Smith-Nephew, Zimmer-Biomet),
5. rychlost 500 - 8 000 otáček/minuta (mód vpřed/vzad),
6. minimální rychlost 300 – 500 otáček/minuta (jedno/více otáčková oscilace),
7. maximální rychlost 2 000 - 3 000 otáček/minuta (jedno/více otáčková oscilace),
8. možnost dokupování jednorázových frézek (průměry 3,5 mm a 5,5 mm) dle položkového ceníku – příloha č. 6 ZD (v případě, že je dodavatel schopen dodat resterilizovatelné frézky, uvede jejich cenu do položkového ceníku také, cena se nezapočítává do ceny za životní cyklus přístroje)

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přenos musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty ve sloupci „C“, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud ve sloupci "C" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít – účastníci uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci).

A	B	C	D
Název zařízení, subsystému, fyzikálně-technické vlastnosti	Popis	Požadovaná hodnota	Účastník vyplní dle typu požadavku: skutečnou hodnotu parametru plnění/název položky resp. / odkaz na položku č. v nabídce/ANO/NE
Název	artroskopický operační shaver – řídicí jednotka		Dyonics Power II
Technická specifikace	ruční i nožní ovládání	ANO	ANO Viz Návod k obsluze
	funkce vpřed, vzad, oscilace	ANO	ANO Viz Návod k obsluze
	port pro připojení ručního zařízení (v případě dvou portů možnost přepínání mezi nimi)	ANO	ANO Viz Návod k obsluze
	detekce typu frézy nebo kompatibilita se stávajícími frézami Zadavatele (Smith-Nephew, Zimmer-Biomet)	ANO	ANO Viz Návod k obsluze
	rychlost otáčení (mód vpřed/vzad)	500 - 8 000 otáček / minuta	500 – 8000 ot./min. Viz Návod k obsluze
	minimální rychlost otáčení (jedno/více otáčková oscilace)	300 – 500 otáček / minuta	500 ot./min. Viz Návod k obsluze
	maximální rychlost otáčení (jedno/více otáčková oscilace)	2 000 - 3 000 otáček / minuta	3000 ot./min. Viz Návod k obsluze
	možnost dokupování jednorázových frézek, průměr 3,5mm a 5,5mm	ANO	ANO Viz Návod k obsluze

Instalace	veškeré stěhovací služby součástí dodávky	ANO	ANO
	kompletní instalace, uvedení zařízení do provozu	ANO	ANO
	instalační validace včetně protokolu	ANO	ANO
	Instruktaž personálu	ANO	ANO
Návod k obsluze	návod k obsluze (v ČJ) k nabídce	přiložit k nabídce	ANO
CE certifikát	CE certifikát k nabídce / ES Prohlášení o shodě	přiložit k nabídce	ANO
Prospekty přístroje	prospekt či podrobná dokumentace k nabídce, datový list apod.	přiložit k nabídce	ANO
Další doklady	doklady že účastník je oprávněn k distribuci a servisu dodávaného přístrojového vybavení	přiložit k nabídce	ANO
Servis	délka záruky	24 měsíců	ANO
	po dobu záruky zdarma	ano, včetně všech náhradních dílů	ANO, včetně všech náhradních dílů
	kontakt na autorizovaný servis v ČR, který bude provádět servis zařízení	uvést kontakt	Promedica Praha Group, a.s.; Kontaktní osoba: Ing. Adam Šobich; Tel.: 739 389 945; email: sobich@promedica-praha.cz
	uvést dobu zahájení servisního úkonu od ohlášení závady	max. do 24 hod. od nahlášení závady zadavatelem	Do 24 hod. od nahlášení závady zadavatelem
	uvést dobu odstranění závady bez použití náhradních dílů	max. do 72 hod. od nahlášení závady zadavatelem	Do 72 hod. od nahlášení závady zadavatelem
	uvést dobu pro odstranění vady od nahlášení (objednávky) při použití náhradních dílů	max. do 5 pracovních dnů	Do 5 pracovních dnů
Periodické kontroly vč. protokolu	po dobu záruky zdarma	ano	ANO
	uvést frekvenci dle návodu k použití	počet / rok	1x ročně

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Dodavatel bere na vědomí, že k fakturaci v den předání bude předložena dodávka přístroje, BTK v záruční době, instruktaž personálu v záruční době, náklady na instalaci a dopravu. Ostatní položky dle položkového ceníku, budou dodány dle dílčích objednávek Zadavatele, a to včetně ručních jednotek. Povinnost dodavatele fixovat cenu ručních jednotek i spotřebního materiálu skončí spolu se záruční lhůtou přístroje.