

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

KUPNÍ SMLOUVA

na dodávku mobilního RTG přístroje s C ramenem

uzavřená dle § 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění
pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

1. Kupující: **Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace**
sídlo: MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo
jednající: MUDr. Miroslav Kavka, MBA, ředitel
zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.: Pr 1229
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen „kupující“)

2. Prodávající: **Philips Česká republika s.r.o.**
sídlo: Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 – Karlín
jednající: Tomáš Vavrečka, Pavel Šot, jednatelé společnosti
zapsán v: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C38206
IČ: 63985306
DIČ: CZ63985306
bank. spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
zápis
(dále jen „prodávající“)

II.

Význam a účel smlouvy

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení“) na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2023-056194 pod názvem „**Obměna vybavení RTG oddělení a lůžkových jednotek Nemocnice Znojmo – mobilní RTG přístroj s C ramenem**“.

Prodávající předložil v zadávacím řízení nabídku na přístroj: **Mobilního RTG přístroj s C ramenem**, která se stala vítěznou nabídkou (dále jen „NABÍDKA“). NABÍDKA byla zpracována podle zadávací dokumentace kupujícího (dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. V případě rozporu má ZADÁVACÍ DOKUMENTACE přednost před NABÍDKOU.

Účelem této smlouvy je řádné a včasné splnění dodávky a dalších souvisejících služeb. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a ve vzájemné shodě uzavírají v souladu s ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen OZ), tuto smlouvu.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka. 1 ks zdravotnického prostředku typového označení / výrobce:
 - 1.1. BV Endura 9“ R2.3 / Philips
souhrnně označených pro účely této smlouvy jako „přístroje“ nebo „přístroj“.
 - 1.2. Součástí dodávky je:
 - doprava přístroje/ů do místa instalace vč. dopravních a manipulačních prostředků, zabalení, vybalení, likvidace odpadů a vč. pojištění přepravy;
 - instalace přístroje/ů a jejich zprovoznění vč. veškerého použitého materiálu potřebného ke kompletní instalaci přístroje/ů;
 - instruktáž personálu kupujícího;
 - záruční doba v délce trvání podle čl. VIII. odst. 1 této smlouvy (tzv. plná záruka) zahrnující veškeré náhradní díly a servisní práce po dobu záruční doby;
 - provádění veškerého servisu a oprav v záruční době,
 - technická podpora;
 - manuál obsluhy zařízení v ČJ
2. U předmětu smlouvy podle čl. III. odst. 1 této smlouvy prodávající garantuje servisní podporu výrobce vč. náhradních dílů a dostupnost spotřebního materiálu po dobu deklarované životnosti přístroje, min. však po dobu 8 let od jeho předání kupujícímu.
3. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat, za podmínek v ní sjednaných, kupujícímu předmět koupě, uvedený v čl. III. odst. 1 a v čl. IV. této smlouvy, jakož i další služby, součásti a doklady, které se k předmětu koupě vztahují, a umožnit kupujícímu nabýt k předmětu koupě v souladu s touto smlouvou a v souladu s ustanovením § 27 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vlastnické právo ve prospěch svého zřizovatele, kterým je Jihomoravský kraj, IČ 70888337, sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno. Kupující se zavazuje předmět koupě převzít, pokud nemá vady, a zaplatit za něho kupní cenu na základě vystavené faktury.

IV.

Předmět koupě

1. Předmětem koupě podle této smlouvy je dodávka přístroje typového označení podle čl. III odst. 1.1. této smlouvy, technických parametrů a vlastností minimálně v rozsahu podle specifikace požadované kupujícím v **příloze č. 1** této smlouvy. Přesná specifikace přístroje a příslušenství dodávaných prodávajícím, která vyhovuje požadavkům kupujícího podle **přílohy č. 1** této smlouvy a zahrnuje technické parametry přístrojů podle čl. III odst. 1.1. této smlouvy, je uvedena v **příloze č. 2** této smlouvy. Předmět koupě bude nový, dosud nepoužívaný a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí i dalšími vlastnostmi dosaženému stupni technického pokroku.

2. Prodávající dodá přístroj dohodnutým způsobem, v dohodnutém termínu a jakosti za podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem a podle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a NABÍDKY.
3. Součástí dodávky přístroje je dále předání veškeré dokumentace vztahující se k přístroji, která je potřebná pro nakládání s přístroji a pro jejich provoz nebo kterou vyžadují příslušné obecně závazné právní předpisy a české a evropské normy ČSN a EN, zejména pak prohlášení o shodě, registrace na SÚKL, technická dokumentace, návod v českém jazyce, pokyny pro údržbu, certifikace servisního technika dodavatele výrobcem umožňující provádět servis na daném zdravotnickém prostředku apod. Je-li k provozování přístroje třeba jakékoliv programové vybavení či software, poskytuje tímto prodávající kupujícímu nevýhradní, ničím neomezenou licenci k jeho užití. Pro odstranění pochybností se sjednává, že odměna za poskytnutí licence je součástí kupní ceny.
4. Prodávající se zavazuje dodávat Kupujícímu spotřební materiál podle **přílohy č. 2** této smlouvy na základě objednávky Kupujícího za ceny uvedené v **příloze č. 2** této smlouvy. Pro úpravu cen spotřebního materiálu platí **příloha č. 3** této smlouvy obdobně.
5. **Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu koupě:**
Kupující jako zadavatel si v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI vyhradil následující změny závazku ze smlouvy, které mohou smluvní strany provést, aniž by vznikla nutnost provedení nového zadávacího řízení nebo povinnost postupu podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Dodání technicky upraveného přístroje:

Vyhrazená změna se týká druhu pořizované dodávky přístroje a spočívá v dodání technicky upraveného typu přístroje (např. aktualizované verze), který byl nabídnut v rámci NABÍDKY, za splnění následujících podmínek:

- a) přístroj nabízený prodávajícím v NABÍDCE se již nevyrábí nebo byl výrobcem nahrazen aktualizovanou verzí přístroje, který má lepší technické parametry;
- b) prodávající nemohl aktualizovanou verzi přístroje zahrnout do NABÍDKY, neboť aktualizovaná verze přístroje nebyla v době podání NABÍDKY na trhu dostupná;
- c) změna přístroje nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky;
- d) cena aktualizované verze přístroje bude shodná s cenou přístroje, který prodávající nabídl v NABÍDCE;
- e) aktualizovaná verze přístroje musí mít minimálně shodné nebo prokazatelně lepší technické parametry než přístroj nabízený v NABÍDCE;
- f) změna přístroje musí být vždy předem projednána s kupujícím a kupujícím musí být schválena dodatkem k této smlouvě; prodávající nemůže vymáhat na kupujícím účelově změnu přístroje, pokud s jeho záměnou kupující nevysloví souhlas.

V.

Kvalitativní požadavky na přístroje

1. Přístroje musí splňovat požadavky kupujícího podle **přílohy č. 1** této smlouvy a dále veškeré požadavky příslušných obecně závazných právních předpisů a českých a evropských norem ČSN a EN. Přístroje budou dodány jako nové, dosud nepoužívané a prvotřídní jakosti, odpovídající svou konstrukcí i dalšími vlastnostmi dosaženému stupni technického pokroku, ne repasované, ne demo verze.

2. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem přístrojů a že na přístrojích nevážnou žádné věcné ani právní vady.

VI.

Doba, místo, způsob a jakost plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat přístroje nejpozději do 70 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 30.4.2024.
2. Místem plnění je sídlo kupujícího.
3. O dodání přístrojů, včetně jejich instalace, uvedení do provozu, prověření jeho bezchybné funkčnosti a jeho předvedení v provozu kupujícího, instruktáž obsluhy kupujícího, předání manuálů pro provoz a veškeré další dokumentace vztahující se k přístrojům kupujícímu, sepíše smluvní strany předávací protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za kupujícího podepisuje předávací protokol pověřený zaměstnanec uvedený v čl. X. odst. 6 této smlouvy. Pokud budou přístroje dodávány po částech, sepíše smluvní strany předávací protokol na každou dodanou část. V takovém případě se řádným a úplným splněním dodávky rozumí podpis protokolu na poslední část dodávky.
4. Nebezpečí za škodu na přístrojích a vlastnické právo k přístrojům přechází na kupujícího okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle předchozího odstavce.
5. Prodávající je povinen písemně uvědomit o datu dodávky přístrojů pověřeného zaměstnance kupujícího uvedeného v čl. X. odst. 6 této smlouvy vždy alespoň 3 pracovní dny před jejím uskutečněním.
6. Kupující je oprávněn nepřevzít přístroj, pokud prodávající přístroj nedodá řádně a včas, zejména pokud prodávající nedodá přístroj v dohodnuté konfiguraci a kvalitě, přístroj bude poškozený nebo rozbitý, prodávající nedodá potřebnou dokumentaci k přístroji nebo neprovede činnosti podmiňující uvedení přístroje do provozu a nezajistí jeho řádnou funkčnost.

VII.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupující se za přístroje zavazuje prodávajícímu zaplatit kupní cenu ve výši:

cena bez DPH	1.990.389,00 Kč
DPH sazby 21 %	417.981,69 Kč
cena celkem vč. DPH	2.408.370,69 Kč

(slovy: Jedemmiliondevětsetdevadesátisícřistaosmdesátdevět korun českých bez DPH)
2. Úhrada celé kupní ceny bude kupujícím provedena na základě faktury – daňového dokladu vystaveného prodávajícím po podpisu předávacího protokolu za dodávku přístroje dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy, se splatností faktury do 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Součástí faktury musí být dodací list potvrzený oprávněnou osobou kupujícího podle čl. X. odst. 6 této smlouvy, jinak faktura nebude proplacena. Úhradu faktury provede kupující bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v čl. I. odst. 2 této smlouvy. Úhradou kupní ceny se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu kupujícího. Platba bude uskutečněna v Kč.
3. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních

předpisů, jinak je kupující oprávněn, a to i opakovaně, vrátit ji prodávajícímu k opravě. Lhůta splatnosti v takových případech běží až dnem doručení opravené faktury obsahující veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů kupujícímu. Na faktuře musí být uvedeny mj. též údaje o typovém označení a specifikace dodaného přístroje.

4. Kupní cena uvedená v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je stanovena dohodou podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a jedná se o cenu kompletní dodávky, v níž je zahrnuta doprava, instalace, zaškolení obsluhy, uvedení do provozu, vstupní revize, předvedení, provádění záručního servisu, clo, kursové rozdíly, obaly a jejich likvidace, doklady k přístrojům a veškeré další náklady prodávajícího nutné ke splnění povinností kupujícího k dodávce přístrojů dle této smlouvy. Celková kupní cena v Kč bez DPH je nejvýše přípustná. DPH bude účtována v sazbě a výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VIII.

Záruční podmínky a servis

1. Prodávající odpovídá za vady, které má přístroj v době jeho předání a dále za vady zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Prodávající zaručuje, že po dobu záruční lhůty bude mít přístroj vlastnosti stanovené touto smlouvou, příslušnými právními předpisy či normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruční doba činí **24 měsíců** a počíná běžet okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy.
2. Během trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu plnou záruku na dodané přístroje, tj. bezplatné opravy a bezplatné povinné kontroly dle legislativy a doporučení výrobce. Během trvání záruční doby není prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady na práce servisního technika, náklady na jeho dopravu, náklady na náhradní díly, ani jakékoliv jiné náklady týkající se servisní podpory.
3. Prodávající je povinen nastoupit k odbornému zásahu na odstranění vady přístroje zjištěné v záruční době do **48** hodin (reakční doba) od oznámení vady (reklamace) kupujícím. Reklamace bude kupujícím uplatněna telefonicky na níže uvedené číslo a potvrzena elektronickou formou prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové zprávy na níže uvedenou adresu, a to v přiměřené lhůtě po zjištění vady kupujícím.

Prodávající je povinen odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě do 4 pracovních dnů od oznámení vady. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany prodávajícího splnit, může být dohodnuta přiměřená delší lhůta, která může být maximálně 14 kalendářních dnů, prodávající je však povinen ve lhůtě 48 hodin od oznámení vady předložit kupujícímu návrh na řešení opravy reklamované vady a sjednat s kupujícím termín pro odstranění reklamované vady. V případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna do 4 pracovních dnů ode dne jejího oznámení (reklamace) kupujícím.

V případě, že bude doba opravy delší jak 1 týden, je dodavatel povinen na vyžádání zadavatele bezplatně zapůjčit náhradní přístroj.

Ukáže-li se, že vada přístroje je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní přístroj stejné kvality a parametrů, které byly sjednány pro předmět koupě dle této smlouvy, a převést vlastnické právo k němu na kupujícího v souladu s čl. III. odst. 3 této smlouvy. Kupující má právo navrhnout prodávajícímu jiné řešení.

4. Doba záruční doby se automaticky prodlužuje o dobu od nahlášení závady do provedení opravy.
5. Hlášení závad, reklamací a havárií přijímá prodávající na tel. č. 800 193 358 nebo na e-mailové adrese: pms.servis@philips.com, nebo datovou schránkou d63ru3i.

IX.

Sankční ujednání

1. V případě, že prodávající je v prodlení s dodáním zboží v termínu dle čl.VI. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že prodávající je v prodlení s odstraněním vad dle čl. VIII. odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
3. V případě, že prodávající poruší jakoukoliv svou povinnost dle této smlouvy, jejíž splnění není zajištěno jinou smluvní pokutou, uhradí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové kupní ceny bez DPH stanovené v čl. VII. odst. 1 této smlouvy za každý případ porušení.
4. V případě, že kupující je v prodlení s úhradou kupní ceny v termínu dle čl. VII. odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení dle příslušných právních předpisů.
5. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to včetně škody, která přesahuje smluvní pokutu.

X.

Ostatní ujednání

1. Prodávající je povinen vůči třetím osobám zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděl při realizaci této smlouvy a v souvislosti s ní a které jsou chráněny příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména obchodní tajemství, osobní údaje, utajované informace) nebo které kupující prohlásil za důvěrné. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy. Plnění této povinnosti se prodávající zavazuje zajistit i u všech svých zaměstnanců, případně jiných osob, které prodávající k realizaci této smlouvy použije.
2. Prodávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.
3. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zejména s povinností kupujícího poskytnout informaci o ceně zboží a název a sídlo prodávajícího. Prodávající si je vědom skutečnosti, že kupující, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele nebo v registru smluv úplné znění kupní smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Prodávající je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj

souhlas.

4. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je prodávající povinen poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly.
5. Tato smlouva podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě citovaného zákona. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv postupem podle citovaného zákona zajistí kupující.
6. Kupující pověřil jednáním ve věcech technických podle této smlouvy vč. převzetí předmětu koupě:
[REDACTED]
7. Prodávající pověřil jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy: vedoucí zakázky [REDACTED]
[REDACTED]
8. Ke změně pověřených pracovníků postačí oznámení druhé smluvní straně doporučeným dopisem, a to nejpozději do tří dnů ode dne, kdy k takové změně dojde.
9. Smluvní strany jsou povinny dodržovat podmínky GDPR podle zákona zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
10. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů pracovněprávních, týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby prodávajícího nebo jeho poddodavatelů). Prodávající se dále zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda se jedná o osoby prodávajícího nebo jeho poddodavatelů) jsou vedeny v příslušných registrech (např. registr pojištěnců SSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR).
11. Pokud prodávající využije k plnění podle této smlouvy poddodavatele, zavazuje se zajistit férové podmínky vůči svým poddodavatelům spočívající ve férových podmínkách platebního systému a v zajištění důstojných pracovních podmínek. Prodávající se zavazuje po dobu trvání této smlouvy dodržovat vůči svým poddodavatelům srovnatelné smluvní podmínky, jaké má sám sjednány s kupujícím, zejména v oblasti rozdělení rizika, platebních podmínek a smluvních pokut, a to s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele.
12. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů z oblasti práva ochrany životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při nakládání s odpady je prodávající povinen se řídit zákonem č. 541/2020 Sb. a zajistit řádné ekologické třídění odpadu.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující má právo odstoupit od této smlouvy z těchto důvodů:
 - a) v případě ohrožení čerpání finančních prostředků z dotace v důsledku prodloužení prodávajícího má kupující právo od této smlouvy jednostranně odstoupit podle ustanovení § 1969 a § 2002–2005 OZ s účinky ex tunc
 - b) v případě prodloužení prodávajícího se splněním závazku z této smlouvy delším než 30 kalendářních dnů ex tunc
 - c) předmět koupě vykazuje nejméně 3 x se opakující totožnou vadu
 - d) předmět koupě vykazuje vadu pro níž nelze předmět koupě užívat a prodávající takovou vadu neodstraní ve lhůtě 4 dnů od dne reklamace nebo dle dodatečné lhůty do 14 dnů ode dne reklamace dle čl. VIII. odst. 3.
2. Odstoupením od smlouvy nezajímá právo kupujícího na náhradu vzniklé újmy a zaplacení smluvní pokuty za již vzniklé prodloužení prodávajícího.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, jakož i právní vztahy smluvních stran z ní vyplývající a jejím textem výslovně neupravené se řídí OZ.
2. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace přístrojů požadovaná kupujícím
Příloha č. 2 – Specifikace dodávaných přístrojů
Příloha č. 3 – Změna ceny spotřebního materiálu podle přílohy č. 2 této smlouvy
4. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy v jakémkoli směru nezákonným, neplatným či nevykonatelným, zákonnost a vykonatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy tím nebude dotčena ani oslabena. Smluvní strany se zavazují, že jakékoli takové nezákonné, neplatné nebo nevykonatelné ustanovení nahradí novým, které bude nezákonnému, neplatnému či nevykonatelnému ustanovení svým významem co nejbližší.
5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

6. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

V případě soudního sporu se smluvní strany v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že místně příslušným soudem je Okresní soud ve Znojmě.

7. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.
8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodatků k této smlouvě, vyjma změny pověřených pracovníků dle čl. X. odst. 7 a 8 této smlouvy. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou součástí této smlouvy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Smlouva může být uzavřena v elektronické podobě.
10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, případně dnem uveřejnění v registru smluv, jedná-li se o smlouvu, na kterou se povinnost uveřejnění vztahuje a na kterou se neuplatní výjimka ve smyslu ust. § 6 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.


V Praze, dne

Ve Znojmě, dne

Za prodávajícího:

Za kupujícího:


Ing. Tomáš Vařečka, Ing. Zdeněk
jednatel, Philips Česká republika s.r.o.


MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ředitel Nemocnice Znojmo

**Příloha č. 1 Kupní smlouvy
Specifikace přístroje požadovaná kupujícím**

Minimální technické požadavky (technické parametry)

Mobilní RTG přístroj s C ramenem - 1 ks

Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje	
--	--

POŽADOVANÉ PARAMETRY

Parametr č.	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost
Geometrie C-ramena				
1	motorizovaný vertikální pohyb	≥ 40 cm		mandatorní požadavek
2	horizontální pohyb	≥ 20 cm		mandatorní požadavek
3	vyklonění (panning)	min. +/-10°		mandatorní požadavek
4	rotační pohyb	min. +/-180°		mandatorní požadavek
5	orbitální pohyb	≥ 130°		mandatorní požadavek
6	ohnisková vzdálenost	≥ 95 cm		mandatorní požadavek
7	vnitřní hloubka oblouku	≥ 60 cm		mandatorní požadavek
Rentgenka a kolimátor				
8	rentgenka se dvěma ohnisky	ANO		mandatorní požadavek
9	rozměry ohnisek	≤ 0,6 mm / ≥ 1,2 mm		mandatorní požadavek
10	tepelná kapacita anody rentgenky	≥ 50 kHU		mandatorní požadavek
11	rychlost ochlazování anody rentgenky	≥ 30 kHU/min		mandatorní požadavek
12	iris clona a obdélníkové clony s možností rotace	ANO		mandatorní požadavek
13	nastavení a rotace clon bez záření	ANO		mandatorní požadavek
14	přídavná filtrace	ANO		mandatorní požadavek
15	DAP metr nebo systém pro kalkulaci dávky	ANO		mandatorní požadavek
Generátor				
16	výkon generátoru	≥ 3 kW		mandatorní požadavek
17	nastavení napětí v rozsahu	min. 40 kV - 110 kV		mandatorní požadavek

Obměna vybavení RTG oddělení a lůžkových jednotek Nemocnice Znojmo – mobilní RTG přístroj s C ramenem

18	dosažitelný proud	≥ 30 mA		mandatorní požadavek
19	pulzní fluoroskopie	min. 10 pps		mandatorní požadavek
20	spot mód (standardní radiografický snímek)	ANO		mandatorní požadavek
21	cine mód (obrazová smyčka)	ANO		mandatorní požadavek
22	nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů	ANO		mandatorní požadavek
Detekční systém				
23	průměr obrazového zesilovače	≥ 20 cm, ≤ 30 cm		mandatorní požadavek
24	digitální videokamera s vysokým rozlišením	≥ 1K ²		mandatorní požadavek
25	hloubkové rozlišení při digitálním zpracování	≥ 12 bitů		mandatorní požadavek
26	možnost volby minimálně 3 formátů obrazového pole	ANO		mandatorní požadavek
Akvizice a zpracování obrazu				
27	rozlišení pro zpracování obrazu v celém řetězci	≥ 1024 x 1024		mandatorní požadavek
28	Last Image Hold	ANO		mandatorní požadavek
29	dynamická detekce pohybu pro eliminaci pohybových artefaktů	ANO		mandatorní požadavek
30	základní nástroje pro zpracování obrazu (zoom, rotace, inverze, redukce šumu, zvýraznění hran, elektronické clony, anotace, měření délek a úhlů)	ANO		mandatorní požadavek
31	úložná kapacita pro statické snímky	≥ 10000 snímků		mandatorní požadavek
32	možnost exportu snímků přes USB port	ANO		mandatorní požadavek
33	zobrazení na dvojici barevných LCD monitorů umožňující LIFE a REF obraz min. 1280 x 1024 nebo jeden 32" dělitelný monitor umožňující LIFE a REF obraz	ANO		mandatorní požadavek
34	maximální jas monitoru	≥ 250 cd/m ²		mandatorní požadavek
35	dotykový displej monitoru	ANO		mandatorní požadavek
Propojení se systémy PACS/NIS				
36	DICOM Send; Store; Modality Worklist; Radiation Dose Structured Reports; Print	ANO		mandatorní požadavek
37	přenos snímků do systému PACS prostřednictvím LAN připojením kabelu RJ45	ANO		mandatorní požadavek
38	zajištění zobrazení všech potřebných údajů o dávce v rámci stávajícího systému PACS (Agfa Impax)	ANO		mandatorní požadavek
Příslušenství				
39	Provedení deinstalace stávajícího rtg přístroje s C-ramenem BV Libra 9" včetně ekologické likvidace a vydání protokolu o ekologické likvidaci	ANO		mandatorní požadavek
40	integrováný laser pro navádění na straně zesilovače obrazu	ANO		mandatorní požadavek
41	typ video výstupů pro paralelní zobrazení na externích monitorech: analogový TV standard CCIR 50 Hz + digitální DVI-D	ANO		mandatorní požadavek
42	nožní spínač (fluoroskopie, uložení snímků), ruční spínač	ANO		mandatorní požadavek
43	sterilizovatelné kryty vč. upínacího mechanismu	ANO		mandatorní požadavek

Obměna vybavení RTG oddělení a lůžkových jednotek Nemocnice Znojmo – mobilní RTG přístroj s C ramenem

Požadavky na záruční a pozáruční zajištění				
44	Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech (to znamená že záruka je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním záruky (dopravě osob, transport dílů, ubytování atd.)	min. 24 měsíců		mandatorní požadavek
45	Plné pozáruční servisní zajištění přístroje bez výjimky na komponentech (to znamená že plný servis je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním plného pozáručního servisu (dopravě osob, transport dílů, ubytování atd.)	min. 72 měsíců		mandatorní požadavek

**Příloha č. 2 Kupní smlouvy
Specifikace dodávaných přístrojů**

Mobilní RTG přístroj s C ramenem - 1 ks

Jednoznačné typové označení nabízeného přístroje	BV Endura 9" R2.3
--	-------------------

POŽADOVANÉ PARAMETRY

Parametr č	Požadovaný parametr	Hodnota požadavku	Hodnota nabízená uchazečem	Závažnost
Geometrie C-ramena				
1	motorizovaný vertikální pohyb	≥ 40 cm	49 cm	mandatorní požadavek
2	horizontální pohyb	≥ 20 cm	20 cm	mandatorní požadavek
3	vyklonění (panning)	min. +/-10°	+/- 10°	mandatorní požadavek
4	rotační pohyb	min. +/-180°	+/- 180°	mandatorní požadavek
5	orbitální pohyb	≥ 130°	135°	mandatorní požadavek
6	ohnisková vzdálenost	≥ 95 cm	98 cm	mandatorní požadavek
7	vnitřní hloubka oblouku	≥ 60 cm	61 cm	mandatorní požadavek
Rentgenka a kolimátor				
8	rentgenka se dvěma ohnisky	ANO	ANO	mandatorní požadavek
9	rozměry ohnisek	≤ 0,6 mm / ≥1,2 mm	0,6 mm / 1,4 mm	mandatorní požadavek
10	tepelná kapacita anody rentgenky	≥ 50 KHU	50 KHU	mandatorní požadavek
11	rychlost ochlazování anody rentgenky	≥ 30 KHU/min	30,6 kUH/min	mandatorní požadavek
12	iris clona a obdélníkové clony s možností rotace	ANO	ANO	mandatorní požadavek
13	nastavení a rotace clon bez záření	ANO	ANO	mandatorní požadavek
14	přídavná filtrace	ANO	ANO	mandatorní požadavek
15	DAP metr nebo systém pro kalkulaci dávky	ANO	ANO	mandatorní požadavek
Generátor				
16	výkon generátoru	≥ 3 kW	3,15 kW	mandatorní požadavek
17	nastavení napětí v rozsahu	min. 40 kV - 110 kV	40 kV – 110 kV	mandatorní požadavek
18	dosažitelný proud	≥ 30 mA	30 mA	mandatorní požadavek
19	pulzní fluoroskopie	min. 10 pps	6,25 – 12,5 pps	mandatorní požadavek
20	spot mód (standardní radiografický snímek)	ANO	ANO	mandatorní požadavek

Obměna vybavení RTG oddělení a lůžkových jednotek Nemocnice Znojmo – mobilní RTG přístroj s C ramenem

21	cine mód (obrazová smyčka)	ANO	ANO	mandatorní požadavek
22	nastavení expozičních parametrů manuální i pomocí anatomických programů	ANO	ANO	mandatorní požadavek
Detekční systém				
23	průměr obrazového zesilovače	$\geq 20 \text{ cm}, \leq 30 \text{ cm}$	23 cm	mandatorní požadavek
24	digitální videokamera s vysokým rozlišením	$\geq 1\text{K}^2$	1K ²	mandatorní požadavek
25	hloubkové rozlišení při digitálním zpracování	$\geq 12 \text{ bitů}$	12 bitů	mandatorní požadavek
26	možnost volby minimálně 3 formátů obrazového pole	ANO	ANO	mandatorní požadavek
Akvizice a zpracování obrazu				
27	rozlišení pro zpracování obrazu v celém řetězci	$\geq 1024 \times 1024$	1024 x 1024	mandatorní požadavek
28	Last Image Hold	ANO	ANO	mandatorní požadavek
29	dynamická detekce pohybu pro eliminaci pohybových artefaktů	ANO	ANO	mandatorní požadavek
30	základní nástroje pro zpracování obrazu (zoom, rotace, inverze, redukce šumu, zvýraznění hran, elektronické clony, anotace, měření délek a úhlů)	ANO	ANO	mandatorní požadavek
31	úložná kapacita pro statické snímky	$\geq 10000 \text{ snímků}$	10000 snímků	mandatorní požadavek
32	možnost exportu snímků přes USB port	ANO	ANO	mandatorní požadavek
33	zobrazení na dvojici barevných LCD monitorů umožňující LIFE a REF obraz min. 1280 x 1024 nebo jeden 32" dělitelný monitor umožňující LIFE a REF obraz	ANO	ANO	mandatorní požadavek
34	maximální jas monitoru	$\geq 250 \text{ cd/m}^2$	270 cd/m ²	mandatorní požadavek
35	dotykový displej monitoru	ANO	ANO	mandatorní požadavek
Propojení se systémy PACS/NIS				
36	DICOM Send; Store; Modality Worklist; Radiation Dose Structured Reports; Print	ANO	ANO	mandatorní požadavek
37	přenos snímků do systému PACS prostřednictvím LAN připojením kabelu RJ45	ANO	ANO	mandatorní požadavek
38	zajištění zobrazení všech potřebných údajů o dávce v rámci stávajícího systému PACS (Agfa Impax)	ANO	ANO	mandatorní požadavek
Příslušenství				
39	Provedení deinstalace stávajícího rtg přístroje s C-ramenem BV Libra 9" včetně ekologické likvidace a vydání protokolu o ekologické likvidaci	ANO	ANO	mandatorní požadavek
40	integrováný laser pro navádění na straně zesilovače obrazu	ANO	ANO	mandatorní požadavek
41	typ video výstupů pro paralelní zobrazení na externích monitorech: analogový TV standard CCIR 50 Hz + digitální DVI-D	ANO	ANO	mandatorní požadavek
42	nožní spínač (fluoroskopie, uložení snímků), ruční spínač	ANO	ANO	mandatorní požadavek
43	sterilizovatelné kryty vč. upínacího mechanismu	ANO	ANO	mandatorní požadavek
Požadavky na záruční a pozáruční zajištění				
44	Plná záruka na přístroj bez výjimky na komponentech (to znamená že záruka je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním záruky (dopravě osob, transport dílů, ubytování atd.)	min. 24 měsíců	ANO	mandatorní požadavek

45	Plné pozáruční servisní zajištění přístroje bez výjimky na komponentech (to znamená že plný servis je včetně rentgenky a detektoru bez omezení), a také musí zahrnovat BTK, ZDS, preventivní prohlídky stanovené výrobcem, elektrické revize a náklady související se zajištěním plného pozáručního servisu (dopravě osob, transport dílů, ubytování atd.)	min. 72 měsíců	ANO	mandatorní požadavek
----	--	----------------	-----	----------------------

ceník spotřebního materiálu – není spotřební materiál

Příloha č. 3 Kupní smlouvy Změna ceny spotřebního materiálu podle přílohy č. 2 této smlouvy

Ceny spotřebního materiálu podle přílohy č. 2 této smlouvy nelze měnit po dobu 1 roku od skončení záruční doby za přístroj. Po uplynutí 1 roku od skončení záruční doby za přístroj lze cenu spotřebního materiálu podle přílohy č. 2 této smlouvy změnit v důsledku změny míry průměrné inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok za těchto podmínek:

Pro účely dalšího textu je cena spotřebního materiálu podle přílohy č. 2 této smlouvy označena jako „cena“.

- a) V každém následujícím roce po uplynutí doby 1 roku od skončení záruční doby za přístroj může být cena upravena v závislosti na hodnotě míry inflace zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. Úpravy ceny mohou být provedeny tak, že se ceny zvýší / sníží maximálně o stejné %, o které se změní míra inflace oproti míře inflace v předchozím kalendářním roce.
- b) Úpravy ceny mohou být provedeny v okamžiku, kdy budou vydány oficiální údaje ČSÚ za uplynulý kalendářní rok, platnost úpravy ceny je však možné uplatňovat smluvními stranami zpětně k datu, kdy uplynula doba dle písm. a) (tj. po uplynutí doby 1 roku od skončení záruční doby za přístroj) a dále vždy dalších 12 měsíců.
- c) O úpravu ceny musí smluvní strana požádat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do 1 kalendářního měsíce od vydání oficiálních údajů ČSÚ za uplynulý kalendářní rok. Neučiní-li tak, cena zůstane v platnosti po dalších 12 měsíců.
- d) K úpravě ceny může dojít jen na základě písemné dohody smluvních stran. Prodávající je povinen kopii písemné dohody přiložit k faktuře za prodávajícím objednaný spotřební materiál.
- e) Pokud dojde k dohodě smluvních stran, mohou smluvní strany uplatnit změny ceny k datu, kdy uplynula doba dle písm. a) (tj. po uplynutí doby 1 roku od skončení záruční doby za přístroj) a dále vždy dalších 12 měsíců. V takovém případě jsou smluvní strany povinny provést doúčtování / vrácení částek odpovídajících sjednané úpravě ceny za platební období, ve kterém byla účtována původně sjednaná cena.