

OBJEDNÁVKA č.: 2024/5-ZK

Značka: 2024/5-ZK
Vyřizuje: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

B.BRAUN Medical s.r.o. -Servisní centrum
Okružní ulice 781
(areál OLYMPTOY)
250 81 Nehvizdy

Datum: 15.01.2024

Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízení

1. Oprava	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	PILA OSCILAČNÍ ACCULAN 3 TI, GA 673 5839 HM00938 centrální operační sály
-----------	---	--

Dobrý den,

požadujeme opravu oscilační pily. Pila neřeže, jen se chvěje.

Děkuji

S pozdravem

[REDACTED]
Biomedicínský inženýr

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.