

*Dodavatel:*

**KRD-OBCHODNÍ SPOLEČNOST S.R.O.**  
**PEKAŘSKÁ 12**  
**15500 PRAHA 5**  
**IČO: 26424991**  
**DIČ: CZ26424991**

*Fakturační adresa:*

**Fakultní nemocnice BRNO**  
**Jihlavská 20**  
**625 00 Brno**  
**IČO:65269705**  
**DIČ: CZ65269705**

Číslo nabídky: KRDMH2024018  
Datum: 23.1.2024  
Popis: Bioer  
Platnost: 31.12.2024

*Dodací adresa:*

**Fakultní nemocnice BRNO**  
**Jihlavská 20**  
**625 00 Brno**  
**IČO:65269705**  
**DIČ: CZ65269705**

<i>Katalogové číslo</i>	<i>Název</i>	<i>Balení</i>	<i>Počet ks</i>	<i>Cena za ks bez DPH</i>	<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>Cena celkem včetně DPH</i>
	<b>V.Z. Termocykler pro Transfúzní a tkáňové oddělení</b>					
	<b>PCR Cyklér</b>					
TC-96/G/H(b)C	<p>LifeEco Gradient Cycler,96 x 0,2 ml zkumavek, 12 x 8 stripů nebo 96-jamková destička, Rozsah nastavení teploty +4°C až +105°C Možnost volby standardního a rychlého běhu PCR</p> <p><b><u>Termální gradientový cyklér bez možnosti výměny bloků.</u></b></p> <p>Rozmezí objemu vzorku 10 ul až 100 ul. Grafický barevný dotykový displej (5,7"), Uniformita ± 0,3°C, přesnost ± 0,1°C při 55°C, přesnost ± 0,2°C při 90°C Grafické zobrazení průběhu teplotních křivek, Rozsah nastavení teploty gradientu 30-105°C, Rozsah lineárního gradientu 1-30°C, Autorestart běhu po výpadku proudu Rychlost ohřevu 4,0°C, rychlost chlazení 4,0°C, Nastavitelná teplota vyhřívání víka 30°C-110°C, možnost uložení až 250 programů do interní paměti USB připojení (externí paměť - neomezený počet programů) vnější rozměry: šxhvx.260 x 335 x 270 mm váha 10 kg Bioer Co.</p>	1	86 000 Kč	86 000 Kč	104 060 Kč	



Možnost zajištění pravidelné servisní prohlídky a validace

Nabízená cena je včetně nastěhování, instalace a zaškolení obsluhy.

Dodací doba: Do 12 týdnů ode dne nabytí účinnosti kupní smlouvy

Záruční doba: 24 měsíců

Servisní podmínky: Servisní pokrytí do 24 hodin. KRD s.r.o. v záruční době bezplatně zajistí odstranění veškerých funkčních závad a poškození vzniklých vadou materiálu, konstrukce nebo montáže. Závady způsobené nedodržením předepsané údržby, užívání nebo neodborného uvedení do provozu nelze uplatnit v rámci záruky. Výrobek je nutné používat v souladu s návodem.

Prohlášení o shodě: Prohlašujeme na svou výlučnou zodpovědnost, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu výrobků s techn. dokumentací a požadavky příslušného nařízení vlády.

Způsob posouzení shody: § 12, (4) a) zák.č.22/1997 Sb. Výrobek je ve shodě s normami el. bezpečnosti ČSN EN 61010-1:95+A2:97, 60825-1:97+A11:98 a EMC ČSN EN 61326-1:98. Dále s nařízeními vlády o el. bezpečnosti č. 168/1997 Sb. a EMC č.169/1997

<b>Cena bez DPH</b>	<b>86 000 Kč</b>
<b>Sleva</b>	
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>86 000,00 Kč</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>18 060,00 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>104 060,00 Kč</b>