



Smlouva o výpůjčce

D435/2024-ÚVN

BAXTER CZECH spol. s r.o.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23921

se sídlem: Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 3201/6, PSČ 15000

IČO: 49689011

DIČ: CZ49689011

bankovní spojení: Deutsche Bank A F Prag

číslo účtu: 3104600004/7910

zastoupená: [REDACTED] Pověřenou osobou

dále jen „**půjčitel**“

a

Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

IČO: 61383082

DIČ: CZ61383082

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 32123881/0710

zastoupená: prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., ředitelem

dále jen „**vypůjčitel**“

(půjčitel a vypůjčitel společně dále jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

uzavírají dle § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek níže stanovených, tuto smlouvu o výpůjčce:

I.

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledku výběrového řízení k dílčí veřejné zakázce s názvem „**DNS – Desfluran vč. bezplatné výpůjčky odpařovačů IV**“ s identifikátorem NEN N0006/24/V00000733 (č.j. 1165/2024-ÚVN), které bylo zahájeno kupujícím, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“). V případě, že je v této smlouvě odkazováno na zadávací dokumentaci, má se na mysli zadávací dokumentace vztahující se k uvedené dílčí veřejné zakázce zadávané v rámci Dynamického nákupního systému s názvem

„Dynamický nákupní systém na centrální dodávky SZM a léčivých přípravků II“ s ev. č. z Věstníku veřejných zakázek Z2017-011706 v Kategorii II. – „Dodávky léčivých přípravků“.

2. Předmětem výpůjčky je 19 kusů zdravotnické techniky – desfluranových odpařovačů, včetně případného příslušenství:

Model	Výrobce	Počet ks	Typ	Pořizovací cena v Kč bez DPH za ks
ALADINCASSETTE	Datex-Ohmeda	3	CASSETTE	
D-VAPOR 3000	Dräger	1	INTERLOCK	
D-VAPOR	Dräger	13	INTERLOCK	
D-VAPOR	Dräger	1	SELECTATEC	
DIVACASSETTE	Dräger	1	CASSETTE	

vše blíže specifikováno v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „**přístroj**“ nebo společně „**přístroje**“). Výrobní číslo přístrojů bude uvedeno v předávacím protokolu.

3. Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem přístroje nebo má k přístroji právo umožňující přenechání přístroje k užívání vypůjčiteli.

II.

- Půjčitel touto smlouvou přenechává bezplatně přístroj do užívání vypůjčiteli, který jej přijímá do výpůjčky.
- Půjčitel prohlašuje, že přístroj není zatížen žádnými právy třetích osob, jimiž by mohl být narušen výkon práv vypůjčitele dle této smlouvy.
- Přístroj bude umístěn v sídle vypůjčitele na oddělení KARIM anestezie v Ústřední vojenské nemocnici – Vojenské fakultní nemocnici Praha.
- Půjčitel se zavazuje k dodání a plnému funkčnímu zprovoznění přístroje a jeho příslušenství splňujícímu technickou specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy včetně vstupního proškolení uživatelů v místě plnění **nejpozději do 4 týdnů** od nabytí účinnosti této smlouvy a je povinen kontaktovat ohledně plánovaného termínu předání a převzetí přístroje odpovědné osoby vypůjčitele na oddělení KARIM anestezie - Jméno: [redacted] a oddělení zdravotnické techniky – Jméno: [redacted] nejméně 2 pracovní dny předem. V případě prodloužení půjčitele s předáním přístroje vypůjčiteli je vypůjčitel oprávněn požadovat po půjčiteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z pořizovací hodnoty přístroje bez DPH, nejméně však ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodloužení až do řádného splnění závazku nebo do odstoupení od smlouvy vypůjčitelem.
- Odpovědnými osobami za předání a převzetí přístroje jsou:
- za předání odpařovačů zn. Dräger Ing. Jaroslav Zrun, tel.: [redacted]
- za předání odpařovačů zn. Datex-Ohmeda AG [redacted] za převzetí [redacted]

III.

- Půjčitel se zavazuje přístroj předat vypůjčiteli a umístit jej, nainstalovat, uvést do provozu a provést funkční zkoušku, včetně všech dalších předepsaných zkoušek a testů, a to na příslušném pracovišti vypůjčitele, o čemž obě smluvní strany sepiší předávací protokol. Náklady s tím spojené včetně nákladů na spotřební materiál při předvedení přístroje a provedení funkční zkoušky nese půjčitel. Jsou-li v rámci běžného provozu přístroje specifické nároky na ukotvení či stabilitu přístroje (např. s ohledem na vyšší

hmotnost přístroje, aj.), budou tyto podmínky naplněny a realizovány zdarma půjčitelem při dodání přístroje.

2. Spolu s přístrojem, který je zdravotnickým prostředkem ve smyslu zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, v platném znění (dále jen „**zákon o zdravotnických prostředcích**“) bude předáno též prohlášení o shodě, certifikace CE (je-li její vydání příslušnými právními předpisy vyžadováno), autorizace výrobce k distribuci a servisu přístroje, autorizace výrobce opravňující půjčitele k provádění instruktáží, evidenční číslo zdravotnického prostředku v Registru zdravotnických prostředků nebo kopii rozhodnutí Státního úřadu pro kontrolu léčiv (dále jen „SUKL“) o notifikaci zdravotnického prostředku nebo kopii žádosti o notifikaci ZP podanou na SUKL, návod k použití a úplná uživatelská příručka – vše v českém jazyce v listinné a elektronické podobě.
 3. Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli přístroj ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Půjčitel se zavazuje provést na své náklady zaškolení odpovědných zaměstnanců vypůjčitele v obsluze přístroje v rozsahu instruktáže ve smyslu § 41 zákona o zdravotnických prostředcích, a to v místě sídla vypůjčitele do 2 pracovních dnů od provedení první instalace přístroje. O provedení instruktáže bude vystaven písemný doklad, tj. protokol o zaškolení.
 4. Půjčitel se dále zavazuje zajistit bezplatně po dobu trvání výpůjčky pravidelné školení odpovědných zaměstnanců vypůjčitele v obsluze přístroje alespoň jedenkrát ročně na základě písemného požadavku vypůjčitele zasláného půjčiteli na e-mail uvedený v čl. II. smlouvy. V takovém případě je povinen provést instruktáž do 10 pracovních dnů ode dne zaslání požadavku vypůjčitelem dle předchozí věty.
 5. Vypůjčitel je povinen užívat přístroj řádně a v souladu s účelem, ke kterému je přístroj určen. Vypůjčitel je povinen chránit přístroj před jakýmkoli poškozením, ztrátou nebo zničením.
 6. Vypůjčitel nese odpovědnost pouze za škody na přístroji způsobené užíváním, které není v souladu s účelem, ke kterému je přístroj určen. Půjčitel je oprávněn smlouvu okamžitě vypovědět, jestliže vypůjčitel přístroj užívá v rozporu s touto smlouvou.
 7. Půjčitel se zavazuje, že po dobu vypůjčení přístroje zajistí bezplatný servis, tj. provádění bezpečnostně technických kontrol a oprav přístroje, a dále revize, validaci, příp. kalibraci, včetně veškerého potřebného spotřebního materiálu vyměňovaného při servisu (nikoliv provozního spotřebního materiálu), v četnosti stanovené výrobcem, popř. příslušným právním předpisem. Provedení výrobcem předepsaných kontrol je půjčitel povinen provést vždy do 10 pracovních dnů od rozhodného data pro provedení takové kontroly. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je poskytovatel povinen zajistit opravu zařízení v následujících lhůtách, které počínají běžet okamžikem nahlášení závady:
 - nástup servisního technika na opravu 24 hodin
 - odstranění závady bez použití náhradních dílů 48 hodin
 - odstranění závady s použitím náhradních dílů 72 hodin.
- Dostupnost servisu bude v pracovní době vypůjčitele, tj. po – pá od 7:00 do 15:45. Uvedené lhůty neběží v soboty, neděle a svátky ve smyslu občanského zákoníku (v těchto dnech se jejich běh staví a pokračuje od následujícího pracovního dne). Půjčitel se dále zavazuje pro případ dlouhodobé opravy (více než 48 hodin od nahlášení potřeby opravy vypůjčitelem) zapůjčit vypůjčiteli jiný přístroj stejného typu a vlastností zdarma. Pokud však závadu na přístroji způsobil vypůjčitel porušením svých povinností stanovených touto smlouvou, hradí veškeré náklady spojené s opravou přístroje vypůjčitel.
8. Půjčitel je oprávněn vykonávat servis přístroje pouze na základě autorizace či obdobného dokladu o oprávnění k provádění servisu přístroje, uděleném výrobcem přístroje nebo jím zplnomocněným zástupcem v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích. Servis přístroje je možný

vykonávat pouze osobou, která je k této činnosti oprávněna v souladu s požadavky dle zákona o zdravotnických prostředcích.

9. Půjčitel se zavazuje, že veškerou dokumentaci o činnostech provedených na přístroji v době trvání výpůjčky (např. protokoly BTK a servisní výkazy) předá neprodleně odpovědné osobě vypůjčitele.
10. Je-li přístroj vybaven softwarem, zavazuje se půjčitel provádět jeho upgrade na vlastní náklady a rovněž se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti stanovené předpisy upravujícími kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů, zejm. zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“), vyhláškou č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR). V této souvislosti je poskytovatel povinen provádět:
 - i. instalaci záplat operačního systému, zejména kritických záplat, jak jsou uvolňovány výrobcem, popř. po otestování funkčnosti zařízení výrobcem zařízení,
 - ii. instalaci SW produktu pro ochranu před škodlivým kódem (antivirus),
 - iii. zamezení využívání administrátorského účtu pro uživatelský přístup.

V případě nemožnosti provedení aktualizací a instalací dodatečného softwaru je poskytovatel o této skutečnosti povinen informovat objednatele se zdůvodněním výrobce zařízení.

11. Půjčitel je povinen sjednat platné pojištění odpovědnosti do výše min. 1 000 000 Kč, které se vztahuje na případnou škodu způsobenou vypůjčiteli nebo třetí osobě v souvislosti s užíváním a provozem přístrojů. Prodávající je povinen udržovat toto pojištění v platnosti nejméně po dobu trvání závazků prodávajícího z této smlouvy a tuto skutečnost kupujícímu kdykoliv na jeho výzvu prokázat předložením originálu anebo úředně ověřené kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy. Nesplnění povinnosti dle předchozí věty je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
12. Vypůjčitel nesmí přenechat přístroj k užívání třetí osobě.

IV.

1. Výpůjčka se sjednává **na dobu trvání kupní smlouvy** uzavřené mezi smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce uvedené v čl. I odst. 1. Platnost smlouvy skončí dnem zániku uvedené kupní smlouvy.
2. Vypůjčitel je oprávněn smlouvu písemně vypovědět, jakmile přestane přístroj potřebovat, a to i bez výpovědní doby.
3. Vypůjčitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy písemným oznámením zaslaným půjčiteli, a to ze zákonných důvodů a dále jestliže půjčitel:
 - a) je v prodlení s předáním přístroj vypůjčiteli delším než 15 kalendářních dnů, nebo
 - b) nezajistil bezplatný servis či jiné úkony podle čl. III odst. 7 ani ve lhůtě 5 pracovních dnů od obdržení písemné výzvy vypůjčitele; dokud vypůjčitel nevyužije práva odstoupit od smlouvy z tohoto důvodu, je oprávněn požadovat po půjčiteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení půjčitele, počínaje dnem vzniku práva vypůjčitele odstoupit od smlouvy.

4. Vypůjčitel je povinen vrátit přístroj půjčiteli ke dni skončení výpůjčky. Půjčitel se zavazuje, že převezme na výzvu vypůjčitele přístroj v sídle vypůjčitele, a to do 5 pracovních dnů od vyzvání vypůjčitelem. Půjčitel si přístroj odveze na své náklady.

V.

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že povinnost zaslat smlouvu správci registru smluv k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, splní vypůjčitel, a to nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy. Půjčitel se zavazuje poskytnout vypůjčiteli za účelem splnění této povinnosti nezbytnou součinnost.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že vypůjčitel, v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv, znečitelní ve smlouvě zaslané správci registru smluv k uveřejnění ty informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (např. osobní údaje, obchodní tajemství nebo informace chráněné právem k nehmotným statkům), případně též za podmínek § 5 odst. 6 zákona o registru smluv vyloučí z uveřejnění metadata smlouvy, která jsou obchodním tajemstvím smluvní strany splňující stanovená kritéria. Vypůjčitel však není povinen znečitelnit, resp. vyloučit z uveřejnění údaje, které již byly oprávněně zveřejněny, např. ve veřejných rejstřících apod.
3. S vědomím, že obchodní tajemství mohou tvořit pouze skutečnosti splňující znaky definované v § 504 občanského zákoníku, a s ohledem na limity použití obchodního tajemství jako důvodu neposkytnutí informace podle § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, označují smluvní strany za své obchodní tajemství:
půjčitel: pořizovací ceny odpařovačů
vypůjčitel: žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství vypůjčitele.
Smluvní strany prohlašují, že uvedený výčet části smlouvy obsahujících obchodní tajemství je úplný.
4. Bude-li třeba smlouvu nebo metadata smlouvy po jejich uveřejnění v registru smluv opravit uveřejněním částí smlouvy nebo metadat, které byly původně z uveřejnění vyloučeny z důvodu ochrany obchodního tajemství, odpovídá za provedení takové opravy smluvní strana, která danou část smlouvy nebo metadata označila za své obchodní tajemství. Ke splnění této povinnosti, jakož i k provedení jakýchkoliv jiných nutných oprav uveřejněné smlouvy nebo metadat postupem dle zákona o registru smluv se smluvní strany zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost.

VI.

1. Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku. Ve vztazích mezi smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy nemá obchodní zvyklost přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.
2. Smluvní strany neodpovídají za neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují klimatické podmínky v místě plnění ani překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností.
3. Při plnění této smlouvy smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku; ustanovení § 1766 občanského zákoníku se nepoužije.


4. Je-li doručována písemnost na základě této smlouvy doporučeným dopisem na poslední známou adresu smluvní strany prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a smluvní strana písemnost nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena třetím pracovním dnem po předání zásilky provozovateli poštovních služeb, i kdyby se o ní smluvní strana nedozvěděla. Za poslední známou adresu smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, případně nová adresa, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámila.
5. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky číslovanými vzestupnou, nepřerušovanou číselnou řadou.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepisují smlouvu elektronickými podpisy.
8. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně, vážně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují vlastnoruční podpisy.
9. Nedílnou přílohou této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

V Praze dne

V Praze dne

za půjčitele:

za vypůjčitele:



Digitally signed by: [REDACTED]
DN: CN = [REDACTED] C =
CZ
Date: 2024.02.23 16:40:30 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2024.03.05
13:09:51 +01'00'

Pověřená osoba
BAXTER CZECH spol. s r.o.

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
ředitel Ústřední vojenské nemocnice –
Vojenské fakultní nemocnice Praha

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ - ODPAŘOVAČŮ - 19 KS

<u>MINIMÁLNÍ ZADAVATELEM POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY *</u>		<u>ÚČASTNÍKEM NABÍZENÁ HODNOTA **</u>
<u>Název přístroje:</u>		
D-VAPOR		
<u>Medicínský účel, použití, indikace:</u>		
Požadovaný teplotní rozsah 18-30°C	0 - 40°C návod str. 133	
Průtok min. 0,2-15l/min	0,15-15l/min viz technický list str.5	
Rozmezí dávky min 0,2-8 vol%	0,2-8 vol% viz technický list str. 5	
Objem doplnění anestetika min. 240 ml	240 ml viz technický list str.5	
Přenosné	ANO viz technický list str. 5	
Barevně odlišené anestetikum kvůli záměně	ANO viz technický list str. 1	
Kompatibilní se stávajícími anesteziologickými přístroji	ANO viz technický list str. 2	
<u>Název přístroje:</u>		
D-VAPOR 3000		
<u>Medicínský účel, použití, indikace:</u>		
Požadovaný teplotní rozsah 18-30°C	0 - 40°C návod str. 133	
Průtok min. 0,2-15l/min	0,15-15l/min viz technický list str.5	
Rozmezí dávky min 0,2-8 vol%	0,2-8 vol% viz technický list str. 5	
Objem doplnění anestetika min. 240 ml	240 ml viz technický list str.5	
Přenosné	ANO viz technický list str. 5	
Barevně odlišené anestetikum kvůli záměně	ANO viz technický list str. 1	
Kompatibilní se stávajícími anesteziologickými přístroji	ANO viz technický list str. 2	

<u>Název přístroje:</u>			
ALADINCASSETTE			
<u>Medicínský účel, použití, indikace:</u>			
Požadovaný teplotní rozsah 18-30°C	10 - 35°C, viz návod strana 208, tepl. specifikace pro celý přístroj včetně Aladin kazety		
Průtok min. 0,2-15l/min	0,2 -15 LPM, viz návod strana 230		
Rozmezí dávky min 0,2-8 vol%	1 – 18 % DES , viz návod strana 231		
Objem doplnění anestetika min. 240 ml	240 ml DES, viz návod strana 234		
Přenosné	Ano		
Barevně odlišené anestetikum kvůli záměně	Ano, petrolejová modrá		
Kompatibilní se stávajícími anesteziologickými přístroji	Ano, AiSYS, AiSYS CS2 viz návod k použití		
<u>Název přístroje:</u>			
DIVACASSETTE			
<u>Medicínský účel, použití, indikace:</u>			
Požadovaný teplotní rozsah 18-30°C	15 - 35°C viz návod strana 400		
Průtok min. 0,2-15l/min	Návod nedefinuje tento parametr		
Rozmezí dávky min 0,2-8 vol%	Návod nedefinuje tento parametr		
Objem doplnění anestetika min. 240 ml	ANO viz návod strana 75		
Přenosné	ANO mezi zařízením ZEUS		
Barevně odlišené anestetikum kvůli záměně	ANO viz návod strana 48		
Kompatibilní se stávajícími anesteziologickými přístroji	ANO ZEUS EI návod strana 74		
Seznam anesteziologických přístrojů			
Výrobce	Výrobní model přístroje	Sériové číslo	Rok výroby
DATEX-OHMEDA	AESPIRE S/5 7900	ANCL00413	2007
DATEX-OHMEDA	AESTIVA 5/900Mri	AMTK00295	2007
DATEX-OHMEDA	AISYS CS2	APWZ02388	2020

DATEX-OHMEDA	AISYS CS2	APWZ02389	2020
DATEX-OHMEDA	AISYS CS2	APWZ02390	2020
DRÄGER MEDICAL	FABIUS GS	ARUK-0064	2004
DRÄGER MEDICAL	FABIUS GS	ARWC-0067	2005
DRÄGER MEDICAL	PRIMUS	ARTK 0090	2003
DRÄGER MEDICAL	FABIUS TIRO	ASBB-0132	2010
DRÄGER MEDICAL	PRIMUS	ASHL-0046	2015
DRÄGER MEDICAL	FABIUS MRI	ASMH-0003	2019
DRÄGER MEDICAL	PERSEUS A500	ASFM-0040	2014
DRÄGER MEDICAL	PRIMUS	ASEE-0039	2013
DRÄGER MEDICAL	PRIMUS	ARTK0089	2003
DRÄGER MEDICAL	PRIMUS	ASAN-0192	2009
DRÄGER MEDICAL	PRIMUS	ASCM-0115	2011
DRÄGER MEDICAL	FABIUS	ASBB-0132	2010
DRÄGER MEDICAL	FABIUS	ARWC-0068	2005
DRÄGER MEDICAL	ZEUS	ASJN-0004	2020

**(účastník do nabídky uvede přesné obchodní označení, model výrobce a evidenční číslo v registru zdravotnických prostředků RZPRO)*

*** (účastník vyplní všechny řádky následujícím způsobem:*

- 1. u číselných údajů uvede účastník konkrétní hodnoty s odkazem na stránku technického dokumentu/návodu k použití vydaného výrobcem;*
- 2. u ostatních odkazem na stránku technického dokumentu/ návodu k použití vydaného výrobcem z něhož je patrné splnění daného parametru, popř. i označení konkrétní technologie.)*

Účastník čestně prohlašuje, že předmět jeho dodávky splňuje veškeré zadavatelem výše stanovené parametry.

Jako přílohu účastník dokládá technické listy výrobce (datový list výrobce, katalog apod.), ve kterých jsou uvedeny a budou z nich patrné veškeré výrobcem deklarované parametry.

V Praze dne

.....
 Pověřená osoba
(včetně razítka)

Příloha: Technické listy výrobce

Přístroje ALADINCASSETTE a DIVACASSETTE nemají samostatné datové listy