

Objednávka vydaná číslo **OZT/24/01675 / Hr**

Odběratel :

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové

IČO: 00179906

DIČ: CZ00179906

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

24639511/0710

Plátce DPH:

Ano

Dodavatel :

POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14

503 01 Hradec Králové

IČO: 27529053

Telefon: 495 220 206

Fax: 495 219 065

E-mail: servis@polymed.cz,
obchod@polymed.cz

Požadovaný termín splnění objednávky:

19.03.2024

Datum vystavení : 28.2.2024

Datum odeslání : 28.2.2024

Objednáváme u Vás :

Datum splnění :

č.ř.	název položky	množství mj	předpoklad cena/mj	cena celkem
1.	opr. MIRUS, Jednotka řídicí Mirus a Scavenger systém, typ: MIRUS, v.č. 222M00133, i.č. 4084726	1	119 826,30	119 826,30
Celková částka :			Kč	119 826,30

Oprava.

Nefunkční baterie

inf. p. Košťál

Dodavatel je povinen:

a) elektronickou fakturu zaslat na e-mailovou adresu ozt@fnhk.cz s uvedením čísla objednávky v předmětu e-mailu a na jakoukoliv fakturu uvést prohlášení dodavatele o tom, že ke dni vystavení faktury není (je) veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a bankovní účet uvedený na faktuře je účtem, který je plátcem daně dle § 109 z. č. 235/2004 Sb. zveřejněn,

b) veškeré případné vícepráce nebo navýšení sjednané ceny nechat vždy předem odsouhlasit,

c) fakturu označit číslem této objednávky! Montážní (dodací) list musí dále obsahovat nákladové středisko, výrobní a inventární číslo přístroje, čitelné jméno pracovníka kliniky, který zboží nebo službu převzal, jeho osobní číslo, podpis a razítko. Fakturu spolu s ostatními dokumenty dodat na odbor zdravotnické techniky,

d) oprava musí být provedena v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb., dodavatel doloží kopii oprávnění o školení osob u výrobce nebo autorizované osoby dle § 44, § 45, § 46,

e) při plnění v hodnotě 30.000 Kč bez DPH a vyšším doložit cenovou nabídku, která musí být před realizací odběratelem odsouhlasena. Zároveň dodavatel souhlasí se

CENOVÁ NABÍDKA

 <p>Dodavatel : POLYMED medical CZ, a.s. Petra Jilemnického 14/51 503 01 Hradec Králové</p> <p>Telefon : 495 220 206 IČ: 27529053 Fax : 495 211 387 DIČ: CZ27529053 E-mail : obchod@polymed.cz Web: www.polymed.cz</p>	Platnost do: Číslo cenové nabídky: Datum vystavení: 19.03.2024 200 / 400244								
	<p>Odběratel : Fakultní nemocnice Hradec Králové</p> <p>Sokolská 581 500 03 Hradec Králové IČ : 00179906 DIČ : CZ00179906</p>								
<p>Vaši nabídku vystavil: Bakešová Jana servis@polymed.cz Technický manažer + 420 495 219 065</p>	<p>Objednávka zákazníka: OZT/24/01675/Hr</p>								
<p>Zdravotnický prostředek:</p> <table border="0"> <tr> <td>Název:</td> <td>Výrobní číslo:</td> <td>Inventární číslo:</td> <td>Uživatel:</td> </tr> <tr> <td>Mirus AiS - řídicí jednotka</td> <td>222M00133</td> <td>4084726</td> <td>KARIM ARO</td> </tr> </table>		Název:	Výrobní číslo:	Inventární číslo:	Uživatel:	Mirus AiS - řídicí jednotka	222M00133	4084726	KARIM ARO
Název:	Výrobní číslo:	Inventární číslo:	Uživatel:						
Mirus AiS - řídicí jednotka	222M00133	4084726	KARIM ARO						

Reg. č.	Popis položky	Množství MJ	DPH	JC bez DPH	JC s DPH	CC bez DPH	CC s DPH
1 P 06128	Příjem na servis	1 ks	21%	150,00	181,50	150,00	181,50
2 602000	Servisní činnost <i>Oprava přístroje provedena u výrobce.</i>	1	21%	98 600,00	119 306,00	98 600,00	119 306,00
3 P 05690	Diagnostika ZP <i>Po kontrole a výměně interní baterie proveden funkční test přístroje, zjištěna závada reflektorové komory odpařovače anestetika, nutná oprava výrobcem.</i>	1 ks	21%	280,00	338,80	280,00	338,80


99 030,00 119 826,30

UVEDENÁ CENOVÁ NABÍDKA JE V CZK

DOBA DODÁNÍ: Do 8 týdnů po obdržení závazné objednávky či podpisu kupní smlouvy

Při změně kurzu CZK/EUR, CZK/USD, CZK/GBL o více než 3% m

V případě vystavení objednávky použijte prosím číslo cenové nabídky
 Objednávky prosím zasílejte na servis@polymed.cz



CC = Celková Cena, JC = Jednotková Cena