



Roentgenova 2, 150 30 Praha 5
Tel.: +420 257 271 111
IČO: 00023884

Obchodní firma: **MEDIATRADE s.r.o.**
IČO: 60321113
DIČ: CZ60321113
Se sídlem: č.p.: 34, Poličná, 757 01
Zastoupena: Pavlem Táborským, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 60501851/0100
Sp. zn.: OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 11335
Datová schránka: ghhkx6d

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], tel: [redacted], e-mail: [redacted]@mediatrade.cz
Kontaktní osoba ve věcech smlouvy: [redacted], tel: [redacted], e-mail: [redacted]@mediatrade.cz

(dále jen „prodávající“)

a

Název: **Nemocnice Na Homolce**
IČO: 00023884
DIČ: CZ00023884
Se sídlem: Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5
Zastoupena: MUDr. Petrem Poloučkem, MBA, ředitelem
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 17734051/0710
Datová schránka: jb4gp8f

Kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted], tel: [redacted], e-mail: [redacted]@homolka.cz
Kontaktní osoba ve věcech dohody: [redacted], tel: [redacted], e-mail: [redacted]@homolka.cz

(dále jen „kupující“)

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK Č. 1

KE KUPNÍ SMLouvĚ NA ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK (dále jen „dodatek“)

Smluvní strany uzavřely dne 22. 1. 2024 **Kupní smlouvu na zdravotnický prostředek** (dále jen „smlouva“), kterou se prodávající zavázal kupujícímu dodat externí kardiostimulátory (dále jen „zboží“), to vše na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Externí kardiostimulátor – část 2**“ uveřejněného dne 23. 11. 2023 v elektronickém systému tender aréna pod ID.: VZ0177939, systémové číslo P23V00259246, interní ev. č. zakázky 358/VZMR/2023-OVZ.

Smluvní strany zjistily, že vlivem administrativního pochybení při podpisu smlouvy byla v čl. III. odst. 1 smlouvy uvedena nesprávná kupní cena a zmíněné ustanovení smlouvy obsahuje také cenu za služby, pro které byla s prodávajícím uzavřena servisní smlouva. Dále smluvní strany zjistily, že příloha č. 1 smlouvy neobsahuje



podrobnou specifikaci ceny zboží, která vychází z nabídky prodávajícího v rámci výše uvedeného výběrového řízení.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na změně smlouvy způsobem, který napraví vzniklé pochybení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to dle tohoto dodatku.

Čl. 1 Změny smlouvy

1. Obsah Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Kupní cena zboží je stanovena na základě výsledku výběrového řízení, a to ve výši:

<i>Cena bez DPH:</i>	<i>139 600 Kč (slovy: jedno sto třicet devět tisíc šest set korun českých)</i>
<i>DPH 21%:</i>	<i>29 316 Kč (slovy: dvacet devět tisíc tři sta šestnáct korun českých)</i>
<i>Cena s DPH:</i>	<i>168 916 Kč (slovy: jedno sto šedesát osm tisíc devět set šestnáct korun českých).</i>

Podrobná specifikace ceny zboží je uvedena v příloze č. 1 smlouvy. “

2. Příloha č. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se přílohou se stejným označením, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn a uplatní se v plném rozsahu.

Čl. 2 Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nemá-li nabýt účinnosti, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, později. Podléhá-li tento dodatek uveřejnění v registru smluv, uveřejní jej v souladu s dohodou kupující.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Kupující obdrží dva (2) stejnopisy a prodávající obdrží jeden (1) stejnopis tohoto dodatku. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, jedná se o jedno vyhotovení s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
 - a) Příloha č. 1: Specifikace zboží
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.

V Praze dne 27. 3. 2024

Prodávající:
MEDIATRADE s.r.o.



Pavel Táborský
Jednatel

V Praze dne 2. 4. 2024

Kupující:
Nemocnice Na Homolce



MUDr. Petr Polouček, MBA
ředitel nemocnice

Technické požadavky: 2ks Externí kardiostimulátor jednodutinový <i>U technických parametrů, které nejsou označeny jako minimální (min.), maximální (max.) nebo v jinak povoleném rozsahu hodnot, nebo není u dané položky uvedeno jinak, zadavatel připouští toleranční rozsah +/- 10 %, pokud účastník v nabídce prokáže, že nabízené zařízení je vyhovující pro požadovaný medicínský účel.</i>	Účastník vyplní splnění parametru (ANO/NE, popř. hodnotu)	Odkaz na str. v návodu k obsluze v ČJ/ orig. katalogovém listě výrobce sloužící k ověření splnění požadavku
Konstantní zdroj proudu – bifázický impuls v mA	Ano	Katalogový list
Stimulační módy – VVI, VOO. AAI, AOO	Ano	Katalogový list
Možnost aktualizace software	Ano	Katalogový list
Amplituda kardiostimulačního impulsu nastavitelná 0-28mA	Ano	Katalogový list
Šířka kardiostimulačního pulzu nastavitelná 0,05-1ms	Ano	Katalogový list
Rozsah frekvence stimulace nastavitelná 20-200ppm	Ano	Katalogový list
Rozsah zvýšené frekvence nastavitelná 100-1000ppm	Ano	Katalogový list
Inhibiční citlivost nastavitelná 0,5-20mV	Ano	Katalogový list
Otočné ovládací prvky nastavení kryté plexi krytem, aby bylo vidět aktuální nastavení a bylo zabráněno náhodné změně	Ano	Katalogový list
Pozáruční servis min 96měsíců	Ano	Katalogový list
Výdrž baterie (předp. 9V) min 30 dní	Ano	Katalogový list
Optické indikace následujících stavů/parametrů:		
vybití baterie	Ano	Katalogový list
rozpojení stimulačního okruhu (Disconnect)	Ano	Katalogový list
přesáhnutí citlivosti (Over sense)	Ano	Katalogový list
Citlivost (Sense)	Ano	Katalogový list
Stimulace (Pace)	Ano	Katalogový list
Akustické indikace následujících stavů:		

Vybití baterie	Ano	Katalogový list
Rozpojení stimulačního okruhu (Disconnect)	Ano	Katalogový list
Další požadované příslušenství:		
Kufřík/obal pro uložení přístroje s příslušenstvím	Ano	Katalogový list
Prodlužovací kabel pro bipolární elektrodu	Ano	Katalogový list
Upevňovací popruh na zavěšení	Ano	Katalogový list
Upevňovací popruh na paži	Ano	Katalogový list
Účastník uvede následující informace:		
Třída rizika ZP	II. B	-
Interval BTK	1x12 měsíců	-

Veřejná zakázka s názvem: "Externí kardiostimulátor - část 2"									
Položka	Typ položky	Počet	Jednotka	Cena za jednotku v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena za jednotku v Kč vč. DPH	Cena za počet v Kč bez DPH	Cena za počet v Kč vč. DPH	Obchodní označení nabízeného produktu
1	Externí kardiostimulátor včetně příslušenství	2	ks	69 800	21%	84 458	139 600	168 916	EPG 10B