

Dodavatelská objednávka**Číslo obj.: UHN-24-03674-SZM****Odběratel:**
Uherskohradištská nemocnice a.s.
J. E. Purkyně 365
686 06 Uherské Hradiště**Dodavatel:**
RADIOMETER s.r.o.
Veselavín, Křenova 438/3
162 00 Praha

IČ: 27660915 DIČ: CZ27660915

IČ: 28450817 DIČ: CZ28450817

Objednává: Sklad zdravotního materiálu
Číslo smluv: SML/SRA/23/0001**Dodací adresa: Biochemická laboratoř J. E. Purkyně 365 686 06 Uherské Hradiště**Datum vystavení: 15.4.2024
Termín dodání:**Objednávané položky:**

| Kód | Název materiálu | Katalog č. | Celkem bez DPH | Celkem s DPH |
|------------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 297223 | Ca MEMBRÁNA á4ks 942-060 | 297223 | | |
| 295074 | PAPÍR REG.TERMO á8rolí 984-070 | 295074 | | |
| 295073 | RINSE SOLUTION 600ml S4980 944-132 | 295073 | | |
| 295072 | AUTOCHECK LEVEL 3 (bal/30ks) 944-076 | 295072 | | |
| 295071 | AUTOCHECK LEVEL 2 (bal/30ks) 944-075 | 295071 | | |
| 295070 | AUTOCHECK LEVEL 1 (bal/30ks) 944-074 | 295070 | | |
| 295066 | REF. MEMBRÁNA á4ks 942-058 | 295066 | | |
| 295064 | NÁDOBA ODPADNÍ 600ml 905-802 | 295064 | | |
| 295062 | CALIBRATION GAS 2 10bar 962-170 | 295062 | | |
| 295061 | CALIBRATION GAS 1 10bar 962-169 | 295061 | | |
| 295060 | CLEANING SOLUTION S8375 944-126 | 295060 | | |
| 295059 | CALIBRATION SOLUTION 1 S1820 944-128 | 295059 | | |
| 295058 | CALIBRATION SOLUTION 2 S1830 944-129 | 295058 | | |
| Celkem Kč | | | 155 838,88 | 188 565,06 |