

Příloha č. 1

Specifikace

Dodávka a instalace hydroterapeutické vany pro účely výuky veterinárních oborů

- hlavní prosklená nerezová nádrž s chodícím pásem délka min. 180 cm
- chodící pás se servopohonem s plynulou regulací rychlosti
- náklon pásu až o 15°
- elektrické ovládání pásu, přepouštěcích ventilů a náklonu
- protiproud s výškovým nastavením v závislosti na velikosti pacienta
- ovládací panel elektrických pohonů pásu a čerpadel (případně přepouštěcích ventilů)
- vedlejší nádrž – zásobník na vodu pro hlavní nádrž s pásem
- topné těleso s čerpadlem – pro ohřívání vody v systému
- ohřev vody v zásobníku na 30°C za max. 90 min., dohřívání mezi procedurami max. 20 min.
- čerpadlo s filtrací
- čerpadlo napouštění
- čerpadlo protiproudu
- filtrace a dezinfekce
 - o filtrace hrubých nečistot
 - o jemná písková filtrace s vlastním proplachem
 - o germicidní UV lampa s čerpadlem
- obslužná podesta k nádrži s pásem