

SMLOUVA O DÍLO





Č.j. PPR-52932-16/ČJ-2023-990640

„Ověření vybraných parametrů měřicích přístrojů alkoholu v dechu“**Čl. 1. Smluvní strany**

/1/ Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA – Ministerstvo vnitra**
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Martin Fikáček, vedoucí odboru veřejných zakázek,
Ředitelství majetkové správy Policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 5504881/0710
doručovací adresa: Ministerstvo vnitra ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
tel.: 974 835 653
e-mail: pp.ovz@pcr.cz
datová schránka: gs9ai55

(dále jen „objednatel“) na jedné straně

a

/2/ Zhotovitel: **Český metrologický institut**
sídlo: Okružní 31/772, 638 00 Brno
IČO: 001 77 016
DIČ: CZ00177016
zapsán: **ekonomicko-právní forma:** příspěvková organizace zřízená MPO
(ke dni 1. 1. 1993), státní instituce s plnou právní subjektivitou
zastoupen: 
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 11
číslo účtu: 198139621/0710
pracovní kontakt: 
tel.: 
e-mail: 
datová schránka: 65msw6w

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

u z a v í r a j í

tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

Čl. 2 Předmět smlouvy

/1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele **provést ověření vybraných parametrů měřících přístrojů alkoholu v těle a provedení jednotlivých zkoušek**. Ověřované parametry a popisy jednotlivých zkoušek jsou definovány v příloze č. 1 této smlouvy.

Čl. 3 Doba plnění, způsob plnění a místo plnění

/1/ Zhotovitel zahájí řešení zakázky ihned po převzetí všech přístrojů pro zjišťování alkoholu v těle (dále jen „alkoholtestery“ nebo „přístroje“).

/2/ Místem předání plnění je Český metrologický institut, adresa, kontaktní osoba, tel., e-mail:

[REDACTED]

/3/ Lhůta na provedení testování a předání závěrečného protokolu objednateli je do **1 měsíce od dodání přístrojů k testování**.

/4/ **Výstupem zkoušek bude závěrečný protokol**, ze kterého bude jasně zřejmé, zda daný měřicí přístroj alkoholu v dechu danou zkouškou prošel či nikoliv a tudíž má být ze zadávacího řízení vyloučen, jelikož nesplňuje požadavky objednatele, včetně důvodu nevyhovění.

/5/ Přístroje k testování doručí a po ukončení zkoušek vyzvedne na Českém metrologickém institutu zástupce Ředitelství majetkové správy Policejního prezidia ČR (dále jen „ŘMS PP ČR“). **Závěrečný protokol**, který bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z něhož jeden (1) obdrží objednatel, jeden (1) zhotovitel a jeden (1) bude přiložen k faktuře, také převezme zástupce ŘMS PP ČR.

Zástupcem za ŘMS PP ČR je [REDACTED] nebo jiný zástupce Odboru správy majetku ŘMS PP ČR, [REDACTED]

Čl. 4 Finanční náležitosti a platební podmínky

/1/ Cena za **ověření parametrů a provedení jednotlivých zkoušek činí 36.000,- Kč bez DPH a 43.560,- Kč s DPH) za 1 typ přístroje/vzorku (2 ks od jednoho typu)**. Konečná cena bude fakturovaná na základě reálně zkoušeného počtu typů měřících přístrojů.

/2/ Zhotovitel se zavazuje vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) na:

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

/3/ Zhotovitel zašle fakturu do čtrnácti (14) dnů od vyzvednutí přístrojů na poštovní adresu kupujícího:

Policejní prezidium ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6

/4/ Splatnost faktury je třicet (30) dnů od jejího doručení. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/5/ Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů **a číslo jednací této smlouvy.**

/6/ Faktura může být vystavena až po předání všech protokolů a vrácení všech přístrojů/vzorků na měření alkoholu v těle.

/7/ Objednatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je v případě vrácení faktury povinen do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil.

Čl. 5 Odpovědnost za škodu

/1/ Odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Objednatel neodpovídá za jednání nebo za nečinnost zhotovitele.

/3/ Zhotovitel se zavazuje, že odškodní třetí strany v případě uplatnění požadavku na náhradu škody, která vznikla jednáním nebo nečinností zhotovitele, pokud neprokáže, že za tyto neodpovídá.

Čl. 6 Další povinnosti zhotovitele

/1/ Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. /1/ tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na realizaci díla pro objednatele.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na realizaci díla, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy.

/6/ Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona o finanční kontrole, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/7/ Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této smlouvě včetně ceny za dílo.

/8/ Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

/9/ Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí.

Čl. 7 Odstoupení od smlouvy

/1/ Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) zhotovitel uvedl neúplné, nesprávné nebo nepravdivé údaje a skutečnosti při uzavření smlouvy;
- b) zhotovitel závažným způsobem porušil povinnosti stanovené v této smlouvě;
- c) zhotovitel nesplnil povinnosti nebo jiné podmínky stanovené touto smlouvou ani poté, co jej objednatel k tomu písemně vyzval a stanovil mu náhradní dobu k jejich splnění; náhradní doba k plnění nesmí být kratší než třicet (30) kalendářních dnů;
- d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo na něho byla vyhlášena nucená správa, vůči jehož majetku probíhá insolvenční řízení;
- e) dojde ke vzniku závažných ekonomických nebo technických důvodů, které podstatně ovlivní řešení zakázky;
- f) z důvodu podstatného porušení smlouvy podle § 2002 občanského zákoníku.

/2/ Odstoupení od této smlouvy musí být odůvodněno a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

Čl. 8 Ukončení smlouvy

/1/ Tato smlouva je splněna předáním závěrečných protokolů uvedených v čl. 2 této smlouvy objednateli.

/2/ Tato smlouva je ukončena:

- a) dnem ukončení platnosti a účinnosti této smlouvy stanoveným ve smlouvě,
- b) dnem doručení písemného odstoupení od této smlouvy objednatelem,
- c) dnem nabytí účinnosti dohody smluvních stran o ukončení této smlouvy.

Čl. 9 Platnost a účinnost smlouvy

/1/ Doba trvání smlouvy a její realizace je vázána na vývoj veřejné zakázky na dodání měřicích přístrojů alkoholu v dechu a náustků. Předpokládá se, že zkoušky proběhnou v roce 2024.

/2/ Platnost a účinnost této smlouvy je ukončena dnem řádného splnění předmětu smlouvy dle čl. 2 této smlouvy.

/3/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v registru smluv *zabepečí objednatel*.

Čl. 10 Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu.

/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv dokumentu uvedeného v této smlouvě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (5) pracovní den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.

/3/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/4/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v čl. 1 této smlouvy.

/5/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy.

/6/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/7/ Povinnost uzavření dodatku se nevztahuje na změnu pověřených pracovníků, kteří jsou zhotovitelem i objednatelem určení v této smlouvě, na změnu v čl. 1 této smlouvy týkající se změn smluvních stran a na změnu názvů organizačních článků v souvislosti s reorganizací na straně objednatele. Takovéto změny budou pouze písemně oznámeny druhé smluvní straně.

/8/ Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou ukončit vzájemnou dohodou.

/9/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a potvrzují, že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

/10/ Tato smlouva je uzavřena elektronicky.

/11/ Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – Specifikace ceny a popis ověřovaných parametrů a jednotlivých zkoušek –
3 listy

Za objednatele:

Ing. Martin Fikáček
vedoucí odboru veřejných zakázek
Ředitelství majetkové správy
Policejního prezidia ČR

Za zhotovitele:



Specifikace ceny a popis ověřovaných parametrů a jednotlivých zkoušek**Specifikace ceny:**

Ověření vybraných parametrů měřicích přístrojů alkoholu v dechu			
	Cena Kč bez DPH za 1 typ přístroje/vzorku (2 kusy přístroje)	DPH za 1 typ přístroje/vzorku (2 kusy přístroje)	Cena Kč s DPH za 1 typ přístroje/vzorku (2 kusy přístroje)
Ověření vybraných parametrů měřicích přístrojů alkoholu v těle (provedení jednotlivých zkoušek a vydání závěrečného protokolu)	36.000,-	7.560,-	43.560,-

Poznámka: Ověřování je plánováno provádět na 2 kusech jednoho typu přístroje (jednoho typu alkoholtesteru)

Ověření vybraných parametrů měřicích přístrojů alkoholu v dechu						
Rozpis dle kusů	Cena Kč za 1 ks přístroje			Cena Kč za 2 ks přístroje = 1 typ		
	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>s DPH</i>	<i>bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>s DPH</i>
	18.000,-	3.780,-	21.780,-	36.000,-	7.560,-	43.560,-
18.000,-	3.780,-	21.780,-				

Popis ověřovaných parametrů a jednotlivých zkoušek:

Parametry, které se budou ověřovat a popis jednotlivých zkoušek:

1. Asistované odborné měřeníBude ověřováno:

Správnost výpočtu, kterým měřidlo provádí vyhodnocení, zda dva po sobě následující výsledky jsou s maximálním rozdílem 10%.

Popis zkoušky:

Test se bude provádět v celkovém počtu 10 měření ODZ (tzn. odborná dechová zkouška), tedy celkem 20 měření koncentrace ethanolu ve vzorku referenčního plynu a to podle následujícího schématu:

- 5 měření ODZ s kladným výsledkem (rozdíl do 10 %) – koncentrace 1 ‰ alkoholu
- 5 měření ODZ se záporným výsledkem (rozdíl větší než 10 %) koncentrace 1 ‰ alkoholu pro první měření a 0,3 ‰ pro druhé měření po 5 minutách

2. Rozsah měřeníBude ověřováno:

Rozsah měření koncentrace alkoholu v rozsahu 0,00 až 5,00 ‰

Popis zkoušky:

Proměření požadovaného rozsahu, tedy od 0 do 5 ‰ alkoholu. Měření se bude provádět v níže uvedených koncentračních bodech. Celá zkouška se bude realizovat dle následujícího schématu:

Koncentrace EtOH [‰]	Počet měření	Čas [min]
0,08	10	60
0,21	10	
0,53	10	
0,84	10	
1,47	5	40
2,00	5	
3,15	5	
4,10	3	30
4,50	3	

3. Podmínky prostředí při provozu

Bude ověřováno:

Zda je měřicí přístroj alkoholu v dechu schopen pracovat v celém teplotním rozsahu, a to i při krajních hodnotách.

Popis zkoušky:

Testování se bude provádět v 7 bodech vždy po 5 měřeních v každém bodě. Před každým měřením bude klimatická komora temperována na požadovanou teplotu a poté se provede zkouška.

Testování se budou provádět při teplotách -10; -5; 0; +5; +15; +30; +40 °C s referenčním plynem o koncentraci 0,82 ‰ alkoholu v dusíku.

4. Teploty, při kterých je garantována přesnost měření

Bude ověřováno:

Zda měřicí přístroj alkoholu v dechu v daném teplotním rozsahu (v případě krajních hodnot) měří přesně (s maximální dovolenou chybou měření)

Popis zkoušky:

Zkouška se bude realizovat jako 3x opakovaná ODZ se dvěma měřidly při -5 °C a 40 °C se 3 ‰ EtOH. Při vyhodnocení výsledků se bude vyhodnocovat jak 10 % rozdíl mezi dvěma po sobě následujícími měřeními, tak maximální dovolená chyba jednotlivých měření. Mezi jednotlivými zkouškami ODZ bude odstup minimálně 1 hodiny, v případě nutnosti i delší.