

**OBJEDNÁVKA č.: 2024/66-ZK**

Značka: 2024/66-ZK  
Vyřizuje: [REDACTED]  
Tel.: [REDACTED]  
Fax: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

**UNIMED PRAHA, s.r.o.**  
**Ve Stromkách 41**  
**252 42 Vestec u Prahy**

Datum: 12.04.2024

**Č. Objednávaný úkon Údaje o zařízení**

1.	Technická kontrola 1 Validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	TERMOSTAT BIOLOGICKÝ BT 120 1921 HM00972 OKB
2.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	TERMOSTAT BIOLOGICKÝ BT 120 7611 HM01000 Donášková služba
3.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	TŘEPAČKA MST 4 00.082231 PM06991 mikrobiologie
4.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	MÍCHADLO VÁLEČKOVÉ Lambada MIX 3 351 PM06988 OKB
5.	Technická kontrola 1 Validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	TERMOSTAT BIOLOGICKÝ INCUCCELL 111 30190 HM01397 mikrobiologie
6.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CENTRIFUGA EBA 20 14919 HM01399-02 mikrobiologie
7.	Technická kontrola 1 Validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	TERMOSTAT BIOLOGICKÝ INCUCCELL 111 30189 HM01396 mikrobiologie

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.



8.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	TERMOSTAT KOMOROVÝ VESTAVĚNÝ nemá  mikrobiologie
9.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	LÁZEŇ VODNÍ VEZAS VV1 004/1998 PM07067 patologie
10.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	MÍCHADLO MAGNETICKÉ MM 6 1703 PM07025 OKB
11.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ-SUŠÁRNA T6 41201951 HM00754 patologie
12.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	LÁZEŇ VODNÍ  240845214 HM00247 patologie
13.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	STERILIZÁTOR HORKOVZDUŠNÝ-SUŠÁRNA v T6 41201952 HM00755 patologie
14.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CHLADNIČKA s cirk vzduchu a mon. T LIEBHERR FKUv1610 80.656.864.3 HM00246 patologie
15.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CHLADNIČKA s cirk vzduchu a mon. T LIEBHERR FKUv1610 80.656.853.7 HM00257 patologie
16.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CHLADNIČKA s cirk vzduchu a mon. T LIEBHERR FKUv1610 81.009.493.0 HM00254 patologie
17.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CENTRIFUGA MULTIFUNKČNÍ stolní MEGAFUGE 16 41197666 HM00764 patologieF
18.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CHLADNICE SKŘÍŇOVÁ s cirk vzduchu MKIC PV 50 63202 HM00790 HTO
19.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	LEDNICE S MRAŽÁKEM KOM 40 63208 HM00725 OKB

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.



20.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	LEDNICE S MRAŽÁKEM KOM 40 63205 HM00776 OKB
21.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	TERMOSTAT-SUŠÁRNA T 12 41205290 HM00778 centrální sterilizace
22.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CHLADNICE SKŘÍŇOVÁ s. cirk vzduchu MKIC PV 50 63204 HM00777 OKB
23.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CHLADNICE SKŘÍŇOVÁ s. cirk vzduchu MKIC PV 50 63207 HM00797 HTO
24.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	MRAZNIČKA SKŘÍŇOVÁ MKIC N 50 63213 HM00808 HTO
25.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ MKIC PV 50 63211 HM00799 HTO
26.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	SKŘÍŇ CHLADÍCÍ MKIC PV 50 63212 HM00798 HTO
27.	Technická kontrola 1 Validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CHLADNICE SKŘÍŇOVÁ s. cirk vzduchu MKIC PV 50 63206 HM00789 HTO
28.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CENTRIFUGA Stan Spin Express 3 1021M50203854 HM00791 HTO
29.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CHLADNIČKA s. cirk vzduchu a monitorací T LIEBHERR FKUv1610 80.726.686.9 HTO
30.	Technická kontrola 1 Validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CHLADNIČKA s. cirk vzduchu a monitorací T LIEBHERR FKUv1610 80.831.357.9 HTO
31.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	LEDNICE VESTFROST 81202220 OKB

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "nepoužívat (mimo provoz)" v případě, že přístroj není schopen provozu.



32.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	LEDNICE VESTFROST 20012801705 PM11100 OKB
33.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	MRAZÍČÍ BOX ( -70 st. C) Fryka B-35.85 46330-04-13 HM00860 mikrobiologie
34.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	TŘEPAČKA ZX3 Vortex 257852 PM02475 mikrobiologie
35.	Technická kontrola 1 Validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	MRAZÁK SKŘÍŇOVÝ FRIGERA nečitelné HM01054 HTO
36.	Technická kontrola 1 Validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	TERMOSTAT BIOLOGICKÝ INCUCCELL 111 141673 HM00896 mikrobiologie
37.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	TŘEPAČKA IKA VF2 733392  mikrobiologie
38.	Technická kontrola 1 Validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	LEDNICE NA LÉKY s cirkulací vzduchu LKv 3913-20B 001 83.008.209.2 HM00908 Lékárna DUO
39.	Technická kontrola 1 Validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	LEDNICE s cirkulací vzduchu LKUv 1613 82.968.108.4 HM00910 Lékárna DUO
40.	Technická kontrola 1 Validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	MRAZÍČÍ PULTOVÝ BOX ( - 45 st. C) ELCOD UNI 11LT 47380025 HM00550 centrální operační sály
41.	Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	TŘEPAČKA TROMBOKONCENTRÁTŮ PSU-10i 01014416030122 PM21307 HTO
42.	Technická kontrola 1 Validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	TERMOSTAT BIOLOGICKÝ INCUCCELL 111 172455 HM01661 mikrobiologie
43.	Technická kontrola 1 Validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	TERMOSTAT BIOLOGICKÝ INCUCCELL 55 172454 HM01662 mikrobiologie

Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "**nepoužívat (mimo provoz)**" v případě, že přístroj není schopen provozu.



44. Technická kontrola 1 Validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CHLADÍCÍ SKŘÍŇ dvoudveřová POLAIR CM 114 D957080320 HM02431 mikrobiologie
45. Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	CHLADNICE SKŘÍŇOVÁ s. cirk. vzduchu NORDLine UR 600 plné dveře 5034193 HM00519 mikrobiologie
46. Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	Chladnička na léky NORDLine RD125R 6787790093 PM22643 ARO lůžka
47. Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	Chladnička na léky NORDLine RS 15DR4SA KDPEJE20003 PM03524 chirurgie-JIP
48. Technická kontrola 1	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	Lázeň vodní Bio optica 2020-11 241103240 HM00244 patologie
49. Technická kontrola 1 validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	Termostat biologický Incucell 111 ECO H202090 HM02429 mikrobiologie
50. Technická kontrola 1 validace	Název zařízení: Typ zařízení: Výr.číslo: Inv.číslo: Umístění:	Termostat biologický Incucell 111 ECO H202089 HM02428 mikrobiologie

Dobrý den,


požadujeme kontroly na výše uvedených zařízeních, domluvte se předem na oddělení:



Děkuji

S pozdravem

  
Biomedicínský inženýr



Při BTK kontrole požadujeme vylepení kontrolního štítku s platným označením data kontroly nebo vylepení štítku "nepoužívat (mimo provoz)" v případě, že přístroj není schopen provozu.

