

005-ZT-2024 041-ZT-2024	Defibrilátor – 3ks
----------------------------	---------------------------

1. Technické požadavky:

- Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, **jejichž nedodržení je důvodem k vyloučení nabídky.** U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance +/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení, pokud účastník prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu.
- Účastník doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině).

2. Medicínský účel: resuscitace pacientů včetně monitorace životních funkcí.

3. Kompatibilita: není požadována.

4. Specifikace:

Předmětem nabídky je (uchazeč uvede přesné obchodní označení, model výrobce): **BeneHeart D30, Mindray**

5. Nesplnění kterékoliv kritéria povede k vyřazení nabídky účastníka z dalšího hodnocení.

Specifikace – minimální zadavatelem požadované technické parametry	Účastníkem nabízená hodnota (účastník vyplní všechny řádky: u číselných údajů uvedením hodnoty parametru, u ostatních slovem splňuje , zároveň uvede odkaz na příložený dokument (návod) – zdroj, strana, kapitola)
1) Bifázický defibrilátor pro děti a dospělé s manuálně nastavitelnou energií výboje min. v rozsahu 1 až 360J, s kompenzační výboje dle impedance pacienta	SPLŇUJE, v rozsahu 1 - 360J vč. Kompenzace, viz.technický list str.9
2) Defibrilátor s integrovaným barevným monitorem, zobrazení min. 3 křivek, displej min. 7" s možností inverze displeje	SPLŇUJE, dotkový o velikosti 8", až 5 křivek, viz.technický list, str.9
3) Monitorace: <ul style="list-style-type: none"> EKG 3/4 svodové srdeční frekvence monitorace dechu SpO2 NIBP 	viz. technický list a nabídka SPLŇUJE, 3-pólový monitorovací kabel, viz.technický list, str.9 vpravo EKG – Typ svodu viz. návod k obsluze – kapitola 11.4.4.1, strana 95 SPLŇUJE str. 9 SPLŇUJE str. 10 SPLŇUJE str. 9-10 SPLŇUJE str. 9-10
4) Monitorace: <ul style="list-style-type: none"> etCO2 (systém side-stream nebo mikro-stream) 	SPLŇUJE, systém side-stream viz.technický list str.10
5) Zobrazení: doba od začátku monitorace, hodnoty podaných výbojů, počet podaných výbojů	SPLŇUJE viz.prospekt str.14
6) Defibrilační módy: <ul style="list-style-type: none"> Manuální AED 	viz.technický list SPLŇUJE str.9-10 SPLŇUJE str.9-10
7) Doba nabití na max. energii 200J max. 5 sekund	SPLŇUJE, do 3 sekund, viz.technický list str.9
8) Synchronní výboj – funkce synchronizované kardioverze	SPLŇUJE, viz.technický list str.9
9) Neinvazivní (zevní) kardiostimulace	SPLŇUJE, viz.technický list str.9
10) Zobrazení alarmů a trendů měřených hodnot	SPLŇUJE, viz.technický list str.9-10
11) Alarm životních funkcí zvukový a optický	SPLŇUJE, viz.technický list str.9-10
12) Menu v českém jazyce	SPLŇUJE, viz.návod k obsluze, kapitola 22.7.1, str.174
13) Zapisovač integrovaný	SPLŇUJE, viz.technický list str.9 a 12
14) Externí defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé s integrovanými defibrilačními elektrodami pro děti	SPLŇUJE, viz.prospekt str.12
15) Indikace kontaktu defibrilačních elektrod s tělem pacienta na externích defibrilačních elektrodách nebo na displeji přístroje	SPLŇUJE, viz.prospekt str.12

16) Použitelnost nalepovacích (multifunkčních) defibrilačních elektrod	<i>SPLŇUJE, viz.nabídka str.63</i>
17) Provoz na baterie i bez baterie, z elektrické sítě	<i>SPLŇUJE, viz.návod k obsluze, kapitola 23.1, str.199</i>
18) Provoz na baterie pro monitoraci min. 2 hod., zobrazení kapacity baterií na displeji i na baterii	<i>SPLŇUJE, až 6 hodin viz.technický list str.9</i>
19) Funkce ukládání dat na interní paměť	<i>SPLŇUJE, viz.technický list str.9</i>
20) Automatický test funkčnosti přístroje	<i>SPLŇUJE, viz.technický list str.10</i>
21) Funkce uživatelského testu funkčnosti přístroje včetně vyhodnocení	<i>SPLŇUJE, viz.prospekt str.15</i>
22) Hmotnost přístroje včetně baterie a příslušenství max. 7 kg (bez pojízdného stojanu)	<i>SPLŇUJE, 4,5 kg viz.technický list str.9</i>
23) <u>Příslušenství (ke každému jednomu požadovanému kusu zařízení):</u> a. 1ks externí defibrilační elektrody (pádla) b. 1ks multifunkční elektrody vč. kabelu c. 1ks baterie d. 1ks EKG kabel e. 1ks SpO2 kabel vč. senzoru – dospělý f. 1ks NIBP manžeta vč. propojovací hadičky – velikost dospělý g. 1ks pojízdný stojan určený k defibrilátoru h. 1ks brašna na defibrilátor a příslušenství i. 1ks etCO2 kompletní příslušenství	<i>SPLŇUJE, viz.nabídka str.63</i>