

## Příloha č. 2 Výzvy - TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ OCENĚNÍ

## NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## INJEKČNÍ STŘÍKAČKY DVOUDÍLNÉ PRO NEMOCNICE VLASTNĚNÉ PLZEŇSKÝM KRAJEM 2022

Zadavatel:	Klatovská nemocnice a.s.				
Sídlo:	Plzeňská 929, PSČ 339 01 Klatovy II	IČO:	26360527		
Statutární zástupce	[REDAKCE]				
Druh VZ	dodávky	Režim VZ:	VZMR	Druh řízení:	poptávkové
DODAVATEL					
Název dodavatele:	ZARYS International Group s.r.o.				
Sídlo:	Starobělská 1937/4, Ostrava Zábřeh, 700 30	IČO:	09637737		
Statutární zástupce	[REDAKCE]				

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku dvoudílných injekčních stříkaček, které jsou předmětem plnění této VZ. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.

Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 2 Výzvy. V relevantních sloupcích tabulky ( cena za ks, sazba DPH, název produktu, nabízený typ, rozměr atd. ) dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí a za jakou cenu jej nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v sloupcích, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, obchodní označení výrobku, objednávací číslo.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace vč. ocenění nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky z poptávkového řízení.

Stříkačky lavážní sterilní											
Předmět plnění - minimální parametry požadované zadavatelem	Konus	Měrná jednotka = 1 ks	Předpokládaný odběr MJ za 12 měsíců plnění (v ks)	Cena za 1 měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	Sazba DPH (v %)	Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení)	Celková cena za předpokládaný odběr za 12 měsíců plnění v Kč včetně DPH	Název produktu (obchodní název)	Počet balení v 1 kartonu (velikost nabízeného balení)	Objednávací číslo	Výrobce
Injekční stříkačka 2ml	centrický	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	duoNEX	100 ks	002ML-2CZ-B	ZARYS International Group
Injekční stříkačka 5ml	excentrický	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	duoNEX	100 ks	005ML-2CZ-B	ZARYS International Group
Injekční stříkačka 10ml	excentrický	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	duoNEX	100 ks	010ML-2CZ-B	ZARYS International Group
Injekční stříkačka 20ml	excentrický	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]	duoNEX	50 ks	020ML-2CZ-B	ZARYS International Group

Cena celkem	681 950,00 Kč	763 784,00 Kč	
-------------	---------------	---------------	--

**Minimální požadované parametry:**

Stříkačky dvoudílné (dále jen "Zboží")	Zboží splňuje ANO/NE
jsou zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 268/2014 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a splňuje nařízení vlády č.54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky ve znění pozdějších předpisů	ANO
materiál je označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče	ANO
splňují zdravotnickou směrnici 93/42 EHS, jsou zdravotnickým prostředkem I.třídy	ANO, jsou zdravotnickým prostředkem IIa třídy
přiloženo vyobrazení výrobku z katalogu nebo katalogový list	ANO
Bez PVC, sterilní, nesmyvatelná dobře čitelná stupnice	ANO
dokonalá těsnost tuhého, neohybného a nepropustného pístu, bezpečná zarážka pístu, plynulý jeho dojezd bez zpětného chodu	ANO
minimální zbytkový objem – maximálně na úrovni kónusu, plně funkční kompatibilita luer kónusu	ANO
stříkačky se všemi napojujícími se systémy (koncovkami pro aplikaci bez jehly)	ANO

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Ostravě dne

